

MOONPO VINA

Là CN-ĐT, Khu công nghiệp Đồng Văn, Phường

T.Đ. Hồ, Tỉnh Ninh Bình

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN  
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-208

Object/Tên thiết bị:

Thuốc đo độ

Calibration Date /Ngày thực hiện:

22/06/2026

Manufacturer/Nhà sản xuất:

DELI

Due Date/Hạn hiệu chuẩn:

22/06/2027

Model/Kiểu:

Result/Kết quả hiệu chuẩn:

PASS

Asset/Số quản lý:

PIE06165

Calibration Location/Nơi thực hiện:

MOONPO VINA

Range/Dải đo:

0-180

Environment/Điều kiện môi trường:

25.3°C/55.3%RH







## STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

| Asset Number   | Manufacturer | Model | Due Date       | Report Number      |
|----------------|--------------|-------|----------------|--------------------|
| Mã số thiết bị | Nhà sản xuất | Kiểu  | Hạn hiệu chuẩn | Giấy chứng nhận số |

## REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

## 1. Angle Scale Verification / Xác nhận thang đo góc

| Range<br>Dải đo | Nominal/Giá trị thiết lập (mm) | MPE (mm) | Lần 1<br>No.1 | Lần 2<br>No.2 |
|-----------------|--------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 0-180°          | 15°                            | ±1°      | 15°           | 15°           |
| 0-180°          | 30°                            | ±1°      | 30°           | 30°           |
| 0-180°          | 45°                            | ±1°      | 45°           | 45°           |
| 0-180°          | 60°                            | ±1°      | 60°           | 60°           |
| 0-180°          | 75°                            | ±1°      | 75°           | 75°           |
| 0-180°          | 90°                            | ±1°      | 90°           | 90°           |
| 0-180°          | 105°                           | ±1°      | 105°          | 105°          |
| 0-180°          | 120°                           | ±1°      | 120°          | 120°          |
| 0-180°          | 135°                           | ±1°      | 135°          | 135°          |
| 0-180°          | 150°                           | ±1°      | 150°          | 150°          |
| 0-180°          | 165°                           | ±1°      | 165°          | 165°          |
| 0-180°          | 180°                           | ±1°      | 180°          | 180°          |



Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: