

MOONPO VINA

Lô CN 01 Khu Công Nghiệp Đồng Văn IV,
Đường Lê Hồng, Tỉnh Tiền Giang



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-266

Object/Tên thiết bị: Jig test chức năng
Manufacturer/Nhà sản xuất: PIE04221
Asset/Số quản lý: DC Voltage
Range/Dải đo: DC Voltage
Procedure/Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Jig Test chức năng

Calibration Date/Ngày thực hiện: 09/09/26
Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 09/09/27
Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51196	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
4.5	4.55	±5%	4.725	4.275	Pass
3.1	3.05	±5%	3.255	2.945	Pass
3.6	3.62	±5%	3.78	3.42	Pass

Thực hiện bởi: [Signature]

Kiểm tra bởi: [Signature]