

MOONPO VINA

Lô CN-01, Khu Công Nghiệp Đông Văn IV,
Thị trấn La Hà, Tỉnh Ninh Bình



Object/Tên thiết bị: Jig test kẹp
Manufacturer/Nhà sản xuất: PIR04320
Asset/Số quản lý: 4.2-45.7mm
Range/Dải đo:
Procedure/Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Jig Test kẹp

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-280

Calibration Date /Ngày thực hiện: 11/09/26
Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 11/09/27
Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG: Caliper

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Jig Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác

Range/Funtion Dải đo/Chức năng mm	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên (mm)	Giới hạn dưới (mm)	Result Kết quả
9.0	8.96	±5%	9.45	8.55	Pass
4.2	4.15	±5%	4.41	3.99	Pass
46.7	46.72	±5%	49.035	44.365	Pass

Thực hiện bởi: 

Kiểm tra bởi: 