

MOONPO VINA

Lô 10-11, Khu công nghiệp Đồng Văn IV,
Phường Lê Hồng, Tỉnh Ninh Bình



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-75

Object/Tên thiết bị: Ampe kế
Manufacturer/Nhà sản xuất: HIOKI
Asset/Số quản lý: PIE 06145
Range/Dải đo: DC mA & μ A
Procedure/Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Ampe kế

Calibration Date /Ngày thực hiện: 20/05/2026
Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 20/05/2027
Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Calibration mA / Hiệu chuẩn đo mA

Range/Funtion Dải đo/Chức năng	Nominal Giá trị thiết lập(mA)	MPE $\pm 5\%$	Giá trị đo được (mA)	Result Kết quả
300 mA	68	$\pm 5\%$	68.3	Pass

2. Calibration μ A/ Hiệu chuẩn đo μ A

Range/Funtion Dải đo/Chức năng	Nominal Giá trị thiết lập(μ A)	MPE $\pm 5\%$	Giá trị đo được (μ A)	Result Kết quả
50 μ A	0.8	$\pm 5\%$	0.83	Pass

Thực hiện bởi: 

Kiểm tra bởi: 