

MOONPO VINA

Là CN-TP, Công ty TNHH, Đường Văn IV,
Phường Cầu Hai, Quận Ninh Bình



Object/Tên thiết bị:
Manufacturer/Nhà sản xuất:
Asset/Số quản lý:
Range/Dải đo:

Hộp nguồn
PIE00206
DC Voltage

Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn hộp nguồn Test

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)
MPVN-2026-278

Calibration Date /Ngày thực hiện: 12/09/2026
Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 12/09/2027
Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Function Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
5.0	5.02	±5%	5.25	4.75	Pass
9	9.12	±5%	9.45	8.55	Pass
12	12.13	±5%	12.6	11.4	Pass

Thực hiện bởi: Vin

Kiểm tra bởi: [Signature]