



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN  
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)  
MPVN-2026-82

|                                  |                        |                                     |                |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Object/Tên thiết bị:             | Jig kiểm tra chức năng | Calibration Date /Ngày thực hiện:   | 21/05/2026     |
| Manufacturer/Nhà sản xuất:       |                        | Due Date/Hạn hiệu chuẩn:            | 21/05/2027     |
| Asset/Số quản lý:                | PIE00466               | Result/Kết quả hiệu chuẩn:          | PASS           |
| Range/Dải đo:                    | DC Voltage             | Calibration Location/Nơi thực hiện: | MOONPO VINA    |
| Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: | WI-PIE                 | Environment/Điều kiện môi trường:   | 25.3°C/55.3%RH |

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

| Asset Number   | Manufacturer | Model  | Due Date       | Report Number      |
|----------------|--------------|--------|----------------|--------------------|
| Mã số thiết bị | Nhà sản xuất | Kiểu   | Hạn hiệu chuẩn | Giấy chứng nhận số |
| 1              | HIOKI        | DT4282 | 01/04/27       | TSG-644666         |

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

| Range/Funtion<br>Dải đo/Chức năng V | Giá trị đo được | MPE<br>±5% | Giới hạn trên V | Giới hạn dưới V | Result<br>Kết quả |
|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 3.00                                | 3.00            | ±5%        | 3.15            | 2.85            | Pass              |
| 3.20                                | 3.21            | ±5%        | 3.36            | 3.04            | Pass              |
| 2.00                                | 2.01            | ±5%        | 2.1             | 1.9             | Pass              |

Thực hiện bởi: [Signature]

Kiểm tra bởi: [Signature]