MOONPO VINA

Lô CN-01, Khu Công nghiệp Đồng Văn IV, Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-376

Object/*Tên thiết bị*:	Jig test kẹp	**Calibration Date /*Ngày thực hiện*:**	03/11/2026
Manufature/*Nhà sản xuất*:		**Due Date/*Hạn hiệu chuẩn*:**	03/11/2027
Asset/*Số quản lý*:	PIE00226	**Result/*Kết quả hiệu chuẩn*:**	PASS
Range/*Dải đo*:	0.9-1.7mm	**Calibration Location/*Nơi thực hiện*:**	MOONPO VINA
Procedure/ *Quy trình hiệu chuẩn*: *Quy trình hiệu chuẩn Jig Test kẹp*		**Evironment/*Điều kiện môi trường*:**	25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG: Caliper

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Jig Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác

Range/Funtion Dải đo/Chức năng mm	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên (mm)	Giới hạn dưới (mm)	Result Kết quả
0.9	0.91	±5%	0.945	0.855	Pass
1.7	1.68	±5%	1.785	1.615	Pass

Thực hiện bởi:_____ **Kiểm tra bởi:**_____