

MOONPO VINALô CN 01, Khu công nghiệp Đồng Văn IV,
Phường 1 & 10, Tỉnh Ninh Bình**GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN**
CERTIFICATE OF CALIBRATIONGiấy chứng nhận số (Certificate number)
MPVN-2026-157

Object/Tên thiết bị:	Jig kiểm tra chức năng	Calibration Date /Ngày thực hiện:	21/05/2026
Manufacturer/Nhà sản xuất:	PIE06062	Due Date/Hạn hiệu chuẩn:	21/05/2027
Asset/Số quản lý:	DC Voltage	Result/Kết quả hiệu chuẩn:	PASS
Range/Dải đo:	WI-PIE	Calibration Location/Nơi thực hiện:	MOONPO VINA
Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn:		Environment/Điều kiện môi trường:	25.3°C/55.3%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
1	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO**1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều**

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
1.60	1.61	±5%	1.68	1.52	Pass
2.40	2.42	±5%	2.52	2.28	Pass
3.00	3.02	±5%	3.15	2.85	Pass

Thực hiện bởi: HuankKiểm tra bởi: Huank