**MOONPO VINA**

Lô CN-01, Khu công nghiệp Bỉnh Văn IV, Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình

# GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
# CERTIFICATE OF CALIBRATION

**Giấy chứng nhận số (Certificate number)**

**MPVN-2026-348**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Object/Tên thiết bị:** | Jig test kẹp | **Calibration Date /Ngày thực hiện:** | 22/10/2026 |
| **Manufacturer/ Nhà sản xuất:** | | **Due Date/Hạn hiệu chuẩn:** | 22/10/2027 |
| **Asset/Số quản lý:** | PIE04208 | **Result/Kết quả hiệu chuẩn:** | PASS |
| **Range/Dải đo:** | 4.2-46.7mm | **Calibration Location/Nơi thực hiện:** | MOONPO VINA |
| **Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Jig Test kẹp** | | **Evironment/Điều kiện môi trường:** | 25.4°C/54.8%RH |

**STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG: Caliper**

## REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

### 1. Jig Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác

| Range/Funtion<br>Dải đo/Chức năng mm | Giá trị đo được | MPE<br>±5% | Giới hạn trên (mm) | Giới hạn dưới (mm) | Result<br>Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,0 | 8,87 | ±5% | 9,45 | 8,55 | Pass |
| 4,2 | 4,15 | ±5% | 4,41 | 3,99 | Pass |
| 46,7 | 46,79 | ±5% | 49,035 | 44,365 | Pass |

Thực hiện bởi:_____ Kiểm tra bởi:_____