

IT-07.01.02 – Controle de estoque e aprovação de materiais para processos e ensaios

Revisão 16 de 17/04/25

1 Objetivo

Estabelecer controle de estoque e procedimentos para verificação e aprovação de reagentes, solventes e outros insumos que comprometam a qualidade dos produtos e serviços do Ital.

2 Aplicação

Aplica-se a todas as Unidades Técnicas.

3 Definições e siglas

Disponível no FQ-04.11: Intranet > Documentos da Qualidade > Definições e Siglas.

4 Método

4.1 Controle de estoque

A Unidade controla o estoque de materiais conforme sistemática interna, garantindo:

- Informação sobre disponibilidade de itens para a execução dos trabalhos;
- Segregação e/ou descarte de itens não conformes (ex.: prazo de validade vencido).

Recomenda-se priorizar o uso dos itens com menores prazos de validade.

4.2 Aprovação de materiais antes do uso

Todos os materiais colocados em uso nas Unidades Técnicas são aprovados previamente de acordo com os seguintes critérios:

- Materiais de marcas comerciais conhecidas*, dentro do prazo de validade e/ou prazo de validade indeterminado (informado pelo fabricante)** podem ser aprovados com base no certificado de análise ou com base na experiência do técnico responsável pelo processo ou ensaio onde o material será utilizado. As aprovações de marcas comerciais conhecidas são realizadas por inspeções simples, como comparação com o pedido do material, avaliação visual, análise do rótulo etc. Quando necessários ensaios complementares, esses são evidenciados no pedido do material ou nos procedimentos dos ensaios.
* marcas de qualidade reconhecidas no mercado ou que possuam histórico de utilização, atendendo as necessidades requeridas.
- Materiais de marcas comerciais desconhecidas, dentro do prazo de validade:** podem ser aprovados para uso em processos e ensaios, pelo responsável técnico, após a realização de testes que comprovem desempenho similar ao obtido pelos equivalentes comerciais já aprovados ou com base no certificado de análise.
- Materiais com prazo de validade vencido:** A utilização somente pode ocorrer **em casos excepcionais**, desde que não seja crítico para o processo ou ensaio, **devendo ser aprovados para o uso** pelo responsável técnico, de acordo com critérios de aprovação, com bases científicas. Essa confirmação é evidenciada nos registros do processo ou ensaio para os quais foram aprovados ou em fichas individuais dos materiais. Esses materiais devem ser:

IT-07.01.02 – Controle de estoque e aprovação de materiais para processos e ensaios

Revisão 16 de 17/04/25

- Segregados dos materiais dentro do prazo de validade;
- Etiquetados como **VENCIDO** ou **NÃO CONFORME**.

Adicionalmente podem ser identificados com a frase “necessita de aprovação antes do uso”.

Não é permitido prorrogar a validade dos materiais, exceto se o fabricante fizer a revalidação do material quando do seu vencimento e disponibilizar o certificado de reteste com a nova data de validade. Nesses casos, o certificado de análise antigo é identificado e mantido como obsoleto e a data de validade do material é alterada de acordo com o certificado de reanálise.

Observações:

- Materiais com data de validade desconhecida são tratados como vencidos;
 - Em casos excepcionais, a Unidade pode utilizar material de referência (certificado ou não) vencido em análises cromatográficas e espectrométricas, desde que seja comprovado e registrado que as características (química, física e/ou de desempenho) do material estejam mantidas após o seu vencimento, atestando assim, por prazo definido, que seu uso não interfere nos resultados do processo ou ensaio (IT-07.01.09). **Produtos controlados pelo Exército e Polícia Civil não podem ser utilizados após o vencimento.**
- d) **Materiais fornecidos pelo cliente:** são aprovados para uso em processos e ensaios, pelo responsável técnico. Os critérios de aprovação são evidenciados nos registros do processo ou ensaio para os quais foram aprovados ou em fichas individuais dos materiais.

4.3 Preservação dos materiais em estoque

Os materiais utilizados pelas Unidades são adequadamente manuseados e mantidos de modo a prevenir danos ou deterioração. Quando mantidos em estoque são regularmente avaliados para a prevenção da deterioração. As verificações são realizadas em intervalos máximos de um ano, por meio de amostragem completa ou representativa de, no mínimo, 20 (vinte) itens escolhidos ao acaso. Os materiais amostrados são avaliados para a verificação do atendimento aos requisitos especificados. As verificações são registradas no FQ-07.12, conforme exemplo abaixo:

Avaliação da condição dos materiais em estoque			
Unidade: ABCD		Data : 15/01/2016	
		Responsável: João	
Identificação do material*	Data de validade	Características do material avaliado	Material conforme?
Ácido Sulfúrico - Lote: 123456789	10/11/2030	Material ainda não utilizado; Recipiente lacrado; Sem vazamento.	☒ SIM ☐ NÃO
Éter de Petróleo - Lote: 1254789	15/12/2029	Recipiente fechado; Sem vazamento; Líquido.	☒ SIM ☐ NÃO
Cloreto de Sódio - Lote: 14785236	20/01/2031	Frasco em uso; Material empedrado; Alteração de cor.	☐ SIM ☒ NÃO*

* Materiais classificados como não conformes deverão ser tratados conforme estabelece o PQ-08.02.

Quando for necessário maior detalhamento para realização da inspeção e aprovação de materiais, a Unidade estabelece procedimento interno.

4.4 Identificação da situação de inspeção e ensaio

Os materiais que ainda não foram devidamente aprovados, conforme item 4.1, devem ser identificados quanto a sua situação (ex.: em inspeção, material em análise), contendo data e assinatura do responsável.

IT-07.01.02 – Controle de estoque e aprovação de materiais para processos e ensaios

Revisão 16 de 17/04/25

5 Responsabilidade

A responsabilidade pela aprovação e *identificação* dos materiais para uso em processos e ensaios é do responsável técnico pelo processo ou ensaio.

A Unidade é responsável por adotar sistemática para:

- Assegurar que os materiais recebidos não sejam utilizados até que tenham sido liberados;
- Os materiais vencidos sejam segregados e identificados;
- As verificações anuais sejam realizadas (FQ-07.12).

6 Aprovação

A aprovação desta IT é de responsabilidade do RA.

7 Documentos relacionados

7.1 Referências normativas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 9001**: sistemas de gestão da qualidade – requisitos. Rio de Janeiro, 2015. 32 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO/IEC 17025**: requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro, 2017. 32 p

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Diretoria Colegiada. **RESOLUÇÃO RDC nº 512, de 27 de maio de 2021**. Brasília, 2021. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-512-de-27-de-maio-de-2021-322975673>. Acesso em: 14 abr. 2025.

7.2 Referências complementares

Não aplicável.

7.3 Referências cruzadas

MQ IT-07.01.09
PQ-07.01 FQ-07.12
PQ-08.02

8 Histórico de revisões

Rev.	Data	Autor	Verificado	Aprovado	Descrição sumária
15	16/10/24	RA	CGQ	Cinthia C. Ronchesel Leite	Alterações nos itens 4.2 e 7.3 (adequação de texto e inclusão de observação sobre o uso de material de referência).
16	17/04/25	RA	CGQ	 Cinthia C. Ronchesel Leite	Alterações nos itens 5 e 7.1 (detalhamento de responsabilidades e inclusão da RDC nº 512).