

Plan anual de supervisión de trazabilidad Tecnovigilancia.

Periodo: Enero a Diciembre de 2025.

Encargado de ejecución: Encargado de Tecnovigilancia CESFAM Dr. Orlando Leyton A. Peralillo

Introducción.

Los dispositivos médicos (DM) se consideran un componente fundamental de los sistemas de salud, siendo esencial prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar enfermedades de una forma segura y efectiva. Como todo producto sanitario, existen posibilidades de que existan problemas de calidad, desempeño y seguridad en estos dispositivos, que puedan desencadenar fallas en la producción, almacenamiento lo que expone a riesgos de uso, información errada, lo cual se constituye en un riesgo sanitario. El presente documento establece un plan de supervisión anual del sistema de trazabilidad de DM institucional a fin de evaluar de forma objetiva algunos procesos de importancia y establecer planes de mejora.

a. Plan de supervisión anual.

Objetivo	Actividades	Meses de ejecución	Responsable	Desarrollo de indicador	Umbral cumplimiento
Establecer un conjunto mínimo de datos que permitan la trazabilidad de un DM durante su distribución.	Supervisión de completitud de planilla Excel drive trazabilidad institucional	Julio, Diciembre	Encargado tecnovigilancia	(N° de registros supervisados de DM que cumplen con completitud de registro Excel drive en el periodo/N° de registros totales de DM del periodo)*100	85%
Contar con un sistema de registro que permita identificar y localizar los DM que ingresen y permanezcan en nuestra institución.	Supervisión de recepciones conformes de DM que han sido declaradas en planilla Excel drive trazabilidad institucional	Julio, Diciembre	Encargado tecnovigilancia	(N° de recepciones conformes cuyos DM han sido declarados en planilla Excel drive en el periodo/N° de recepciones conformes de DM del periodo)*100	90%

b. Niveles de cumplimiento del plan de supervisión.

Para analizar el grado de cumplimiento de este Programa se utilizará la siguiente tabla:

Cumplimiento	Porcentaje
Sin cumplimiento	20% o menos de los indicadores del Programa cumplidos
Cumplimiento deficiente	21 al 50% de los indicadores del Programa cumplidos
Cumplimiento parcial	51 al 70% de los indicadores del Programa cumplidos
Cumplimiento significativo	71 al 84% de los indicadores del Programa cumplidos
Cumplimiento óptimo	Mayor o igual al 85% de los indicadores del Programa cumplidos

c. Metodología del proceso de supervisión.

Actividad	Desarrollo de la actividad
Supervisión de completitud de planilla Excel drive trazabilidad institucional	Se verificará en Excel drive los registros de cada pestaña por un periodo de tiempo definido, verificando que se completen los rubros marcados con “*” los cuales son obligatorios: Nombre del dispositivo médico, nombre del proveedor, RUT, Número de guía/factura, N° de Lote/Serie, fecha de vencimiento. Se revisarán todos los registros del periodo.
Supervisión de recepciones conformes de DM que han sido declaradas en planilla Excel drive trazabilidad institucional	Se realizará una revisión de muestra con 5 recepciones conformes de DM según oportunidad en un periodo de tiempo definido, en el cual se corroborará en Excel drive la existencia de este registro de DM

d. Sobre los Informes.

Se generará una pauta de control interno semestral donde se dé cuenta de la supervisión realizada, hallazgos encontrados y planes de mejora con seguimiento posterior el cual será enviado a Dirección CESFAM (Anexo 1).

e. Autores.

- Cristian Cárdenas Espinoza, Encargado Tecnovigilancia (T)
- Abraham Muñoz Venegas, Encargado Tecnovigilancia (S)

f. Anexo 1

Pauta de observaciones control interno

<i>Prestación que se está evaluando</i>	
<i>Lugar donde se realizaron evaluaciones</i>	
<i>Nombre de equipo/profesional que realizó la evaluación</i>	
<i>Fecha</i>	

N° de Casos Controlados	
Apreciación General de la situación	
Errores frecuentes detectados	
Mejoras a implementar	

Plazo de seguimiento de plan de mejora y resultados del mismo.	
Otros	

Nombre, Firma y/o timbre de responsable información.