

Pauta de observaciones control interno

<i>Prestación que se está evaluando</i>	Supervisión de completitud de planilla Excel drive trazabilidad institucional
<i>Lugar donde se realizaron evaluaciones</i>	Plataforma Excel drive tecnovigilancia periodo Agosto a Diciembre 2025
<i>Nombre de equipo/profesional que realizó la evaluación</i>	Cristian Cárdenas Espinoza
<i>Fecha</i>	1-12-2025.

N° de Casos Controlados	71 artículos en plataforma google drive a corte 01-12-2025
Apreciación General de la situación	Gran parte de las unidades cumplen con los datos obligatorios de dispositivos médicos. De 71 artículos revisados, 69 de ellos cumplen con todos los datos obligatorios, correspondientes a un 97.18% de cumplimiento (Cumplimiento óptimo) .
Errores frecuentes detectados	Unidad SUR no especifica N° lote/serie de balanza pediátrica SECA 354 Jefa Sector Urbano no especifica fecha de vencimiento de negatoscopio.
Mejoras a implementar	Solicitar vía mail a Jefaturas unidad SUR y Sector Urbano que completen datos faltantes.
Plazo de seguimiento de plan de mejora y resultados del mismo.	Se espera se complete las series faltantes en próximo corte (Julio 2026)
Otros	Número de lote/serie de lámparas de unidad mater regularizadas en este corte según brecha establecida en primer informe.


Cristian Cárdenas Espinoza
Nombre, Firma y/o timbre de responsable información.

Solicito regularizar drive de trazabilidad tecnovigilancia ➤



cristian cardenas <c.cardenas@municipalidad.cl>
para María, Beatriz ▼

lun, 1 dic, 8:00 ☆ ⋮

 Envío programado para el lun, 1 dic, 8:00

[Cancelar envío](#)

 Parece que este mensaje está en inglés ×
[Traducir al español](#)

Estimadas:

En supervisión realizada el 1 de diciembre de 2025 en planilla drive de tecnovigilancia, solicito puedan completar los siguientes datos:

Pestaña SUR: Falta indicar número de lote/serie de balanza pediátrica seca 354

Pestaña Sector Urbano: Falta indicar fecha de vencimiento de negatoscopio.

Solicito regularizar a la brevedad

Saludos.



Pantallazo correspondiente a mail enviado a EU María José Solís y Beatriz San Martín para regular registros.