

Pauta de observaciones control interno

<i>Prestación que se está evaluando</i>	Supervisión de completitud de planilla Excel drive trazabilidad institucional
<i>Lugar donde se realizaron evaluaciones</i>	Plataforma Excel drive tecnovigilancia periodo Enero a Julio 2025
<i>Nombre de equipo/profesional que realizó la evaluación</i>	Cristian Cárdenas Espinoza
<i>Fecha</i>	2-7-2025.

N° de Casos Controlados	98 artículos en plataforma google drive a corte 2-7-2025
Apreciación General de la situación	Gran parte de las unidades cumplen con los datos obligatorios de dispositivos médicos. De 98 artículos revisados, 97 de ellos cumplen con todos los datos obligatorios, correspondientes a un 98.98% de cumplimiento (Cumplimiento óptimo) .
Errores frecuentes detectados	Unidad mater no especifica N° lote/serie de lámpara adquiridas
Mejoras a implementar	Solicitar vía mail a Encargada de la Mujer pueda completar con los números de lote/serie.
Plazo de seguimiento de plan de mejora y resultados del mismo.	Se espera se complete las series faltantes en próximo corte (Diciembre 2025)
Otros	


Cristian Cárdenas Espinoza
Nombre, Firma y/o timbre de responsable información.

Solicito complete drive trazabilidad »

**cristian cardenas** <c.cardenas@municipalillo.cl>
para nataly ▾

lun, 7 jul, 8:00 ☆ ⋮

📧 Envío programado para: lun, 7 jul, 8:00

Cancelar envío

🌐 Traducir al español

×

Estimada Nataly:

En supervisión de excel drive de trazabilidad se advirtió que las lámparas LED de examen recepcionadas por usted no tienen el número de lote o serie.

Solicito que pueda completar este antecedente a la brevedad posible.

Atentamente.





Pantallazo correspondiente a mail enviado a Matrona Nataly Cortés el 2-7-2025, programado para 7-7-25 por feriado legal.