

	PROTOCOLO SEGUIMIENTO DE VIDA ÚTIL DEL EQUIPAMIENTO CRÍTICO Y RELEVANTE	Código:	EQ 1.2
		Fecha:	Enero de 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Enero de 2030
		Página:	Página 1 de 10

PROTOCOLO SEGUIMIENTO DE VIDA ÚTIL DEL EQUIPAMIENTO CRÍTICO Y RELEVANTE

**Unidad de Calidad y Seguridad de Usuario,
CEFAM Dr. Orlando Leyton A. Peralillo**

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Víctor Osorio P.	EU María José Solís L	Cristian Cárdenas Espinoza
Cargo: Encargado subrogante de Servicios Generales	Cargo: Área Técnica Unidad de Calidad	Cargo: Director CESFAM
Fecha: 29-01-2025	Fecha: 30-01-2025	Fecha: 31-01-2025
Firma:	Firma:	Firma:
		 CRISTIAN CÁRDENAS ESPINOZA DIRECTOR CESFAM PERALILLO

	PROTOCOLO SEGUIMIENTO DE VIDA ÚTIL DEL EQUIPAMIENTO CRÍTICO Y RELEVANTE	Código:	EQ 1.2
		Fecha:	Enero de 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Enero de 2030
		Página:	Página 2 de 10

I. INTRODUCCIÓN

Los equipamientos médicos están sometidos por lo general a usos continuos por estar dentro de servicios clínicos que requieren que estos estén disponible las 24 horas del día, lo que produce muchas veces desgaste anticipado.

Por lo expuesto, se hace necesario contar con un sistema de seguimiento que nos permita tener la información de la vida útil de los equipos y programar oportunamente la reposición de éstos.

En el presente documento se describe el seguimiento de vida útil para el equipamiento crítico y relevante para la seguridad de los usuarios.

II. OBJETIVOS

a. Objetivo General.

Reconocer las condiciones necesarias de funcionamiento del equipamiento crítico y relevante institucional brindando seguridad en la atención en salud.

b. Objetivos Específicos.

- Establecer un sistema de seguimiento de vida útil y las necesidades de reposición del equipamiento crítico y relevante brindando prestaciones seguras y de calidad a los usuarios/as.

III. PROPÓSITO

El propósito del presente documento es identificar el equipamiento crítico y relevante a nivel institucional estableciendo un sistema de seguimiento de vida útil de éstos.

	PROTOCOLO SEGUIMIENTO DE VIDA ÚTIL DEL EQUIPAMIENTO CRÍTICO Y RELEVANTE	Código:	EQ 1.2
		Fecha:	Enero de 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Enero de 2030
		Página:	Página 3 de 10

IV. ALCANCE

Aplicable a todos los jefes de unidades que soliciten estos tipos de equipamientos junto a Unidad de Servicios Generales, Dirección CESFAM quienes darán seguimiento, Jefa de Departamento de Salud, Unidad de Finanzas y Adquisiciones Departamento de Salud.

V. DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Unidad de Servicios Generales (SSGG) y/o Encargado de Calidad CESFAM: A cargo de completar planilla excel drive con los equipamientos críticos y relevantes de la institución.

Encargado de mantenimiento institucional de equipamiento crítico: A cargo de realizar informe en Agosto de cada año sobre estado de equipamiento crítico y relevante indicando necesidad de reposición para ser contemplado en presupuesto del año siguiente.

Jefa de Departamento de Salud Municipal y Habilitada de finanzas: A cargo de recepcionar informe de estado de equipamiento y desarrollar presupuesto anual considerando la reposición de éstos.

Jefes de Unidades clínicas/Transversales de CESFAM: Tomar conocimiento presente documento y de informe anual de vida útil de equipo/equipamiento, a fin de completar plan anual de compra institucional.

VI. DEFINICIONES

Baja de equipo: Retiro de un equipo por falla o no cumplimiento de sus funciones.

Equipamiento crítico: Corresponde al equipamiento de vital importancia para la seguridad de la atención hacia los usuarios/as y que se debe velar para que tengan continuidad en el tiempo conservando la calidad en su funcionamiento.

	PROTOCOLO SEGUIMIENTO DE VIDA ÚTIL DEL EQUIPAMIENTO CRÍTICO Y RELEVANTE	Código:	EQ 1.2
		Fecha:	Enero de 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Enero de 2030
		Página:	Página 4 de 10

Equipamiento relevante: Corresponde al equipamiento de alta importancia por su alto costo para el proceder institucional. No considerado vital.

Hoja de vida del equipo: Es el registro individual de cada equipamiento crítico que describe el nombre del equipo, marca, modelo, serie, servicio en que se encuentra ubicado, fabricante y lugar de origen, las mantenciones preventivas y reparativas realizadas.

Informe de reposición de equipamiento crítico y relevante: Consiste en un documento que resume las necesidades del equipamiento crítico y relevante con su vida útil agotada para solicitar su reposición.

Vida útil: Es el tiempo medido en años, en que un bien se debe mantener operativo y en buen funcionamiento, según las horas y condiciones de uso definidas por el fabricante.

Vida útil residual: Es el tiempo que aparentemente le resta de vida útil al equipamiento en función de la cantidad de años en uso.

Equipo SSGG: Equipo de Unidad Servicios Generales CESFAM Dr. Orlando Leyton A.

VII. DESARROLLO DEL PROCESO

1. SISTEMA DE SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL DE EQUIPAMIENTO/EQUIPO CRÍTICO Y RELEVANTE INSTITUCIONAL.

Para el sistema de seguimiento institucional de equipamiento/equipo crítico y relevante se utilizará una planilla digital en Excel drive cuyo nombre de archivo será: TECNOVIGILANCIA, pestaña EQUIPAMIENTO CRITICO/RELEVANTE en la cual se establecerán parámetros que permitan entregar elementos para la toma de decisiones.

a. Registro de planilla Excel drive.

Desde la fecha de visado final del presente documento (Enero de 2025) en adelante será obligatorio que todo equipamiento crítico y relevante adquirido desde

	PROTOCOLO SEGUIMIENTO DE VIDA ÚTIL DEL EQUIPAMIENTO CRÍTICO Y RELEVANTE	Código:	EQ 1.2
		Fecha:	Enero de 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Enero de 2030
		Página:	Página 5 de 10

la fecha indicada, sea incorporado por el equipo de SSGG y/o Dirección de CESFAM en la planilla drive pestaña Equipamiento Crítico/Relevante, cuyos datos a completar serán (Anexo 1):

De forma obligatoria (indicado con “”)**

No obligatorios (pueden ser omitidos o dejados en blanco)

Tipo de equipamiento: Crítico, relevante. N° de guía/Factura

Nombre del equipamiento

Tipo de compra

Lugar donde se encuentra

Propio/donado/comodato

Especificación

Observaciones

Modelo

N° de serie/lote

Año de adquisición

Vida útil (en años)

Fecha término de vida útil

Vida útil residual

Estado de funcionamiento: Bueno, regular, malo, de baja.

Para el equipamiento crítico y relevante que se adquirió a fecha anterior al 2025, se realizó consolidado con los documentos y registros que Encargado de Calidad de CESFAM recopiló de cada equipamiento, no siendo obligatorio el total de los datos a llenar en la planilla drive.

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE REPOSICIÓN DE UN EQUIPO.

a. Condiciones para solicitar reposición con alta prioridad.

- Término de vida útil o excede de ésta (Vida Útil residual de 0 o menor)
- El equipo no realiza las funciones correctamente para las que fue diseñado.

	PROTOCOLO SEGUIMIENTO DE VIDA ÚTIL DEL EQUIPAMIENTO CRÍTICO Y RELEVANTE	Código:	EQ 1.2
		Fecha:	Enero de 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Enero de 2030
		Página:	Página 6 de 10

- Deterioro es de tal envergadura que es necesaria una reparación mayor, lo cual no es conveniente para la institución debido al elevado costo y la disminución de la confiabilidad del equipo intervenido.
- Mantenimiento reparativo anual excede el 60% del valor de adquisición del equipo/equipamiento.

b. Condiciones para solicitar en el mediano plazo reposición.

- El equipo realiza funciones sólo de forma parcial para las que fue diseñado.
- Presenta deterioro importante pero que no impide realizar las funciones esenciales.
- Presenta múltiples reparaciones anuales cuyo valor en el año superan el 40% del valor de adquisición.
- Ha sido sometido a múltiples reparaciones. En poco tiempo vuelve a fallar.
- No se encuentran repuestos en el mercado y se están usando alternativos.

3. TABLA DE VIDA ÚTIL DE EQUIPAMIENTO CRÍTICO Y RELEVANTE.

Equipo/ Equipamiento crítico	Vida útil estimada (años)	Observaciones
Monitores multiparámetros	8	Considerando carga asistencial de SUR diaria se establece disminuir la vida útil referencial de SII
Ambulancias	10	Según vida útil referencial SII
Desfibriladores	10	Según vida útil referencial SII

	PROTOCOLO SEGUIMIENTO DE VIDA ÚTIL DEL EQUIPAMIENTO CRÍTICO Y RELEVANTE	Código:	EQ 1.2
		Fecha:	Enero de 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Enero de 2030
		Página:	Página 7 de 10

Equipo/ Equipamiento relevante	Vida útil estimada (años)	Observaciones
Autoclaves	10	Según vida útil referencial SII
Equipos labora- torio	3	Según comodato en bases licitatorias.
Refrigeradores vacunatorio	8	Considerando que este equipamiento funciona 24/7 se establece disminuir la vida útil referencial de SII
Ecógrafo	8	Según referencias internacionales.
Equipos dentales (sillones)	6	Según referencias de marcas reconocidas en el Mercado y la alta actividad que son sometidos estos Equipos.

***** Cualquiera de los equipos que indique el fabricante su vida útil, será esta la referencia a considerar en las siguientes adquisiciones.**

4. INFORME DE NECESIDADES DE REPOSICIÓN.-

En el mes de agosto de cada año el Encargado de mantenimiento de equipamiento crítico deberá emitir un informe sobre el estado de equipamiento crítico y relevante, indicando sugerencias de reposición considerando la vida útil y el estado actual, a fin que Departamento de Salud Municipal considere la reposición en el presupuesto del año venidero.

Tal documento podrá ser enviado de forma presencial o digital vía correo electrónico a Dirección de CESFAM con copia a Departamento de Salud, Unidad de Finanzas, Jefaturas de unidades para toma de conocimiento y determinar las adquisiciones futuras.

	PROTOCOLO SEGUIMIENTO DE VIDA ÚTIL DEL EQUIPAMIENTO CRÍTICO Y RELEVANTE	Código:	EQ 1.2
		Fecha:	Enero de 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Enero de 2030
		Página:	Página 8 de 10

VIII. DISTRIBUCIÓN

- Unidad de Calidad y Seguridad del Usuario
- Dirección CESFAM
- Jefes de Unidades clínicas/ Programas de Dispositivos de Salud Comunes.
- Unidad de Servicios Generales.
- Jefa de Departamento de Salud Municipal
- Habilitada de Finanzas Departamento de Salud Municipal
- Jefe Unidad de Adquisiciones de Departamento de Salud Municipal.

IX. BIBLIOGRAFÍA

Protocolo de seguimiento de vida útil del equipamiento relevante, 2° versión, Hospital del Salvador, Chile.

Protocolo seguimiento de vida útil equipamiento crítico, 4° versión, Hospital Traumatológico Concepción, Chile.

Registro de vida útil Servicio de impuestos internos, Chile.

Ámbito seguridad de equipamiento, presentación Superintendencia de Salud. Chile.

X. AUTORES

Esteban León Rojas, Encargado de SSGG.

Víctor Osorio Pino, Encargado (s) de SSGG.

	PROTOCOLO SEGUIMIENTO DE VIDA ÚTIL DEL EQUIPAMIENTO CRÍTICO Y RELEVANTE	Código:	EQ 1.2
		Fecha:	Enero de 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Enero de 2030
		Página:	Página 9 de 10

XI. CONTROL DE CAMBIOS

Corrección	Fecha	Descripción de la modificación	Publicado en	N° documento

	PROTOCOLO SEGUIMIENTO DE VIDA ÚTIL DEL EQUIPAMIENTO CRÍTICO Y RELEVANTE			Código:	EQ 1.2
				Fecha:	Enero de 2025
				Versión:	1.0
				Vigencia:	Enero de 2030
				Página:	Página 10 de 10

XII. ANEXOS.

Anexo 1: Planilla electrónica de vida útil de equipamiento crítico y relevante institucional.

[Listado de equipamiento Crítico/ Relevante institucional.

Acreditación en Calidad CESFAM Dr. Orlando Leyton A y Postas dependientes.

Ámbito: Equipamiento (EQ 1.1- EQ 1.2)

Tipo de equipamiento *	Nombre del equipamiento *	Lugar donde se encuentra *	Especificación *	N° guía/Factura	Modelo *	Número de serie/Lote *	Tipo de compra	Propio/donado /comodato	Año de adquisición *	Vida útil (años) *	Fecha término vida útil *	Vida útil residual *	Estado de funcionamiento *	Observaciones
Critico	Equipo monitorización...	SUR	MONITOR MULTIPARAMETROS PERSONALIZADO 10AN CON CABLE DE TRANSPORTE Y BATERIA	114355	EDTN-12	261504-M2432000007	Compra agil	Propio	2024	8	2032	7	Bueno	Adquirido antes de inicio de protocolo
Relevante	Autoclave	Estadística...	AUTOCALVE TUTNAUER 85 LTS	757255	8870 HSG-D	21090518	Licitación	Propio	2022	10	2032	7	Bueno	Adquirido antes de inicio de protocolo. Certificación vence en 4-9-2025
Relevante	Autoclave	Estadística...	AUTOCALVE TUTNAUER 85 LTS		8870 EAP	211208	Licitación	Propio	2014	10	2024	-1	Bueno	**Vida útil cumplida, REEMPLAZAR DURANTE 2025. Certificación vence 23-7-2025
Relevante	Autoclave	Estadística...	AUTOCALVE BIORASE	1087	BEM-7808	19100501	Licitación	Propio	2020	10	2030	5	Regular	ELIMINAR POR NO FALLAS SOSTENIDAS DEL EQUIPO
Critico	ambulancias	CESFAM	AMBULANCIA MERCEDES BENZ	9884	SPRINTER 415 CDI	BAC308633LE166885	Proyectos	Propio	2019	10	2029	4	Bueno	
Critico	ambulancias	CESFAM	AMBULANCIA TOYOTA	8509	HI ACE	JTTH02P910181476	Proyectos	Propio	2015	10	2025	0	Bueno	Vida útil cumplida. SE RECOMIENDA REEMPLAZAR
Critico	ambulancias	CESFAM	AMBULANCIA MERCEDES BENZ	7583	VITO 105 CDI	WDF639033F3112983	Proyectos	Propio	2016	10	2026	1	Bueno	
Critico	desfibrilador	SUR	DEFA 300	11445	ACQ015	X151782632	Compra agil	Propio	2016	10	2026	1	Bueno	
Critico	desfibrilador	SUR	DESFIBRILADOR NIMON		BOMDEM	TEC 5531E	Compra agil	Propio	2015	10	2025	0	Bueno	
Relevante	Refrigerador vacuato...	Vacuatorio...	REFRIGERADOR DE VACUNATORIO	108	MELING MC 895 L	180732206	Licitación	Propio	2018	10	2028	3	Bueno	
Relevante	Refrigerador vacuato...	Vacuatorio...	REFRIGERADOR DE VACUNATORIO	779404	HAIER MYC 290	BIDEM AFAC000039310026	Licitación	Propio	2023	10	2033	8	Bueno	
Relevante	Ecógrafo	Box maritim...	ECÓGRAFO		CHISON ECO 3 EXPRE		Licitación	Propio	2018	8	2026	1	Regular	Se sugiere reemplazar
Relevante	Equipo dental	CESFAM	EQUIPO DENTAL	1495	ZUOKE ZERO	22110461	Licitación	Propio	2023	6	2029	4	Bueno	
Relevante	Equipo dental	Posta Poble...	EQUIPO DENTAL		KAYO UNIK		Licitación	Propio	2019	6	2025	0	Regular	Vida útil cumplida. SE SUGIERE RECAMBIO 2025
Relevante	Equipo dental	Posta Los Ca...	EQUIPO DENTAL		KAYO AQUA		Licitación	Propio	2019	6	2025	0	Regular	Vida útil cumplida. SE SUGIERE RECAMBIO 2025
Relevante	Equipo Laboratorio	Laboratorio	ANALIZADOR DE QUÍMICA CLÍNICA	No aplica	WIENER LAB: CASIO		Comodato	Comodato	2023	3	2-1-2026	1	Bueno	Termina comodato en Enero de 2026
Relevante	Equipo Laboratorio	Laboratorio	CONTADOR HEMATOLOGICO	No aplica			Comodato	Comodato	2023	3	2-1-2026	1	Bueno	Termina comodato en Enero de 2027
Relevante	Equipo Laboratorio	Laboratorio	ANALIZADOR QUÍMICA ORINA	No aplica			Comodato	Comodato	2023	3	2-1-2026	1	Bueno	Termina comodato en Enero de 2028
Relevante	Equipo Laboratorio	Laboratorio	ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE VHS	No aplica			Comodato	Comodato	2023	3	2-1-2026	1	Bueno	Termina comodato en Enero de 2029