

	PROTOCOLO DE PERFIL DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA OPERAR EQUIPOS CRÍTICOS Y RELEVANTES INSTITUCIONALES.	Código:	EQ 3.1
		Fecha:	Febrero de 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Febrero de 2030
		Página:	Página 1 de 6

PROTOCOLO DE PERFIL DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA OPERAR EQUIPOS CRÍTICOS Y RELEVANTES INSTITUCIONALES.

**Unidad de Calidad y Seguridad de Usuario,
CEFAM Dr. Orlando Leyton A. Peralillo**

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Cristian Cárdenas E.	EU María José Solís L	Cristian Cárdenas Espinoza
Cargo: Encargado Calidad CEFAM	Cargo: Área Técnica Unidad de Calidad	Cargo: Director CEFAM
Fecha: 22-02-2025	Fecha: 26-02-2025	Fecha: 27-02-2025
Firma: 	Firma: 	Firma: 

	PROTOCOLO DE PERFIL DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA OPERAR EQUIPOS CRÍTICOS Y RELEVANTES INSTITUCIONALES.	Código:	EQ 3.1
		Fecha:	Febrero de 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Febrero de 2030
		Página:	Página 2 de 6

I. INTRODUCCIÓN

Todo el personal de salud que por sus diversos cargos debe tener relación con el uso de equipo/ equipamiento crítico y relevante institucional debe conocer las características generales y normativas que cautelan el buen uso del equipamiento. En algunos de estos equipos es requerido por normativa, una mayor expertiz certificada por estudios de pos títulos y autorizaciones sanitarias de manejo, todo esto con la finalidad de otorgar seguridad en el funcionamiento.

II. OBJETIVOS

a. Objetivo General.

Disponer de personal Técnico y/o Profesional capacitado y autorizado en el manejo y funcionamiento correcto del equipamiento clínico crítico y relevante que cumpla con las condiciones técnicas necesarias de seguridad para el usuario interno y externo.

b. Objetivo Específico.

- Describir en un documento de carácter institucional el perfil técnico y/o profesional del personal autorizado para operar equipos críticos y relevantes a nivel institucional.

III. ALCANCE

Aplicable a Unidad de Movilización, Servicio de Urgencia Rural, Unidad de Esterilización, Unidad de Laboratorio, Programa Nacional de Inmunización (Vacunatorio), Mater, Programa Odontológico.

	PROTOCOLO DE PERFIL DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA OPERAR EQUIPOS CRÍTICOS Y RELEVANTES INSTITUCIONALES.	Código:	EQ 3.1
		Fecha:	Febrero de 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Febrero de 2030
		Página:	Página 3 de 6

IV. DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Jefaturas de unidades Movilización, SUR, Esterilización, Laboratorio, Vacunatorio, Mater, Programa Odontológico: Tomar conocimiento del presente documento, capacitar el personal a cargo, dar cumplimiento a los perfiles en las áreas de manejo de equipo/equipamientos.

Director CESFAM: Difundir el presente documento.

V. DEFINICIONES

TENS: Técnico en enfermería de nivel superior.

TONS: Técnico nivel superior en odontología.

AEB: Ambulancia de emergencia básica.

SEREMI de Salud: Secretaría regional ministerial de salud.

APS: Atención primaria de salud.

SUR: Servicio de urgencia rural.

VI. DESARROLLO DEL PROCESO

1. Definición de equipamiento/Equipo crítico y relevante institucional.

Para efecto del presente documento se ha establecido que nuestra institución cuenta con el siguiente equipamiento crítico (En concordancia con característica EQ 2.1):

- Ambulancias (Correspondiente a AEB)
- Desfibrilador manual.
- Desfibrilador automático (DEA)
- Monitores multiparámetros.

El equipamiento relevante corresponde (En concordancia a característica EQ 2.2):

	PROTOCOLO DE PERFIL DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA OPERAR EQUIPOS CRÍTICOS Y RELEVANTES INSTITUCIONALES.	Código:	EQ 3.1
		Fecha:	Febrero de 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Febrero de 2030
		Página:	Página 4 de 6

- Autoclaves
- Equipamiento de laboratorio.
- Equipos dentales (Sillones dentales).
- Ecógrafo.
- Refrigeradores de Vacunatorio.

2. Perfil del operador.

a. Equipamiento/Equipo crítico:

Nombre equipamiento	Perfil técnico
Ambulancias (Correspondiente a AEB)	Persona con licencia de conducir tipo A2-A3, enseñanza media completa.
Desfibrilador manual.	Profesionales y/o TENS con capacitación/orientación externa y/o interna.
Desfibrilador automático (DEA)	Profesionales y/o TENS con capacitación/orientación externa y/o interna.
Monitores multiparámetros.	Profesionales y/o TENS con capacitación/orientación externa y/o interna.

b. Equipamiento/ Equipo relevante:

Nombre equipamiento	Perfil técnico
Autoclaves	Profesionales y/o TENS- TONS con curso aprobado de manejo de autoclave e idóneamente tener la certificación de competencias como operador de autoclave

	PROTOCOLO DE PERFIL DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA OPERAR EQUIPOS CRÍTICOS Y RELEVANTES INSTITUCIONALES.	Código:	EQ 3.1
		Fecha:	Febrero de 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Febrero de 2030
		Página:	Página 5 de 6

	otorgado por la SEREMI de Salud (DS. 48, artículo N ° 43).
Equipamiento de laboratorio	Profesional Tecnólogo médico. Técnicos con mención en laboratorio clínico. TENS con capacitación/orientación externa y/o interna y bajo supervisión de profesional de laboratorio. (Quedan excluidos equipos de química clínica, HPLC, hormonas, microscopios).
Equipos dentales (Sillones).	Profesional Cirujano Dentista.
Ecógrafo	a) Profesionales Médicos/as con cursos en ecografía básica o Médico radiólogo. b) Profesionales Matronas/es con cursos o diploma de capacitación en ecografía obstétrica para APS (Idealmente curso teórico práctico superior a 200 horas).
Refrigeradores de Vacunatorio.	Profesional Enfermera encargada titular y subrogante Programa PNI. TENS con capacitación/orientación externa y/o interna.

VII. DISTRIBUCIÓN

- Unidad de Calidad y Seguridad del Usuario
- Dirección CESFAM
- Jefes de Unidades: Movilización, SUR, Esterilización, Laboratorio, Vacunatorio, Mater, Programa Odontológico.

	PROTOCOLO DE PERFIL DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA OPERAR EQUIPOS CRÍTICOS Y RELEVANTES INSTITUCIONALES.	Código:	EQ 3.1
		Fecha:	Febrero de 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Febrero de 2030
		Página:	Página 6 de 6

VIII. BIBLIOGRAFÍA

- CONGRESO NACIONAL DE CHILE, 1988. Decreto Supremo N° 48. Aprueba reglamento de calderas y generadores de vapor.
- SUPERINTENDENCIA DE SALUD, 2009. Pauta de Cotejo, Manual del Estándar General de Acreditación para Prestadores Institucionales de Atención Abierta.
- Ámbito seguridad de equipamiento, presentación Superintendencia de Salud. Chile.

IX. AUTORES

Cristian Cárdenas Espinoza, Encargado de Calidad CESFAM Dr. Orlando Leyton A.

X. CONTROL DE CAMBIOS

Corrección	Fecha	Descripción de la modificación	Publicado en	N° documento