



RESOLUCIÓN EXENTA N°

843

KLGA. GVR /ING.AAV

Rancagua, 09 MAR 2022

VISTOS: Lo dispuesto en los artículos N° 1, 3, 9, 67, 82 Y 86 del DFL N° 725/68 que aprueba el Código Sanitario; las facultades que me confieren el DFL N° 1/05 que fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto Ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, del Ministerio de Salud; el D.S. N° 136/05 del Ministerio de Salud que aprueba el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, en el artículo 1 N° 36 del D.F.L. N° 1/89, del Ministerio de Salud que "Determina las materias que requieren autorización sanitaria expresa; en el D.S. N° 133/84, que aprueba el "Reglamento sobre autorizaciones para instalaciones radiactivas o equipos generadores de radiaciones ionizantes, personal que se desempeñe en ellas, u opere tales equipos y otras actividades afines", en el D.S. N° 03/85, que aprueba el "Reglamento de protección radiológica de instalaciones radiactivas", ambos del Ministerio de Salud; en la Circular N° B33/N° 37 de fecha 21 de octubre 2014, del Ministerio de Salud; Decreto N°4/ 20 del Ministerio de Salud, que "Decreta alerta sanitaria por el período que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica por emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote del nuevo coronavirus (2019-NCOV); la Resolución N° 7/2019 de la Contraloría General de la República y la Resolución Exenta N° 8256/2019, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de O'Higgins; y

CONSIDERANDO: Estos antecedentes, la solicitud N° 008 presentada el día 07 de febrero 2022, por Centro de Imagenología Médica ImagenSalud S.A., RUT N° 77.452.190-9, representada por D. Arturo Alejandro Canelo Miranda, RUN N° 10.728.987-9, ambos con domicilio en Díaz Besoain N° 180, comuna de Santa Cruz, la cual, solicita autorización de instalación radiactiva de 2ª categoría.

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me concede la ley, dicto la siguiente:

RESOLUCIÓN

1. AUTORIZÁSE la Operación de una Instalación Radiactiva de 2ª categoría que cuenta con un equipo de Rayos X Fijo, del tipo Mamógrafo, marca HOLOGIC, modelo M IV, año fabricación 2007, N° de serie del tubo 95823-7V, con un kilo voltaje máximo de 35 K.v. y una corriente máxima de 100 mA, instalado en interior sala mamografía, con domicilio en Díaz Besoain N° 180, comuna Santra Cruz, propiedad de Centro de Imagenología Médica ImagenSalud S.A., ya individualizada.

2. Cualquier modificación respecto de los antecedentes presentados y de las condiciones en que ha sido autorizada la instalación, a saber, traspaso a cualquier título, cambio del tubo de rayos x, ampliaciones o dependencias diferentes a las existentes, ejercicio de otra actividad no autorizada, traslado, cierre temporal o definitivo, entre otras, no será amparada por la presente Resolución y dichas eventualidades deberán ser oportunamente comunicadas y aprobadas por esta SEREMI de Salud.

3. La presente autorización tiene una vigencia de tres años, a contar desde la fecha de su emisión, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7° del Código Sanitario, siendo automática y sucesivamente prorrogada por periodos iguales, mientras no sean expresamente dejados sin efecto.

4. Esta autorización sanitaria expresa, ha sido otorgada excepcionalmente atendiendo que no es factible realizar la evaluación radiológica correspondiente por encontrarnos en Alerta Sanitaria, se realizara la inspección una vez que el control del contagio lo permita.

ANÓTESE Y CÚMPLASE

**POR ORDEN DEL SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS**



VÍCTOR PEÑA AHUMADA
DEPARTAMENTO ACCIÓN SANITARIA
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

Distribución:
Interesado
Unidad de Salud Ocupacional
Depto. Acción Sanitaria
Unidad de Políticas Farmacéuticas y Profesiones médicas
Of. de Partes SEREMI de Salud