UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS (FCA)

Pedro Luís de Almeida Brito

Modelagem e simulação de mecanismos passivos de apoio ao braço

Limeira
2026

Pedro Luís de Almeida Brito

Modelagem e simulação de mecanismos passivos de apoio ao braço

Monografia apresentada à Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) como parte dos requisitos para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Manufatura.

Orientador: Prof. Dr. Eduardo Paiva Okabe

ESTE EXEMPLAR CORRESPONDE À VERSÃO DA MONOGRAFIA ENTREGUE À BANCA ANTES DA DEFESA.

Na versão final, esta página será substituída por outra informando a composição da banca e que a ata de defesa está arquivada pela Universidade Estadual de Campinas.

Resumo

Resumo a redigir (no máximo 500 palavras, em uma única página).

Abstract

Abstract to be written (at most 500 words, on a single page).

Lista de Figuras

1 Circuito vetorial do gerador de torque na pose de referência (θ^* = 115,017°, h = 22,701 mm) 27
2 Circuito do mecanismo na pose do CAD (regime I, θ_{el} = 82,038°) e em θ_{el} = 10° (regime II) 42
3 Figura 16 da EP 3 504 033 B1, razão de torques em função da anteversão para três pré-tensões do mesmo atuador 45
4 Torque do cabo calculado ($-\tau$) e pontos extraídos da patente, com os resíduos no painel inferior (K = 174,68; h = 22,701 mm; X_{pose} = 37,383 mm) 56
5 Família de curvas de torque do cabo para h de 16 a 32,886 mm, com K = 174,68 e X_{pose} = 37,383 mm congelados, e os 29 pontos extraídos da patente 59
6 RMSE contra os pontos extraídos em função de h, com K congelado: faixa completa, em escala logarítmica, com os valores fisicamente viáveis, e ampliação em torno do mínimo, com os platôs de RMSE 60
7 Torque do cabo e torque gravitacional normalizados pelos respectivos picos, em função da elevação anatômica (K = 174,68; h = 22,701 mm; X_{pose} = 37,383 mm) 63
8 Identificação de s_0 pelo espaçamento entre as curvas, com (a) o fator G_i de cada curva e (b) o fator G lido na Figura 16 da patente e a forma prevista pelo modelo, normalizados em 90° 71
9 Pontos extraídos da Figura 16 da patente e razão calculada pelo ajuste de forma, com (a) escala c por curva e (b) escala c comum às três curvas 74
10 Família de curvas em *e*, com s_0 = 287,190 mm, com (a) o torque por unidade de rigidez e (b) a razão entre o torque do elástico e o do peso com K = K_{40} 77
11 Torque do elástico e torque do peso normalizados pelos respectivos picos, em função da anteversão 78
12 Torque do elástico com K = K_{40} no cenário de projeto, torque do peso do membro humano e alvo de 40% 79

Lista de Tabelas

1 Convenções angulares e de sinal 26
2 Fontes e arquivos utilizados na análise da EP 3 504 033 B1 36
3 Convenções angulares e de sinal do modelo da Ottobock 40

4 Grandezas medidas na reconstrução em CAD 52
5 Propriedades de massa do conjunto braço–exoesqueleto 52
6 Pontos extraídos da curva da patente e torque calculado pelo modelo 53
7 Verificações da cadeia de cálculo (h = 22,701 mm) 54
8 Parâmetros não publicados, origem e verificação 55
9 Indicadores de qualidade do ajuste à curva da patente 56
10 Zonas de sinal dos resíduos (modelo − extraído), em ordem de θ^* 57
11 Grandezas do mecanismo na faixa de operação 58
12 Platôs de RMSE com K congelado 60
13 Valores notáveis de h na varredura com K congelado 61
14 Grandezas medidas no modelo em CAD e grandezas derivadas 65
15 Propriedades de massa do membro humano em relação ao eixo da articulação 20 66
16 Pontos extraídos da Figura 16 da patente (razão em divisões da grade) 67
17 Verificações da cadeia de cálculo do modelo da Ottobock 69
18 Comprimento de referência s_0 identificado pelo espaçamento entre as curvas da Figura 16 da patente 69
19 Ajuste de s_0 à forma de cada curva da Figura 16 da patente 72
20 Ajuste conjunto com escala comum e ajuste com força constante 73
21 Parâmetros não publicados, origem e identificabilidade 74
22 Grandezas do circuito em ângulos representativos (e = 34,785 mm) 75
23 Família de curvas em e, com s_0 = 287,190 mm e K = 1,45915 N/mm 76
24 Cenário de projeto com s_0 = 287,190 mm e K = K_{40} = 1,45915 N/mm 78
25 Pendências da análise da EP 3 504 033 B1 80
26 Comparação entre os dois dispositivos analisados 81

Sumário

1 Introdução **10**
1.1 Objetivos . . . 11
1.1.1 Objetivo geral . . . 11
1.1.2 Objetivos específicos . . . 11
1.2 Justificativa . . . 12

2 Fundamentação teórica **14**
2.1 Carga do ombro no trabalho acima da cabeça . . . 14
2.2 Exoesqueletos de membro superior . . . 14
2.3 Compensação de gravidade em mecanismos passivos . . . 15
2.4 Curva torque × ângulo e ajuste ao perfil gravitacional . . . 16
2.5 Compatibilidade cinemática e forças de interface . . . 17
2.6 Modelagem dinâmica multicorpos . . . 18
2.7 Arquiteturas passivas de apoio ao ombro . . . 19
2.8 Balanceamento estático por molas . . . 20
2.9 Parâmetros inerciais do membro superior e transporte de eixos . . . 20
2.10 Identificação de parâmetros a partir de curvas publicadas . . . 21
2.11 Lacuna . . . 22

3 Materiais e métodos **23**
3A Exoesqueleto 1: US 9.889.554 B2 . . . 24
3A.1 Reconstrução geométrica em CAD . . . 24
3A.2 Parâmetros inerciais do membro e transporte ao eixo da junta . . . 24
3A.3 Referenciais e convenções angulares e de sinal . . . 25
3A.4 Equação de fechamento do circuito vetorial . . . 25
3A.5 Ponto de tangência, distância b, ângulo β e braço de momento . . . 27
3A.6 Caminho do cabo, lei da mola e torque . . . 28
3A.7 Ponto morto . . . 30
3A.8 Torque gravitacional . . . 30
3A.9 Dados da patente e identificação dos parâmetros . . . 31
3A.10 Varredura paramétrica de h com K congelado . . . 32
3A.11 Verificações numéricas e testes automatizados . . . 32
3A.12 Etapas dinâmicas previstas . . . 33
3A.13 Ferramentas e delimitação . . . 34
3B Exoesqueleto 2: EP 3 504 033 B1 . . . 34
3B.1 Fontes e arquivos utilizados . . . 35
3B.2 Arquitetura descrita na patente . . . 35
3B.3 Reconstrução geométrica em CAD . . . 37
3B.4 Parâmetros inerciais do membro e transporte ao eixo da articulação 20 . . . 38
3B.5 Referenciais e convenções angulares e de sinal . . . 38

3B.6 Cinemática: equações de circuito e troca de regime . . . 39
3B.7 Força elástica e torque . . . 42
3B.8 Torque gravitacional . . . 43
3B.9 Dados da patente . . . 44
3B.10 Identificação dos parâmetros a partir da Figura 16 da patente . . . 45
3B.11 Varredura paramétrica do trecho *e* da alavanca . . . 48
3B.12 Verificações numéricas . . . 48
3B.13 Etapas dinâmicas previstas . . . 49
3B.14 Ferramentas e delimitação . . . 50

4 Resultados e discussão **51**
4A Exoesqueleto 1: US 9.889.554 B2 . . . 51
4A.1 Geometria reconstruída e propriedades de massa . . . 51
4A.2 Dados extraídos da patente . . . 53
4A.3 Verificação da cadeia de cálculo . . . 54
4A.4 Parâmetros do modelo e reprodução da identificação . . . 54
4A.5 Qualidade do ajuste à curva da patente . . . 56
4A.6 Comportamento da mola e do mecanismo . . . 58
4A.7 Varredura paramétrica de h com K congelado . . . 59
4A.8 Confronto entre o torque do cabo e o torque gravitacional . . . 62
4A.9 Limitações dos resultados . . . 63
4B Exoesqueleto 2: EP 3 504 033 B1 . . . 64
4B.1 Geometria reconstruída e propriedades de massa . . . 65
4B.2 Dados extraídos da patente . . . 66
4B.3 Verificação da cadeia de cálculo . . . 68
4B.4 Identificação de s_0 pelo espaçamento entre as curvas . . . 68
4B.5 Forma das curvas e ajuste de forma . . . 71
4B.6 Parâmetros do modelo . . . 73
4B.7 Comportamento do elástico e do mecanismo . . . 75
4B.8 Varredura paramétrica do trecho *e* da alavanca . . . 75
4B.9 Confronto com o torque gravitacional . . . 76
4B.10 Limitações dos resultados . . . 79
4B.11 Comparação com o exoesqueleto 1 . . . 81

5 Conclusão **83**
5A Exoesqueleto 1: US 9.889.554 B2 . . . 83
5B Exoesqueleto 2: EP 3 504 033 B1 . . . 84

Referências **87**

Capítulo 1

Introdução

Vários setores como: Montagem automotiva, construção civil, solda e manutenção industrial exigem do trabalhador a manutenção dos braços elevados, muitas vezes acima da linha dos ombros. A análise de van der Molen et al. (2017) associa a elevação dos braços ao dobro do risco de distúrbios na articulação ombro, e Seidler et al. (2020) estimam aumento de 21% no risco a cada mil horas de trabalho com as mãos acima dessa linha.

Em 2025, no Brasil, foram concedidos 4,12 milhões afastamentos por incapacidade temporária, e as lesões do ombro (CID M75) ficaram entre as maiores causas, com 135.093 concessões (Agência Brasil, 2026). Na série de 2008 a 2018, os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho responderam por 786.923 benefícios acidentários, e o CID M75 foi a razão de afastamento mais frequente entre as mulheres (Manoel; Cavalcante, 2025).

Os exoesqueletos surgem, então, como uma das respostas a esse problema. Os modelos passivos, que devolvem ao usuário a energia armazenada em molas, são os modelos predominantes no meio industrial por serem leves, baratos e independentes de fonte externa de energia (de Looze et al., 2016; Reyes et al., 2023). Revisões de estudos experimentais sugerem redução consistente da atividade dos deltoides e do trapézio durante o trabalho acima da cabeça (Bär et al., 2021; Moeller et al., 2022).

Em um dispositivo passivo o auxílio é consequência da geometria do mecanismo e da mola. O torque entregue é uma função do ângulo de elevação, e projetar o dispositivo significa aproximar essa curva do torque gravitacional do braço. Quando as duas curvas se afastam, o exoesqueleto ajuda demais em uma faixa e de menos em outra, provocando uma compensação com a musculatura do usuário (Nasr; Ferguson; McPhee, 2022).

Os modelos que chegaram ao mercado estão descritos em patentes, que detalham o mecanismo, mas não permitem quantificá-lo: apesar de conter as curvas de torque nos eixos, nenhuma delas informa massa, inércia ou rigidez. Avaliar um mecanismo desses exige

reconstruir sua geometria e resolver o problema em duas etapas, o equilíbrio estático, que dimensiona a compensação de gravidade, e a dinâmica multicorpos, que expõe inércia, forças de Coriolis e atrito durante o movimento real.

Este trabalho trata dessa lacuna: modelar e simular, de forma integrada, o comportamento estático e dinâmico de mecanismos passivos de apoio ao braço reconstruídos a partir de suas patentes, usando formulações amplamente conhecidas como a formulação de Lagrange e parâmetros antropométricos de referência.

Nesta etapa, o procedimento foi aplicado a dois mecanismos de arquitetura distinta. O primeiro é o gerador de torque de mola, cabo e polia da US 9.889.554 B2 (van Engelhoven; Kazerooni, 2018). O segundo é o dispositivo da EP 3 504 033 B1 (Ottobock, 2023), em que um elemento elástico atua diretamente sobre uma alavanca solidária ao braço e um elemento de encosto junto à articulação reduz o torque com o braço baixado e o anula quando situado sobre o eixo de rotação. Os dois são tratados em partes separadas dos capítulos 3, 4 e 5, identificadas pelas letras A e B.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo geral

Modelar e simular o comportamento estático e dinâmico de mecanismos passivos de apoio ao braço descritos em patentes, tomando como caso de referência o gerador de torque de mola da US 9.889.554 B2, US 9.737.374 B2 e da EP 3 504 033 B1 e comparar o torque entregue pelo mecanismo ao torque gravitacional do conjunto braço–exoesqueleto ao longo da faixa de elevação.

1.1.2 Objetivos específicos

a) reconstruir em CAD a geometria do gerador de torque a partir dos desenhos da patente e extrair massa, centro de massa e momentos de inércia de cada peça;

b) estimar os parâmetros inerciais de braço, antebraço e mão segundo de Leva (1996) e transportá-los ao eixo da junta pelo teorema dos eixos paralelos;

c) formular a cinemática de circuito fechado do mecanismo, obtendo o comprimento do cabo, a condição de tangência na polia, o braço de momento e o torque em função do ângulo;

d) identificar, por mínimos quadrados e sob restrições geométricas declaradas, os parâmetros que a patente não informa — posição da ancoragem, comprimento livre e rigidez da mola e calibração angular;

e) calcular, de forma independente da cadeia do cabo, o torque gravitacional do conjunto braço–exoesqueleto e confrontar as duas curvas ao longo da faixa de elevação;

f) obter a equação de movimento pela formulação de Lagrange e integrá-la numericamente, avaliando a resposta sob velocidades e acelerações transitórias;

g) acoplar o modelo ao MBDyn por meio de força estrutural externa, com troca de dados via *socket*, para a simulação multicorpos do conjunto humano–exoesqueleto.

Para o dispositivo da EP 3 504 033 B1, acrescentam-se os objetivos:

h) aplicar a esse dispositivo a reconstrução, a composição inercial, a cinemática e o confronto com o torque gravitacional previstos nos itens a, b, c e e, substituindo o cabo e a polia por um circuito de dois regimes, com o elástico retilíneo ou apoiado no elemento de encosto junto à articulação;

i) identificar o comprimento de referência do elástico a partir das três curvas de pré-tensão publicadas na patente, por um procedimento que não dependa da escala da ordenada nem da rigidez.

1.2 Justificativa

O auxílio de um exoesqueleto passivo depende apenas da geometria e da mola, parâmetros que são definidos durante o projeto e inalteráveis após a manufatura do modelo. Um modelo confiável permite estudar rigidez, pré-carga e posição dos suportes antes do protótipo físico, quando mudar ainda é barato, e permite comparar mecanismos concorrentes sobre a mesma base quantitativa — algo que as patentes, por si, não oferecem.

A escolha de ferramentas livres, Python e MBDyn, torna o modelo reprodutível por outros grupos e extensível a sistemas multicorpos mais completos. E o tema tem endereço local: as

lesões de ombro continuam entre as principais causas de afastamento no país, em setores que concentram trabalho acima da cabeça.

O segundo dispositivo acrescenta ao trabalho um caso de teste do procedimento de identificação. A EP 3 504 033 B1 publica, na mesma figura, três curvas obtidas com o mesmo atuador e pré-tensões diferentes (Ottobock, 2023). Essa redundância permite obter grandezas que uma única curva sem escala não determina e confrontar, sobre a mesma base de cálculo, duas arquiteturas que a seção 2.7 associa a produtos comerciais.

Capítulo 2

Fundamentação teórica

2.1 Carga do ombro no trabalho acima da cabeça

Durante atividades que exigem a manutenção dos braços elevados, o sistema musculoesquelético é submetido a demandas intensas de torque articular (Moeller et al., 2022; Perry; Rosen; Burns, 2007). A contração dos músculos flexores e abdutores para vencer a gravidade induz à fadiga precoce e eleva o risco de Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT).

A evidência epidemiológica disponível indica relação dose-dependente entre a exposição postural e o desfecho clínico. A meta-análise de van der Molen et al. (2017) atribui à elevação de braços e mãos a duplicação do risco de distúrbios específicos do ombro, enquanto Seidler et al. (2020) quantificam acréscimo de 21% no risco a cada mil horas acumuladas de trabalho com as mãos acima da linha dos ombros — faixa angular na qual se intensifica a compressão subacromial sobre os tendões do manguito rotador.

O torque exigido do ombro depende do ângulo de elevação (θ). Sob condições estáticas ou semiestáticas, o momento gravitacional sobre o conjunto braço–antebraço varia proporcionalmente ao seno do ângulo articular, com pico quando o segmento fica perpendicular ao vetor da gravidade, a 90° de elevação (Grazi et al., 2020; Palazzi et al., 2022). É esse perfil que qualquer dispositivo de apoio precisa acompanhar.

2.2 Exoesqueletos de membro superior

Avanços na robótica e na biomecânica aceleraram o desenvolvimento de exoesqueletos que interagem com a estrutura musculoesquelética humana (Gull; Bai; Bak, 2020). Na reabilitação, apoiam pacientes com sequelas neurológicas, como as do Acidente Vascular

Cerebral (Barsotti et al., 2015; Bouteraa; Ben Abdallah, 2016; Zeiaee et al., 2017); na indústria, reduzem a sobrecarga física de trabalhadores (Moeller et al., 2022; Spada et al., 2017).

Quanto à fonte de energia empregada, tais dispositivos classificam-se em ativos, que incorporam atuadores, sensores e malhas de controle (Perry; Rosen; Burns, 2007; Rahman et al., 2015); passivos, que armazenam e restituem energia por meio de elementos elásticos, sem qualquer fonte externa de potência; e semipassivos, que regulam mecanicamente o nível de assistência sem, contudo, injetar energia no movimento (Grazi et al., 2020). No contexto ocupacional de apoio ao ombro, as arquiteturas passivas predominam, e o estado da arte, os desafios abertos e as direções futuras de pesquisa desse grupo encontram-se sistematizados por Reyes et al. (2023).

No caso dos dispositivos ativos, o desempenho é condicionado tanto pela arquitetura mecânica quanto pela instrumentação responsável por estimar a intenção de movimento do usuário. Atia et al. (2018) acompanham a cinemática do braço por unidades inerciais em protótipo de baixo custo, ao passo que Obukhov et al. (2025) recorrem à fusão de eletromiografia, unidades inerciais e rastreadores de realidade virtual para classificar a atividade motora que comanda o exoesqueleto. Tal aparato instrumental inexiste nos dispositivos passivos, nos quais a assistência fica integralmente determinada na etapa de projeto do mecanismo — circunstância que confere ao modelo preditivo um peso que ele não teria em um sistema controlado.

Entre os passivos destinados ao levantamento de cargas, Ning et al. (2023) organizam a estrutura em módulos de braço, ombro e costas e dimensionam o conjunto a partir da tração da mola. Os efeitos documentados pela literatura experimental apresentam direção consistente, porém magnitude variável: a meta-análise de Bär et al. (2021) reúne as reduções de esforço físico agudo associadas ao uso de exoesqueletos ocupacionais, e Moeller et al. (2022) registram diminuição da atividade de deltoide e trapézio na maioria dos 35 estudos revisados, acompanhada, entretanto, de efeitos indesejados quando o ajuste do dispositivo não corresponde à tarefa executada.

2.3 Compensação de gravidade em mecanismos passivos

A compensação de gravidade constitui problema clássico da síntese de mecanismos. Arakelian (2016) sistematiza as soluções em três grupos, definidos pela natureza da força

compensadora — contrapesos, molas ou força ativa proveniente de atuador auxiliar —, e Nguyen (2026) atualiza o panorama das alternativas estritamente passivas e de seus limites de aplicação. Em exoesqueletos vestíveis, a inviabilidade do contrapeso impõe o predomínio da solução elástica, quase sempre associada a cabos, polias ou cames encarregados de moldar a curva de torque; nessa linha, Ning et al. (2022) projetam o perfil da came a partir do módulo de armazenamento de energia da mola e validam o resultado por eletromiografia.

A patente US 9.889.554 B2 (van Engelhoven; Kazerooni, 2018) descreve arranjo dessa natureza: um elo proximal, solidário a uma base fixada ao tronco, articula-se com um elo distal que acompanha o braço, e um gerador de força de tração, constituído por mola e cabo tensionado sobre uma polia, produz o torque de apoio. Abaixo de um ângulo de transição (*toggle angle*), uma protuberância situada junto à junta restringe a mola, de modo que o torque decai a valor residual e o membro recupera liberdade de movimento. A patente EP 3 504 033 B1 (Ottobock, 2023), por sua vez, endereça o mesmo problema por caminho construtivo distinto, transmitindo a força de um atuador passivo por meio de elemento rígido apoiado na pelve.

Em ambos os documentos, contudo, as figuras exibem apenas a forma dos perfis de torque, desprovidas de escala nos eixos, o que inviabiliza o aproveitamento direto dos dados publicados e motiva a reconstrução geométrica adotada neste trabalho.

Na EP 3 504 033 B1, a faixa sem torque com o braço baixado não depende de um batente. O elemento elástico passa a encostar, a partir de um ângulo ajustável, num elemento de encosto situado junto à articulação; com esse elemento sobre o eixo de rotação, as forças dos dois trechos do elástico passam pelo eixo e não produzem torque, embora o elástico continue tracionado (Ottobock, 2023). Nessa patente, diferentemente do que se disse acima para os dois documentos, a abscissa das curvas publicadas tem escala em graus; só a ordenada é desprovida de escala.

2.4 Curva torque × ângulo e ajuste ao perfil gravitacional

O mapeamento da curva torque × ângulo gerada pelo mecanismo permite alinhar o perfil de suporte elástico à curva anatômica de carga do braço, otimizando a entrega de torque nas posições de maior exigência (Ning et al., 2022; Okabe et al., 2025). Palazzi et al. (2022) mostram,

em um exoesqueleto balanceado por gravidade, redução de 89% no torque de pico do ombro quando esse ajuste é bem resolvido.

O ajuste, entretanto, encontra limite intrínseco à natureza passiva do dispositivo. Nasr, Ferguson e McPhee (2022) otimizam mecanismos passivos de ombro mediante simulação dinâmica inversa e equações algébrico-diferenciais e concluem que um mecanismo dessa classe entrega torque específico para cada ângulo de elevação, condição que o torna adequado a uma tarefa e inadequado às demais. Daí decorrem as soluções semipassivas de assistência regulável (Grazi et al., 2020) e as configurações ativo-passivas (Nasr; Bell; McPhee, 2023); na primeira direção, Grazi et al. (2022) regulam o nível de assistência em tempo real a partir dos sinais cinemáticos captados pelos próprios sensores embarcados no dispositivo.

A EP 3 504 033 B1 explicita esse requisito na forma de preferências de projeto: nenhuma força abaixo de um ângulo do braço em relação à vertical, como 45°, 60° ou 90°, e força máxima entre 70° e 120°, de preferência em 90° (Ottobock, 2023). A patente destaca, nas reivindicações, dois meios de ajustar a força, a pré-tensão do elemento elástico e a excentricidade do ponto de aplicação, e publica curvas para cada um deles; a descrição cita ainda o comprimento da mola sem carga, a posição do elemento de encosto junto à articulação e a troca de atuadores.

2.5 Compatibilidade cinemática e forças de interface

O membro superior tem arquitetura anatômica complexa, com destaque para o complexo do ombro, modelável como junta de três graus de rotação cujo centro glenoumeral se desloca durante a elevação do braço (Gopura; Kiguchi, 2009; Shen; Ferguson; Rosen, 2020). Os desalinhamentos entre os eixos de rotação da estrutura e as articulações biológicas geram hiperestaticidade e, com ela, forças parasitas de cisalhamento e pressão excessiva nos apoios de fixação, comprometendo conforto e eficiência (Zeiaee et al., 2017).

Näf et al. (2018) revisam nove categorias de estratégias de compensação de desalinhamento e as avaliam segundo o domínio de aplicação e os requisitos específicos de cada um, ao passo que Yoon et al. (2022) demonstram que a otimização da posição das juntas de um exoesqueleto de ombro reduz simultaneamente a força de interação e o volume ocupado pela estrutura. Tais forças de contato constituem, precisamente, uma das grandezas de saída que o modelo desenvolvido neste trabalho se propõe a estimar.

A EP 3 504 033 B1 trata a compatibilidade cinemática por outro caminho. A patente atribui ao estado da técnica o alinhamento dos eixos do dispositivo aos do ombro e observa que, mesmo assim, movimentos do tronco, da coluna e da cintura escapular não são acompanhados (Ottobock, 2023). Em vez disso, o elemento de apoio do braço liga-se ao elemento de transmissão de força por uma única articulação, cujo eixo não coincide com o de abdução do ombro, e esse elemento pode girar em relação ao cinto pélvico. Com isso, a concha do braço tem três graus de liberdade de translação e três de rotação em relação ao contra-apoio, e a reação é levada à pelve, o que, segundo a patente, evita a compressão de partes moles e das costelas.

2.6 Modelagem dinâmica multicorpos

A análise de equilíbrio estático dimensiona a compensação de gravidade (Palazzi et al., 2022), mas durante o movimento real ela é sobreposta por componentes dinâmicas: matriz de inércia M(θ), forças de Coriolis e centrífugas C(θ,θ'), atrito articular não linear com folga (*backlash*) e histerese nos mecanismos de transmissão (Rahman et al., 2015; Wang et al., 2022). Daí a necessidade de estender o modelo a uma análise multicorpos, pela formulação de Euler-Lagrange ou por equações algébrico-diferenciais, avaliando o comportamento sob velocidades e acelerações transitórias.

Os parâmetros inerciais dos segmentos corporais que alimentam essa formulação provêm de tabelas antropométricas: de Leva (1996) ajusta os valores de Zatsiorsky e Seluyanov aos centros articulares, procedimento que viabiliza o transporte de massa e momentos de inércia ao eixo da junta do exoesqueleto pelo teorema dos eixos paralelos.

O MBDyn, programa livre de dinâmica multicorpos desenvolvido no Politecnico di Milano, integra sistemas dessa natureza segundo a formulação apresentada por Masarati, Morandini e Mantegazza (2014) e admite forças externas trocadas por *socket*, o que viabiliza o acoplamento com um modelo implementado em Python. Trabalhos recentes percorrem esse caminho: Nasr, Ferguson e McPhee (2022) e Nasr, Bell e McPhee (2023) modelam o conjunto humano–exoesqueleto como cadeia cinemática fechada, enquanto Musso, Oliveira e Bai (2022) descrevem matematicamente um exoesqueleto passivo não rígido e o avaliam por simulação musculoesquelética.

2.7 Arquiteturas passivas de apoio ao ombro

Três arquiteturas comerciais consolidaram soluções distintas para esse mesmo problema. O shoulderX, desenvolvido na Universidade da Califórnia em Berkeley, gera o torque por conjunto mola–cabo–polia montado entre um elo proximal e um elo distal: a mola traciona um cabo que contorna a polia solidária ao elo distal, e uma protuberância junto à junta restringe o gerador de força além do ângulo de transição, instaurando a zona neutra em que o torque é praticamente nulo com o braço baixado (van Engelhoven; Kazerooni, 2018).

O Airframe, da Levitate Technologies, adota sistema adaptativo de apoio no qual o elemento elástico é progressivamente engajado à medida que o braço se eleva, transferindo-se a carga ao tronco e à cintura pélvica (Doyle, 2017). Já o Paexo, da Ottobock, emprega elemento elástico atuando sobre braço de alavanca ajustável, de modo que o suporte é máximo com o braço próximo da horizontal e se anula com o braço junto ao corpo (Ottobock, 2023). Apesar das diferenças construtivas, as três soluções perseguem idêntico objetivo funcional: sintetizar, por meio da geometria e de um único elemento elástico, perfil de torque que acompanhe o momento gravitacional do membro superior ao longo da elevação.

Nas configurações das Figuras 1 e 18 da patente da Ottobock, a força de apoio é transmitida por uma barra que vai da articulação junto ao ombro a um cinto pélvico, e o elemento elástico, uma mola de tração ou um cabo elástico, liga essa barra a uma alavanca do elemento que acompanha o braço, sem cabo de transmissão nem polia; a descrição admite outras variantes, como o princípio do cabo Bowden e o uso de cames ou engrenagens (Ottobock, 2023).

A avaliação experimental desses dispositivos evidencia, contudo, que o ganho não é automático. Kim et al. (2018a) relatam redução de até 45% no pico de atividade muscular do ombro em tarefas simuladas de furar e montar acima da cabeça, acompanhada de queda no tempo de execução e de aumento no número de erros; em trabalho complementar, os mesmos autores documentam efeitos não previstos sobre a cinemática do ombro, o equilíbrio postural e a carga na coluna (Kim et al., 2018b). A leitura de projeto que daí decorre é direta: o benefício depende menos da magnitude do torque fornecido do que de sua distribuição angular, o que converte o requisito de projeto em uma curva $\tau(\theta)$, e não em valor isolado de torque máximo.

2.8 Balanceamento estático por molas

A síntese de um perfil de torque por meio de molas dispõe de base teórica consolidada. Herder (2001) formaliza os sistemas de energia nula, nos quais a soma das energias potenciais gravitacional e elástica permanece constante em toda a faixa de movimento, e demonstra que o balanceamento perfeito exige molas de comprimento livre nulo, obtidas na prática por arranjos de cabo e polia.

Wu, Wang e Du (2016) aplicam o princípio a um exoesqueleto de membro superior e relatam redução de 34,6% no consumo de potência em relação à configuração não balanceada. Em exoesqueletos vestíveis, porém, o balanceamento perfeito não constitui o alvo: as restrições de empacotamento, o curso admissível da mola e a exigência de anular o suporte com o braço baixado convertem o problema em exercício de projeto restrito, no qual se busca a melhor aproximação de um perfil desejado dentro de limites construtivos, e não a compensação integral do peso. Por essa razão, o torque de um mecanismo passivo resulta do produto entre a força elástica, função da extensão da mola, e o braço de momento do cabo, ambos dependentes da configuração de forma não linear.

No dispositivo da EP 3 504 033 B1, o elástico liga diretamente a barra à alavanca, sem o arranjo de cabo e polia que, segundo Herder (2001), aproxima a mola da condição de comprimento livre nulo. O perfil de torque resulta da variação simultânea do comprimento do elástico e do braço de alavanca com o ângulo, e o contato com o elemento de encosto introduz uma segunda configuração geométrica, de torque nulo ou reduzido, na faixa de braço baixado.

2.9 Parâmetros inerciais do membro superior e transporte de eixos

O cálculo do torque gravitacional e das equações de movimento pressupõe o conhecimento da massa, da posição do centro de massa e dos momentos de inércia de braço, antebraço e mão. De Leva (1996) ajusta os dados de Zatsiorsky e Seluyanov, obtidos por varredura de raios gama, de modo que as posições de centro de massa e os raios de giração fiquem referenciados aos centros articulares usualmente adotados em biomecânica, e não aos marcos ósseos originais.

Os valores são expressos como frações da massa corporal total e do comprimento do segmento, o que permite escalar o modelo para o indivíduo de referência adotado.

Como tais parâmetros são fornecidos no centro de massa de cada segmento, sua transposição ao eixo da junta do exoesqueleto demanda o teorema dos eixos paralelos, segundo o qual o momento de inércia em eixo paralelo corresponde à soma do momento no centro de massa com o produto da massa pelo quadrado da distância entre os eixos. Cabe distinguir, nesse ponto, as duas grandezas que o procedimento alimenta: o momento estático do peso, dependente apenas da massa e do braço horizontal do centro de gravidade, e o momento de inércia, que descreve a resistência à aceleração angular e comparece exclusivamente na análise dinâmica.

2.10 Identificação de parâmetros a partir de curvas publicadas

Quando os parâmetros construtivos não são divulgados pelo fabricante, resta identificá-los a partir daquilo que a patente efetivamente publica. As curvas de torque dessas fontes são, em geral, qualitativas: a ordenada aparece rotulada apenas como torque, sem unidade declarada, circunstância que permite ajustar a forma do perfil, mas não convertê-lo em newton-metro sem dado adicional documentado.

O procedimento usual consiste no ajuste por mínimos quadrados dos parâmetros desconhecidos contra os pontos extraídos da curva, sob restrições geométricas e de projeto explicitadas, avaliado por indicadores como a raiz do erro quadrático médio e o coeficiente de determinação. Dois cuidados distinguem um ajuste defensável de um exercício circular: a separação entre a etapa de identificação e a etapa de uso, com o congelamento dos parâmetros antes da avaliação do modelo, e a classificação de cada grandeza quanto à origem — medida, de literatura, identificada, derivada ou assumida — de modo que nenhum parâmetro ajustado seja apresentado como medida.

Quando uma mesma figura reúne curvas do mesmo dispositivo que diferem por um único parâmetro, as razões entre elas eliminam os fatores comuns. Na EP 3 504 033 B1, três curvas foram obtidas com o mesmo atuador e pré-tensões diferentes; admitindo-se que a rigidez, a escala da ordenada, o braço de momento e o torque do peso sejam comuns às três, a razão entre duas curvas depende apenas do comprimento do elástico e das pré-tensões. Essa propriedade

permite identificar o comprimento de referência do elástico sem conhecer a escala da ordenada e é a base do procedimento da seção 3B.10.

2.11 Lacuna

A literatura revisada avalia, predominantemente, dispositivos já construídos, por meio de eletromiografia e questionários, ou otimiza mecanismos concebidos pelos próprios autores. Configura-se, assim, a ausência de uma comparação quantitativa entre os mecanismos passivos que efetivamente alcançaram o mercado, construída a partir da documentação pública de patente e conduzida do equilíbrio estático até a dinâmica multicorpos. É essa a contribuição pretendida pelo presente trabalho.

Capítulo 3

Materiais e métodos

O trabalho é teórico-computacional. O procedimento parte da reconstrução geométrica do mecanismo e chega ao torque estático que ele entrega em função do ângulo, passando pela identificação dos parâmetros que a patente não publica. Ele foi concebido para os geradores de torque da US 9.889.554 B2, da US 9.737.374 B2 e da EP 3 504 033 B1, mas, nesta etapa do trabalho, foi executado para o gerador de torque da US 9.889.554 B2, ao qual se referem as seções 3A, 4A e 5A, e para o dispositivo da EP 3 504 033 B1, ao qual se referem as seções 3B, 4B e 5B.

Cada grandeza empregada é classificada quanto à origem: medida no modelo em CAD, obtida da literatura, documental (lida em desenho ou documento, sem verificação independente), identificada por ajuste à curva da patente, derivada pelo modelo ou assumida como hipótese. A classificação impede que um parâmetro ajustado seja apresentado como medida e que uma hipótese de projeto seja apresentada como lei física.

A cadeia de cálculo descrita nas seções 3A.3 a 3A.8 está implementada no arquivo torque_model.py, que contém os parâmetros congelados e não executa ajuste algum. Os números e as figuras da seção 4A são produzidos pelo script tcc_resultados.py, que importa esse modelo e chama suas funções com a posição da ancoragem sempre explícita, sem alterar nenhum parâmetro.

A cadeia de cálculo do dispositivo da EP 3 504 033 B1, descrita nas seções 3B.5 a 3B.8, está implementada no arquivo torque_model_ottobock.py, e os números e as figuras da seção 4B são produzidos pelo script tcc_resultados_ottobock.py, que grava os valores citados em results/ottobock_tcc_numeros.json e as figuras em results/, na mesma organização usada por torque_model.py e tcc_resultados.py na seção 4A. O script de resultados não altera parâmetro algum do modelo; as únicas identificações são as descritas na seção 3B.10.

3A Exoesqueleto 1: US 9.889.554 B2

3A.1 Reconstrução geométrica em CAD

A geometria do mecanismo foi reconstruída no Autodesk Fusion sobre os desenhos da patente, em especial a vista em corte do gerador de torque e o esquema simplificado que define o ângulo entre os elos e as distâncias características. Como as figuras de patente não são cotadas, o modelo foi escalado por um fator único, fixado pela razão entre o comprimento do elo distal reconstruído e o comprimento de segmento do indivíduo de referência.

Da reconstrução saem as grandezas geométricas do mecanismo — distância do pivô ao centro do tambor, raio do tambor, componentes do vetor que liga o pivô à ancoragem do cabo e defasagem angular do desenho —, a pose de referência, com o respectivo comprimento da mola, e o comprimento útil do alojamento da mola. O mesmo modelo fornece massa, posição do centro de massa e momento de inércia de cada peça do exoesqueleto. Por dependerem do fator de escala e da interpretação de desenhos não cotados, essas grandezas são classificadas como medidas em CAD, e não como dimensões do dispositivo comercial.

3A.2 Parâmetros inerciais do membro e transporte ao eixo da junta

Massa, posição do centro de massa e raios de giro de braço, antebraço e mão foram obtidos das tabelas de de Leva (1996) para o indivíduo masculino de referência, com o cotovelo estendido. Os momentos de inércia de cada corpo, do membro e das peças do exoesqueleto, foram transportados ao eixo da junta pelo teorema de Steiner:

$$I_O = I_{cm} + Md^2 \tag{1}$$

em que I_O é o momento de inércia em relação ao eixo da junta, I_{cm} o momento de inércia em relação ao eixo paralelo que passa pelo centro de massa, M a massa e d a distância entre os dois eixos. A composição foi feita em planilha, construída para recalcular o conjunto quando qualquer entrada muda. Conforme a seção 2.9, o momento de inércia não participa do torque estático do peso, que depende apenas da massa e da posição do centro de massa (seção 3A.8); ele se destina à etapa dinâmica prevista na seção 3A.12.

3A.3 Referenciais e convenções angulares e de sinal

O mecanismo é tratado como plano, com origem O no eixo da junta (pivô). Comprimentos são expressos em milímetros e ângulos em graus na entrada, com uma única conversão para radianos dentro das contas. Quatro ângulos aparecem no cálculo e são mantidos separados, por serem fonte recorrente de erro (Tabela 1). O ângulo interno θ^* entre os elos é a variável independente do modelo, e q é sua versão referida ao desenho:

$$q = \theta^* - \frac{\pi}{2} - \alpha \tag{2}$$

com θ^* e a defasagem angular α do desenho convertidos para radianos. O ângulo φ_{pat} da curva publicada na patente, medido a partir da horizontal, e a elevação anatômica do braço, θ_{el} (denotada θ na seção 2.1), relacionam-se com θ^* por

$$\theta^* = \theta_{off} - \varphi_{pat} \tag{3}$$

$$\theta_{el} = \varphi_{pat} + 90^\circ = 223{,}017^\circ - \theta^* \tag{4}$$

em que θ_{off} = 133,017° é a calibração angular identificada (seção 3A.9). A faixa da patente, φ_{pat} de −60° a +90,1°, corresponde a θ^* de 42,917° a 193,017° e a elevação de 30° a 180,1°; a elevação cresce quando θ^* decresce. O ângulo φ_{pat} não deve ser confundido com φ, direção da linha do cabo calculada pelo modelo (seção 3A.4).

O torque τ do modelo é positivo no sentido anti-horário, isto é, no sentido de θ^* crescente. A patente apresenta o torque do cabo positivo no sentido oposto, em que ele tende a elevar o braço; para uniformizar, a curva calculada comparada à da patente foi adotada $-\tau$.

3A.4 Equação de fechamento do circuito vetorial

A cinemática do gerador de torque é descrita por um circuito vetorial fechado (Figura 1), percorrido do pivô O até a ancoragem A do cabo, de A até o ponto de tangência T ao longo do vão livre do cabo, de T até o centro D do tambor e de D de volta a O ao longo do elo. O vetor fixo do pivô à ancoragem, no referencial do desenho, é

$$\mathbf{B} = (h \sin\alpha - p \cos\alpha, \quad h \cos\alpha + p \sin\alpha) \tag{5}$$

Tabela 1: Convenções angulares e de sinal

Símbolo	Definição	Relação	Uso
θ^*	Ângulo interno do mecanismo, entre os elos	Variável independente, em graus	Toda a cadeia de cálculo
q	θ^* referido ao desenho, em radianos	Equação (2)	Fechamento do circuito
φ	Direção da linha de ação do cabo	Equação (8)	Tangência, braço e força
φ_{pat}	Ângulo da curva publicada, a partir da horizontal	$\theta^* = \theta_{\text{off}} - \varphi_{\text{pat}}$	Leitura da patente
θ_{el}	Elevação anatômica do braço	$\theta_{\text{el}} = \varphi_{\text{pat}} + 90°$	Comparação com o peso
ψ	Ângulo entre o cabo e o elo pivô–tambor	Equação (15)	Arco enrolado no tambor
τ	Torque do cabo no modelo	Positivo no sentido de θ^* crescente	Cadeia de cálculo
$-\tau$	Torque do cabo na convenção da patente	Positivo quando tende a elevar o braço	Comparação com a patente

Fonte: elaborada pelo autor.

em que h e p são as componentes desse vetor no referencial do elo proximal. A posição da ancoragem h é o parâmetro geométrico mais incerto do mecanismo e permanece explícita em todas as equações; a cota lida no CAD, H_{CAD} = 34,785 mm, é tratada como valor documental, e o valor adotado no modelo é H_{CAL} = 22,701 mm (seção 3A.9). Com u(x) = (cos x, sen x) e $u_{\perp}$(x) = (−sen x, cos x), o fechamento do circuito se escreve

$$\mathbf{B} + s\mathbf{u}(\varphi) + R\mathbf{u}^{\perp}(\varphi) + C\mathbf{u}(q) = \mathbf{0} \tag{6}$$

em que s é o comprimento do vão livre do cabo, de A a T, R o raio do tambor e C a distância do pivô ao centro do tambor. As duas componentes da Equação (6) são as equações escalares de fechamento $f_1 = 0$ e $f_2 = 0$. Isolando-se os termos em φ, o lado esquerdo torna-se o vetor (s, R) girado de φ, o que permite resolver o sistema em forma fechada, sem procedimento iterativo:

$$\mathbf{W} = -\left(\mathbf{B} + C\mathbf{u}(q)\right), \quad \rho = |\mathbf{W}|, \quad s = \sqrt{\rho^2 - R^2} \tag{7}$$


$$\varphi = \operatorname{atan2}\left(W_y, W_x\right) - \operatorname{atan2}(R, s) \tag{8}$$

A grandeza ρ é a distância da ancoragem ao centro do tambor, e a tangente existe somente se $\rho > R$, condição verificada em cada ponto calculado. A formulação original do autor para essa distância, obtida pela lei dos cossenos,

$$\rho_{orig}(\theta^*) = \sqrt{h^2 + p^2 + C^2 + 2C\,(h\cos\theta^* + p\sin\theta^*)} \tag{9}$$

foi preservada no código como referência. Ela difere da Equação (7) pelo sinal do termo $2C(\cdot)$ e equivale a ρ avaliado em $\theta^* + 180°$, com diferença numérica de $5{,}7 \times 10^{-14}$ mm; por esse motivo, a cadeia de cálculo usa a Equação (7), deduzida diretamente do fechamento.

Figura 1: Circuito vetorial do gerador de torque na pose de referência (θ^* = 115,017°, h = 22,701 mm)



Fonte: elaborada pelo autor.
Nota: O é o pivô, A a ancoragem do cabo, D o centro do tambor e T o ponto de tangência. O painel da direita amplia a região do pivô, onde se distinguem o vetor B e o braço m.

3A.5 Ponto de tangência, distância b, ângulo β e braço de momento

O ponto em que o cabo deixa o tambor é

$$\mathbf{T} = \mathbf{D} + R\,(\operatorname{sen}\varphi,\quad -\cos\varphi)\,,\quad \mathbf{D} = -C\mathbf{u}(q) \tag{10}$$

Na formulação original do autor, o mesmo ponto é obtido a partir da distância b = |OT| e do ângulo β entre a linha do elo (de O a D) e o segmento OT, calculados pela lei dos cossenos nos triângulos pivô–ancoragem–tangência e pivô–tambor–tangência:

$$b^2 = s^2 + |\mathbf{B}|^2 + 2s\,|\mathbf{B}|\cos(\varphi - \varphi_B) \tag{11}$$

$$\cos\beta = \frac{b^2 + C^2 - R^2}{2bC} \tag{12}$$

$$\mathbf{T} = b\,(-\cos(\beta - q),\quad \operatorname{sen}(\beta - q)) \tag{13}$$

em que φ_{B} = atan2($\mathrm{B_y}$, $\mathrm{B_x}$) é a direção do vetor B. As duas vias são comparadas numericamente (seção 3A.11), e a Equação (10) é a usada na cadeia por não depender do sinal de β. A distância b, entretanto, não é o braço de momento do cabo: como T pertence a uma circunferência de raio R centrada a C do pivô, b fica necessariamente entre C − R e C + R. O braço de momento é a distância perpendicular do pivô à linha de ação do cabo, que passa por A com direção u(φ):

$$m = B_x \operatorname{sen}\varphi - B_y\cos\varphi,\quad |m| \le |\mathbf{B}| = \sqrt{h^2 + p^2} \tag{14}$$

O braço m tem sinal, anula-se quando a linha do cabo passa pelo pivô (ponto morto, seção 3A.7) e é limitado pelo comprimento |B| = |OA|, teto que decorre do traçado do cabo, e não do ajuste.

3A.6 Caminho do cabo, lei da mola e torque

A mola é tracionada pelo cabo, que vai da ancoragem até o tambor, onde se enrola. Admitido cabo inextensível, a extensão da mola acompanha a variação do caminho total do cabo, composto pelo vão livre s e pelo arco enrolado no tambor, cujo comprimento varia com o ângulo porque o vão livre gira em relação ao elo distal. Sendo ψ o ângulo entre a direção do cabo e a direção do elo, reduzido ao intervalo $(-\pi,\ \pi)$,

$$\psi = \varphi - (q + \pi),\quad \psi \in (-\pi,\ \pi) \tag{15}$$

o caminho variável do cabo é

$$\ell(\theta^*) = s(\theta^*) - R\psi(\theta^*) \tag{16}$$

Entra no modelo apenas a parcela variável do enrolamento, um arco constante cancela-se na extensão da mola, porque o caminho e o comprimento de referência são calculados pela mesma expressão. O sinal do termo do arco foi fixado pelo princípio dos trabalhos virtuais. Em um mecanismo conservativo, sem atrito no tambor, o trabalho da tração no cabo iguala o do torque no elo, o que exige

$$\frac{d\ell}{d\theta^*} = m \tag{17}$$

com θ^* em radianos. A Equação (17) é verificada numericamente por diferenças finitas centradas (seção 3A.11) e permite discriminar entre formulações do caminho do cabo: com o caminho igual apenas ao vão livre, ela não é satisfeita (seção 4A.3).

A extensão da mola é referida a um comprimento, e não a um ângulo. Sendo $\mathrm{X_{pose}}$ a extensão elástica da mola na pose de referência $\theta^*_{\mathrm{pose}} = 115{,}017°$, o valor do caminho em que a mola atinge o comprimento livre é

$$s_0(h) = \ell\left(\theta^*_{pose}, h\right) - X_{pose} \tag{18}$$

$$\delta = \max\left(\ell - s_0,\quad 0\right), \quad F = K\delta \tag{19}$$

em que δ é a extensão elástica, F a tração no cabo e K a rigidez da mola. A extensão é limitada a valores não negativos porque o cabo traciona, mas não empurra. O comprimento livre $\mathrm{L_{livre}}$ e o comprimento na pose $\mathrm{L_{pose}}$ entram no modelo somente pela diferença $\mathrm{X_{pose}} = \mathrm{L_{pose}} - \mathrm{L_{livre}}$: qualquer par com a mesma diferença produz a mesma curva de torque.

A força do cabo atua sobre o tambor no ponto T, com direção oposta a u(φ), e o torque em relação ao pivô é o produto vetorial plano

$$\mathbf{V} = -F\mathbf{u}(\varphi), \quad \tau = \frac{T_x V_y - T_y V_x}{1000} = -\frac{Fm}{1000} \tag{20}$$

A identidade $\tau = -$F m/1000 decorre de T e A estarem sobre a mesma linha de ação e é verificada numericamente (seção 3A.11). O fator 1/1000 vem da formulação original, em que os comprimentos estão em milímetros. Como K é identificado contra a curva publicada (seção 3A.9), cuja ordenada não tem unidade declarada, o torque do cabo é expresso na unidade da própria curva, denotada u.p. (unidade da patente). A unidade de K é, portanto,

aquela que faz K δ m/1000 resultar em u.p.; ela só seria N/mm se u.p. correspondesse a N·m, o que não pode ser afirmado com os dados disponíveis (seção 4A.6).

3A.7 Ponto morto

O torque do cabo se anula quando a linha de ação passa pelo pivô (m = 0). Da geometria do circuito, esse ponto morto tem forma fechada em função de h, formulação original do autor aqui escrita com a notação desta seção:

$$\theta^*_{pm}(h) = 180^\circ + \operatorname{atan2}(p, h) + \operatorname{arcsen}\left(\frac{R}{C}\right) \tag{21}$$

Como θ^*_{pm} é monótono em h, a Equação (21) admite inversão analítica:

$$h = \frac{p}{\tan\left(\theta^*_{pm} - 180^\circ - \operatorname{arcsen}\left(\frac{R}{C}\right)\right)} \tag{22}$$

Para h > 0, o termo atan2(p, h) fica entre 0° e 90°, de modo que a inversão só é válida quando o argumento da tangente pertence a esse intervalo; fora dele, a Equação (22) devolve um ramo espúrio, identificado pela substituição do resultado na Equação (21). A forma fechada é conferida contra a raiz de m(θ^*) = 0 obtida por bissecção. Depois do ponto morto, o torque do cabo troca de sinal; o modelo não representa a protuberância que, na patente, restringe o gerador de força além do ângulo de transição (seção 2.3).

3A.8 Torque gravitacional

O torque estático do peso do conjunto braço–exoesqueleto em relação ao pivô é calculado de forma independente da cadeia do cabo: não usa K, X_{pose} nem h. O centro de massa (x_{cm}, y_{cm}), dado na pose de referência no referencial do desenho (Tabela 5), gira com o elo, e o desenho gira ainda $\alpha + 90^\circ - \theta_{\mathrm{off}} = -22{,}589^\circ$ para alinhar sua vertical com a da configuração calibrada:

$$\gamma = \theta^* - \theta^*_{pose} + \alpha + 90^\circ - \theta_{off}, \qquad x_g = x_{cm}\cos\gamma - y_{cm}\operatorname{sen}\gamma \tag{23}$$

$$\tau_g = \frac{Mg\,|x_g|}{1000} \tag{24}$$

em que M é a massa do conjunto, g = 9,80665 m/s^2 e x_g, em milímetros, é o braço horizontal do centro de massa. O torque gravitacional resulta em N·m, unidade física, ao contrário do

torque do cabo. O módulo na Equação (24) desconsidera o sentido do torque, cuja troca ocorre apenas no início da faixa (seção 4A.8).

3A.9 Dados da patente e identificação dos parâmetros

A referência de comparação é a curva torque × ângulo, Figura 56 do gerador de torque publicada na US 9.889.554 B2, da qual foram extraídos 29 pontos, registrados em θ^* e listados na Tabela 6 na ordem da extração.

A patente não informa rigidez, pré-carga, comprimento livre nem posição exata da ancoragem. Os parâmetros não publicados do modelo são a calibração angular θ_{off}, a posição da ancoragem h, a extensão da mola na pose X_{pose} e a rigidez K. Eles foram identificados por mínimos quadrados contra os 29 pontos extraídos em etapa anterior do trabalho e estão congelados no modelo vigente, que não executa ajuste algum. O script dessa etapa e a restrição de projeto então considerada para h não estão registrados no repositório; por isso, a identificação foi reproduzida nesta revisão apenas na parte verificável, descrita a seguir (resultados na seção 4A.4).

A rigidez tem forma fechada. Como a extensão δ não depende de K, o torque é exatamente linear em K, $\tau(\theta^*; \text{h}, \text{K}) = \text{K}\ \tau(\theta^*; \text{h}, 1)$. Sendo y_i os N = 29 valores extraídos e $g_i = -\tau(\theta^*_i; \text{h}, 1)$, o valor de K que minimiza a soma dos quadrados dos resíduos é

$$K = \frac{\sum_{i=1}^{N} g_i y_i}{\sum_{i=1}^{N} {g_i}^2} \tag{25}$$

Com h e θ_{off} fixados, X_{pose} foi reidentificado por varredura unidimensional, em passo de 0,001 mm, com K dado pela Equação (25) em cada valor. A qualidade do ajuste é avaliada pela raiz do erro quadrático médio (RMSE), pelo erro absoluto médio (MAE), pelo erro máximo e pelo coeficiente de determinação R^2, com resíduo $e_i = \hat{y}_i - y_i$, em que $\hat{y}_i$ é o torque calculado na convenção da patente, $-\tau$:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} {e_i}^2}, \quad MAE = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} |e_i|, \quad R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{N} {e_i}^2}{\sum_{i=1}^{N} (y_i - \overline{y})^2} \tag{26}$$

O RMSE mede a aderência à curva extraída, e não a validade física. Duas formulações só são comparadas por ele depois de ambas satisfazerem as verificações físicas da seção 3A.11; essa regra decide, no capítulo 4, a adoção do caminho completo do cabo, apesar de o caminho sem o arco produzir RMSE menor.

3A.10 Varredura paramétrica de h com K congelado

Para separar o que a curva extraída informa sobre h do que a geometria impõe, h foi varrido de 8 a 60 mm, em passo de 0,005 mm, com o acréscimo dos valores exatos H_{CAL} e H_{CAD}, num total de 10.403 valores. A varredura é um diagnóstico, não uma otimização: K permanece congelado em 174,68 em todos os valores de h, não é reidentificado por h, e nenhum parâmetro do modelo é substituído pelo resultado.

Ao variar h, a referência $s_0(h)$ da Equação (18) é recalculada de modo que a extensão da mola na pose permaneça X_{pose} = 37,383 mm, preservando a pré-tensão de montagem. Essa ancoragem é uma escolha de modelagem, que isola o efeito de h do efeito da montagem.

Para cada h são calculados o RMSE contra os 29 pontos extraídos, que representam exclusivamente o torque do cabo, e três critérios de validade física independentes da curva extraída: (i) tração, isto é, extensão da mola não negativa em toda a faixa de operação, calculada sem a limitação da Equação (19), para que o afrouxamento do cabo apareça como extensão negativa; (ii) fechamento, isto é, existência de tangente ao tambor ($\rho > R$) em toda a faixa; e (iii) trabalho virtual, isto é, resíduo da Equação (17) inferior a 10^{-6} mm/rad. O torque gravitacional não entra em nenhum critério da varredura.

O ângulo de enrolamento ψ não é critério de validade. Um valor nulo de ψ significa arco de enrolamento nulo, e não cabo fora do tambor; a permanência do cabo no tambor é garantida pela tangência, critério (ii).

Da varredura derivam o valor de h de menor RMSE; os platôs de RMSE, intervalos de h em que o RMSE não excede 1,01, 1,05, 1,10 e 2 vezes o mínimo; a degradação do ajuste, valores de h em que o RMSE ultrapassa 2 e 10 vezes o mínimo; a fronteira de tração, obtida por bissecção; e o valor de h em que o ponto morto entra na faixa de operação, dado pela Equação (22). Uma família de curvas para sete valores de h e seus nós, ângulos em que as curvas quase coincidem, completam a análise.

3A.11 Verificações numéricas e testes automatizados

A cadeia de cálculo é conferida a cada execução do modelo por seis verificações automáticas: os resíduos f_1 e f_2 da Equação (6); a identidade $\tau = -F$ m/1000 da Equação (20); a coincidência das Equações (10) e (13) para o ponto de tangência; a coincidência da Equação (21) com a raiz de $m(\theta^*) = 0$ obtida por bissecção; o resíduo da Equação (17), calculado por diferenças finitas

centradas com passo de 10^{-4} grau em 2.001 pontos da faixa; e a identidade $X_{pose} = L_{pose} - L_{livre}$. Cada verificação tem tolerância declarada, e o modelo interrompe a execução se alguma delas for violada.

O projeto mantém, além disso, testes automatizados executados com o pytest. Eles verificam, entre outros pontos, que os 29 pontos são carregados na ordem da extração, que o torque é linear em K, que a posição da ancoragem é argumento obrigatório de toda a cadeia, que a formulação $s - R\psi$ é a única das testadas que satisfaz o trabalho virtual, que o enrolamento não é usado como critério de validade e que a varredura não reidentifica K por h.

3A.12 Etapas dinâmicas previstas

Os objetivos específicos f e g preveem a obtenção da equação de movimento pela formulação de Lagrange, sua integração numérica e o acoplamento do modelo ao MBDyn. Essas etapas não foram executadas nesta fase do trabalho, e o capítulo 4 não apresenta nenhum resultado dinâmico. O procedimento previsto é registrado a seguir.

O sistema seria tratado como mecanismo plano de um grau de liberdade, a rotação do conjunto membro–elo distal em torno do eixo da junta, com coordenada generalizada θ^*. A energia cinética seria escrita com o momento de inércia I_O da Equação (1), e a energia potencial reuniria a parcela gravitacional e a parcela elástica $V_e = K\,\delta^2/2$. Pela Equação (17), $\partial V_e/\partial\theta^* = K\,\delta\,m$, de modo que a força generalizada elástica coincide, a menos do fator 1/1000, com o torque do cabo da Equação (20). A equação de movimento teria a forma

$$I_O\,\ddot{\theta}^* = \tau\,(\theta^*) + \tau_{g,s}\,(\theta^*) + Q_{nc} \tag{27}$$

em que $\tau_{g,s}$ é o torque gravitacional com sinal e Q_{nc} reúne os esforços não conservativos, como o atrito. A verificação prevista compreende a conservação da energia na ausência de dissipação, a recuperação do resultado estático quando as velocidades tendem a zero e a consistência entre o braço de momento e a derivada do caminho do cabo, esta última já cumprida no modelo estático (seção 4A.3). No acoplamento ao MBDyn, que integra o sistema multicorpos pela formulação de Masarati, Morandini e Mantegazza (2014), o gerador de torque entraria como força externa, com troca de configuração e de torque por socket a cada

passo de integração, e a comparação com a integração própria, sob as mesmas condições iniciais, serviria de validação cruzada.

As duas etapas dependem de um pré-requisito ainda não satisfeito: a Equação (27) soma o torque do cabo ao torque gravitacional e exige ambos na mesma unidade física. Enquanto K estiver referido à ordenada sem unidade da patente, a integração da equação de movimento não tem significado físico.

3A.13 Ferramentas e delimitação

Foram empregados o Autodesk Fusion, para a reconstrução geométrica e a extração das propriedades de massa; uma planilha eletrônica, para o transporte de eixos e a composição inercial; e a linguagem Python, com a biblioteca NumPy (Harris et al., 2020) para o cálculo vetorizado, a biblioteca Matplotlib (Hunter, 2007) para as figuras e o pytest para os testes automatizados. A identificação não depende de biblioteca de otimização: K tem forma fechada, Equação (25), e as demais grandezas são obtidas por varredura direta e por bissecção. O MBDyn, previsto para a simulação multicorpos, não foi empregado nesta etapa.

Não integram o escopo a avaliação experimental com participantes humanos, a eletromiografia, a análise de conforto e usabilidade, a fabricação e o ensaio de protótipo e o dimensionamento estrutural dos elos. O modelo é plano e admite cabo inextensível, tambor sem atrito e mola linear sem tração inicial, F = K δ. Os parâmetros antropométricos correspondem ao indivíduo de referência adotado, e o torque gravitacional é calculado para o membro superior estendido, sem ferramenta na mão. O modelo não representa a protuberância que, na patente, cria a zona neutra após o ângulo de transição.

3B Exoesqueleto 2: EP 3 504 033 B1

As seções 3B.1 a 3B.14 aplicam à EP 3 504 033 B1 (Ottobock, 2023) o procedimento das seções 3A.1 a 3A.13, que foi executado para o gerador de torque da US 9.889.554 B2. Quando uma etapa não se aplica ao mecanismo da Ottobock ou não pôde ser concluída com os dados disponíveis, a própria seção registra o motivo.

A classificação de origem é a da introdução deste capítulo: medida no modelo em CAD, obtida da literatura, documental, identificada por ajuste, derivada pelo modelo ou assumida

como hipótese. Os trechos da patente são citados pelo número do parágrafo, entre colchetes, pelo número da reivindicação ou pelo número da figura.

3B.1 Fontes e arquivos utilizados

A análise usou os documentos e arquivos da Tabela 2. A patente foi lida no documento B1 completo, de 44 páginas, com a descrição, os parágrafos [0001] a [0105], as reivindicações em alemão, inglês e francês e as 29 figuras, que ocupam as páginas 22 a 43 como imagens bitonais de 300 ppp. Os dados bibliográficos conferem com a referência listada: pedido europeu 18729947.4, depositado em 6 jun. 2018 (PCT/EP2018/064910, publicado como WO 2018/224555), prioridade alemã DE 10 2017 112 436, de 6 jun. 2017, e menção da concessão publicada em 29 mar. 2023.

3B.2 Arquitetura descrita na patente

A EP 3 504 033 B1 descreve um dispositivo de apoio de pelo menos um braço do usuário. O elemento de apoio do braço (6), formado por um elemento distanciador (8) e uma concha (10) e fixado ao braço por uma braçadeira (12), liga-se por uma articulação (20) à extremidade superior de um elemento de transmissão de força (18), uma barra telescópica no exemplo da Figura 1 da patente [0078], [0079]. A extremidade inferior da barra apoia-se, por uma articulação esférica (22), num elemento de contra-apoio (16) em forma de cinto pélvico, de modo que a reação à força de apoio é levada à pelve [0021], [0022], [0079]. Com o dispositivo vestido, a articulação 20 fica aproximadamente na altura da articulação do ombro [0021], [0073].

O atuador passivo (26) é uma mola de tração na Figura 1 da patente [0080] e um cabo ou fio elástico na Figura 18 da patente [0095]. Uma de suas extremidades fica presa à barra 18, e a outra atua sobre um elemento de alavanca (28) do elemento distanciador 8, de modo que a força é aplicada excentricamente em relação ao eixo da articulação 20 [0043], [0080] (reivindicação 8). A força pode ser alterada pela pré-tensão do atuador ou pela excentricidade do ponto de aplicação (reivindicação 9; [0044]). A Figura 24 da patente mostra o ponto de ataque (82) deslocado com uma chave de fenda em relação ao eixo da articulação [0101], e o parágrafo [0060] prevê a regulagem do comprimento do braço de alavanca por um parafuso.

O elemento 78, chamado na patente de Anlageelement e aqui de elemento de encosto, fica junto à articulação 20 e encosta no elemento elástico a partir de um ângulo predeterminado

Tabela 2: Fontes e arquivos utilizados na análise da EP 3 504 033 B1

Fonte	Conteúdo utilizado	Classificação	Verificação nesta análise
EP 3 504 033 B1, documento B1 em PDF (Ottobock, 2023)	Arquitetura e numeração dos elementos; [0016] a [0019], [0021] a [0023], [0026], [0027], [0030], [0034], [0040], [0043], [0044], [0060], [0070], [0071], [0073], [0074], [0077] a [0080], [0083], [0092] a [0095], [0099], [0101]; reivindicações 1, 8 e 9; Figuras 1, 16, 17, 18, 22 e 24 da patente	Documental	Lida integralmente; trechos citados conferidos no original em alemão
Modelo em CAD do autor (Autodesk Fusion)	Grandezas da Tabela 14; massa, centro de massa e momento de inércia do braço do exoesqueleto (elemento 8)	Medida em CAD	Arquivo do modelo ausente do repositório; valores usados como informados, sem conferência independente
Planilha inercia_steiner_junta20_ottobock.xlsx, do autor	Composição inercial do membro humano e do braço do exoesqueleto	Literatura (de Leva) e medida em CAD	Fórmulas lidas; valores do membro humano reproduzidos pelo modelo (seção 4B.1)
Arquivo fig16_curvas.csv, digitalização do autor	146 pontos das três curvas da Figura 16 da patente	Documental (extração)	Arquivo lido; procedimento registrado apenas no cabeçalho do arquivo
torque_model_ottobock.py e tcc_resultados_ottobock.py	Cadeia de cálculo, identificações, verificações, números e figuras da seção 4B	Derivada pelo modelo	Executados nesta análise
torque_model.py e tcc_resultados.py	Organização do modelo e dos resultados da seção 4A	Referência metodológica	Presentes no repositório; não alterados

Fonte: elaborada pelo autor.

entre o elemento de apoio do braço e a barra [0070], [0099] (Figura 22 da patente). A partir do contato, a direção da força deixa de ser a da reta entre os dois pontos de fixação do elástico e passa a depender do ponto de contato. A patente prefere o elemento 78 exatamente sobre o eixo da articulação 20; nesse caso, os dois trechos em que o elástico fica dividido exercem forças radiais ao eixo e não produzem torque, e o braço desce sem assistência [0070], [0099]. O ângulo de contato é ajustável [0071], [0099]. Esse é o mecanismo da faixa sem torque com o braço baixado, que no gerador da US 9.889.554 B2 resulta da protuberância descrita na seção 2.3.

Como preferência, a patente indica que nenhuma força seja aplicada até que o braço ultrapasse um ângulo em relação à vertical, com 45°, 60° ou 90° como exemplos, e que a força máxima ocorra entre 70° e 120°, de preferência em 90° [0043]. O documento não traz cotas do mecanismo nem rigidez, pré-tensão ou dimensões do elemento elástico. Os dados numéricos que contém são a largura de 3,0 cm ± 1,0 cm, de preferência 3,5 cm ± 0,2 cm, da extremidade livre do cinto [0026], o afastamento lateral mínimo de 5 cm entre o contra-apoio e a linha média da coluna [0074], limites de 1,1 a 5,0 para a razão entre a distância da articulação ao contra-apoio e a distância da braçadeira à articulação [0023] e as escalas angulares das Figuras 16 e 17 da patente, nenhum deles utilizável como dimensão do gerador de torque.

Essas informações confirmam o que as seções 2.3 e 2.7 dizem do mecanismo: a força é transmitida por um elemento rígido apoiado na pelve, e o elemento elástico atua sobre um braço de alavanca ajustável. O nome comercial do produto não aparece na patente, de modo que a associação com o Paexo, feita na seção 2.7, não pode ser conferida no documento. A configuração analisada não tem cabo, polia nem tambor: o elástico liga diretamente a barra à alavanca, e a faixa sem torque resulta do contato com o elemento 78. Por isso, as relações de tangência, de caminho do cabo e de ponto morto das seções 3A.4 a 3A.7 não se aplicam e são substituídas pelas das seções 3B.6 e 3B.7.

O dispositivo admite abdução, adução e movimentos do tronco (reivindicação 1; [0016] a [0019]). O modelo é plano, restrito ao plano sagital, e representa somente a anteversão, que é o movimento das Figuras 16 e 17 da patente [0092].

3B.3 Reconstrução geométrica em CAD

O circuito do mecanismo foi fechado no modelo em CAD do Autodesk Fusion, e as grandezas medidas nesse modelo, com as derivadas delas, estão na Tabela 14 (seção 4B.1). Para o gerador da US 9.889.554 B2, a seção 4A.1 registra o fator de escala de 0,870 e o critério que o fixou. Para a

Ottobock, o arquivo do modelo e o critério de escala não constam do repositório, e as medições não têm, por isso, conferência independente. A planilha de composição inercial identifica o modelo como Ottobock iX Shoulder Air; como a patente não nomeia o produto (seção 3B.2), a correspondência entre esse produto, o modelo em CAD e os desenhos da patente não está documentada. As grandezas são tratadas como medidas em CAD, nos termos da seção 3A.1, e não como dimensões do dispositivo comercial.

3B.4 Parâmetros inerciais do membro e transporte ao eixo da articulação 20

O membro humano segue de Leva (1996), com o mesmo indivíduo de referência da seção 4A: homem de 73,0 kg e 1,741 m, com o cotovelo estendido. Braço, antebraço e mão estão em série a partir de O, alinhados ao eixo do braço; os comprimentos escalam com a estatura dividida por 1,741 m, e as massas são as frações tabeladas da massa corporal. O momento de inércia de cada segmento no centro de massa é M_s (k L)^2, com M_s a massa do segmento e k o raio de giração transversal em fração do comprimento L, e o transporte ao eixo usa a Equação (1). A Tabela 15, na seção 4B.1, reúne os resultados, que coincidem com os da planilha do autor.

3B.5 Referenciais e convenções angulares e de sinal

O mecanismo é tratado como plano, com origem O no eixo da articulação 20, admitido coincidente com o centro do ombro, eixo x anterior e eixo y para cima. Os ângulos são medidos a partir de +x, no sentido anti-horário, com u(x) = (cos x, sen x), como na seção 3A.4. Comprimentos estão em milímetros, e os ângulos entram em graus e são convertidos para radianos uma única vez.

A variável independente é a anteversão do braço, θ_{el}, com 0° para o braço pendente e 90° para o braço horizontal à frente. É a grandeza da abscissa das Figuras 16 e 17 da patente, definida nesses termos em [0092]. Por isso, ao contrário da seção 3A.3, o ângulo da patente não precisa ser convertido em elevação anatômica. O modelo admite, porém, que o giro do elemento de apoio do braço em relação à barra 18 seja igual à anteversão, o que supõe o eixo da articulação 20 no centro do ombro e a barra 18 fixa em relação ao tronco. A patente situa a articulação na altura do ombro, na região da escápula e afastada para trás do corpo com o braço pendente [0030], [0083], com eixo que não coincide com o de abdução do ombro [0027],

e admite que a orientação da barra 18 mude com o movimento do braço [0040]. O documento não informa a relação entre o giro da articulação e a anteversão, e as comparações angulares com as Figuras 16 e 17 da patente dependem dessa hipótese. O eixo do braço aponta na direção $\theta_{\mathrm{el}} - 90^{\circ}$. O ângulo λ do trecho e da alavanca, variável interna da cinemática, relaciona-se com θ_{el} por

$$\lambda = \theta_{el} + 90^{\circ} + \lambda_0 \tag{28}$$

$$\lambda_0 = \lambda_{pose} - \left(180^{\circ} + \theta_{b,pose}\right), \quad \theta_{el,pose} = 90^{\circ} + \theta_{b,pose} \tag{29}$$

em que $\theta_{\mathrm{b,pose}}$ é o ângulo do braço com a horizontal na pose do CAD, positivo acima. A Tabela 3 resume as convenções e indica o nome de cada grandeza no código e sua correspondência com a seção 3A. Alguns símbolos da seção 3A foram substituídos nesta parte para evitar dois significados para a mesma letra.

O torque τ é positivo no sentido anti-horário, que é o de θ_{el} crescente; $\tau > 0$ assiste a subida do braço. O torque do peso tem sinal oposto na faixa de 0° a 180°, e as comparações usam seu módulo τ_{g}.

O sinal de $\theta_{\mathrm{b,pose}} = -7{,}962^{\circ}$ ainda precisa ser confirmado no CAD. Com o sinal trocado, λ_0 passa a $-27{,}475^{\circ}$ e $\theta_{\mathrm{el,pose}}$ a 97,962°, e a transição de regime da seção 3B.6 vai de 19,09° para 35,02°. Os efeitos sobre s_0 e K_{40} estão na seção 4B.4, e os resultados da seção 4B dependem da confirmação desse sinal.

3B.6 Cinemática: equações de circuito e troca de regime

A ancoragem A do elástico fica na barra 18, e o ponto P, no fim do cotovelo da alavanca solidária ao braço (Figura 2). O vetor fixo de A a O, a posição de P e a do centro C_{78} do elemento 78 são

$$\mathbf{r}_{AO} = C_1\,\mathbf{u}\left(-\alpha_1\right) + C_2\,\mathbf{u}\left(\gamma_2\right), \quad \alpha_1 = 90^{\circ} - \gamma_2 \tag{30}$$

$$\mathbf{P} = e\,\mathbf{u}(\lambda) + C_3\,\mathbf{u}\left(\lambda + \beta_c\right), \quad \mathbf{C}_{78} = p_{78}\,\mathbf{u}\left(\lambda + \eta_{78}\right) \tag{31}$$

$$\eta_{78} = \lambda_{78,pose} - \lambda_{pose} \tag{32}$$

Tabela 3: Convenções angulares e de sinal do modelo da Ottobock

Símbolo	**Definição**	**Relação**	**No código**	**Correspondência na seção 3A**
θ_{el}	Anteversão do braço	Variável independente, em graus	theta_star	Elevação anatômica θ_{el}, Equação (4)
λ	Ângulo do trecho e a partir de +x	Equação (28)	q	Papel de q, Equação (2), com outra definição
λ_0	Defasagem constante entre λ e θ_{el} + 90°	Equação (29)	delta	Papel de θ_{off}, sem identificação
φ	Direção do trecho do elástico ligado a A	Equações (36) e (37)	psi	Mesmo papel de φ, Equação (8)
ℓ	Comprimento do elástico entre A e P	Equações (36) e (37)	s	Mesmo papel de ℓ, Equação (16)
s_0	Valor de ℓ em que o elástico atinge o comprimento livre	Seção 3B.7	s0	Mesmo papel de s_0, Equação (18)
δ	Extensão elástica	Equação (40)	x	Mesmo papel de δ, Equação (19)
m	Braço de momento, positivo quando assiste a subida	Equação (42)	braco	Mesmo significado de m, Equação (14); a relação com τ muda de sinal porque τ segue a convenção de $-\tau$
τ	Torque do elástico	Positivo no sentido de θ_{el} crescente	tau	Mesmo sentido de $-\tau$ na Tabela 1
τ_{g}	Módulo do torque do peso	Equação (44)	torque_peso	Equação (24)

Fonte: elaborada pelo autor.

com A = $-\mathrm{r}_{\mathrm{AO}}$. Acima do ângulo de transição, o elástico é retilíneo de A a P (regime I); abaixo dele, encosta no elemento 78 e fica dividido nos trechos de A ao elemento 78 e do elemento 78 a P (regime II). As equações de circuito dos dois regimes são

$$\mathbf{r}_{AO} + e\,\mathbf{u}(\lambda) + C_3\,\mathbf{u}\,(\lambda + \beta_c) - \ell\,\mathbf{u}(\varphi) = \mathbf{0} \tag{33}$$

$$\mathbf{r}_{AO} + p_{78}\,\mathbf{u}\,(\lambda + \eta_{78}) - (\ell - d_{78})\,\mathbf{u}(\varphi) = \mathbf{0} \tag{34}$$

em que ℓ é o comprimento total do elástico entre A e P, φ a direção do trecho ligado a A e d_{78} o comprimento do trecho entre o elemento 78 e P. Como P e o elemento 78 giram juntos com o braço, d_{78} não depende de λ:

$$d_{78} = |\mathbf{P} - \mathbf{C}_{78}| = |e + C_3\,\mathbf{u}\,(\beta_c) - p_{78}\,\mathbf{u}\,(\eta_{78})| \tag{35}$$

Cada regime tem solução fechada, sem procedimento iterativo, porque o lado direito das relações abaixo, a primeira para o regime I e a segunda para o regime II, é conhecido para cada λ:

$$\ell\,\mathbf{u}(\varphi) = \mathbf{r}_{AO} + \mathbf{P} \tag{36}$$

$$(\ell - d_{78})\,\mathbf{u}(\varphi) = \mathbf{r}_{AO} + \mathbf{C}_{78} \tag{37}$$

A troca de regime não é imposta por um ângulo. Ela é detectada pelo sinal do produto vetorial

$$\kappa = [(\mathbf{P} - \mathbf{A}) \times (\mathbf{C}_{78} - \mathbf{A})]_z \tag{38}$$


O regime II ocorre quando $\kappa \geq 0$, isto é, quando o elemento 78 ficaria do outro lado da reta de A a P se o elástico não o contornasse. O ângulo de transição λ_{t} é a raiz de κ, obtida por bissecção, com a condição de que o elemento 78 fique entre A e P. Para a geometria do CAD, λ_{t} = 97,543°, isto é, $\theta_{\mathrm{el,t}}$ = 19,094°; nesse ponto, ℓ = 387,222 mm e m = 5,163 mm nos dois regimes.

Com o elemento 78 sobre o eixo (p_{78} = 0), configuração preferida pela patente [0099], a transição tem forma fechada:

$$\lambda_t = \operatorname{atan2}\left(r_{AO,y},\ r_{AO,x}\right) - \varepsilon, \quad \varepsilon = \operatorname{atan2}\left(C_3 \sin\beta_c,\ e + C_3\cos\beta_c\right) \tag{39}$$

em que ε é o ângulo fixo de OP em relação ao trecho e. Nesse caso, a direção de OP na transição coincide com a de r_{AO}, a reta do elástico passa pelo pivô e o torque no regime II é nulo. Com as demais grandezas do CAD, a Equação (39) dá $\theta_{el,t}$ = 11,765°. As curvas da Figura 16 da patente partem de razão nula entre 14,23° e 14,36° (seção 4B.2), entre os dois valores do modelo; só no caso p_{78} = 0, porém, o modelo tem torque nulo antes da transição (seção 4B.9).

Figura 2: Circuito do mecanismo na pose do CAD (regime I, θ_{el} = 82,038°) e em θ_{el} = 10° (regime II)



Fonte: elaborada pelo autor.
Nota: à direita, ampliação da região do pivô. O traço preto vai de O ao cotovelo e ao ponto P; os quadrados marcam o centro do elemento 78; as linhas pontilhadas indicam o eixo do braço.

3B.7 Força elástica e torque

O elástico é tratado como linear e sem massa, com a mesma lei da Equação (19):

$$\delta = \max\left(\ell - s_0,\ 0\right), \quad F = K\delta \tag{40}$$

em que s_0 é o valor de ℓ em que o elástico atinge o comprimento livre e K a rigidez. A patente não informa K, o comprimento livre nem a pré-tensão. O código admite três formas de definir s_0: constante, igual ao comprimento medido na pose do CAD, ℓ_{pose} = 359,768 mm, apenas provisória; por uma pré-tensão X_{pre} num ângulo $\theta_{el,pre}$, com $s_0 = \ell(\theta_{el,pre}) - X_{pre}$, análoga à Equação (18); e identificada a partir das curvas da Figura 16 da patente (seção 3B.10). As

duas primeiras usam K = 9 N/mm, valor ilustrativo sem origem documental, e não produzem resultados neste trabalho; a terceira é a adotada, com s_0 obtido pelo espaçamento entre as três curvas.

A força do trecho ligado a A atua em P, no regime I, ou no centro do elemento 78, no regime II, com direção oposta a u(φ):

$$\tau = \frac{[\mathbf{r}_F \times \mathbf{V}]_z}{1000}, \quad \mathbf{V} = -F\,\mathbf{u}(\varphi), \quad \mathbf{r}_{F,I} = \mathbf{P}, \quad \mathbf{r}_{F,II} = \mathbf{C}_{78} \tag{41}$$

em que r_F é o ponto de aplicação da força: $r_F = r_{F,I}$ no regime I e $r_F = r_{F,II}$ no regime II.

No regime II, o trecho entre o elemento 78 e P liga dois pontos do mesmo corpo; as forças que exerce sobre P e sobre o elemento 78 são iguais, opostas e colineares e não contribuem para o torque, o que corresponde à descrição de [0099]. O braço de momento com sinal é

$$m_I = e\sin(\lambda - \varphi) + C_3 \sin(\lambda + \beta_c - \varphi), \quad m_{II} = p_{78} \sin(\lambda + \eta_{78} - \varphi), \quad \tau = \frac{Fm}{1000} \tag{42}$$

com $m = m_I$ no regime I, $m = m_{II}$ no regime II e $m > 0$ quando o torque assiste a subida. O fator 1/1000, herdado da formulação da seção 3A.6, converte N·mm em N·m; aqui o torque resulta em N·m sempre que K estiver em N/mm. Admitido o elemento 78 pontual e sem atrito, hipótese que a patente não discute, a tração é igual nos dois trechos, e o princípio dos trabalhos virtuais exige

$$\frac{d\ell}{d\lambda} = -m \tag{43}$$

com λ em radianos, relação análoga à Equação (17), verificada numericamente nos dois regimes (seção 4B.3). O sinal negativo, oposto ao da Equação (17), vem de λ crescer com a elevação do braço, ao passo que θ^* decresce; nos dois mecanismos, m é positivo quando assiste a subida, e o elástico se encurta quando o braço sobe e devolve energia, como descreve [0034].

3B.8 Torque gravitacional

O torque do peso é calculado de forma independente da cadeia do elástico. O conjunto que gira com o braço é rígido, e seu centro de massa, a uma distância d de O e a um ângulo a_{CG} do eixo do braço, acompanha θ_{el}:

$$\tau_g = \frac{M g d \left|\cos\left(\theta_{el} - 90^\circ + a_{CG}\right)\right|}{1000} \tag{44}$$

Com apenas o membro humano, a_{CG} = 0 e τ_g = M g d sen θ_{el}/1000, com máximo de 10,550 N·m em θ_{el} = 90°. A Equação (44) mantém a_{CG} para o caso em que o braço do exoesqueleto for incorporado; nesse caso, o máximo se desloca do ângulo a_{CG}, e o torque troca de sinal perto dos extremos da faixa.


3B.9 Dados da patente

As Figuras 16 e 17 da patente são apresentadas como representações exemplares das curvas de força que o dispositivo pode aplicar ao braço [0077], [0092]; o documento não informa se foram medidas ou calculadas, nem a configuração do dispositivo que as gerou. A abscissa é o ângulo de anteversão, com escala de 0° a 180° e grade a cada 20°. A ordenada não tem rótulo nem valores, apenas linhas de grade: há cinco divisões acima da linha de razão nula e uma abaixo (Figura 3). Segundo [0092], a ordenada da Figura 16 da patente é uma razão de torques: o torque causado pelo peso próprio do braço e pela força peso, sem indicação do corpo a que esta se refere, dividido pelo torque aplicado pelo dispositivo. As curvas partem de zero perto de 14° e crescem com o ângulo, e com essa definição a razão seria infinita onde o dispositivo não aplica torque. Das duas leituras como razão, só a inversa, torque do dispositivo dividido pelo torque do peso, é coerente com a figura, inclusive com a subida das curvas tracejada e contínua perto de 180°, onde o torque do peso tende a zero. Essa interpretação foi a adotada, e a divergência entre o texto e a figura fica registrada.

Segundo [0093], as três curvas da Figura 16 da patente foram geradas com um único atuador passivo, com pré-tensões diferentes: quase nula na curva pontilhada e crescente na tracejada e na contínua. A Figura 17 da patente mantém a pré-tensão e desloca o ponto de ataque do atuador, cuja distância ao eixo da articulação cresce da curva pontilhada para a contínua [0094]; o texto descreve a ordenada dessa figura como a força aplicável ao braço, sem outra definição.

Os pontos das três curvas foram extraídos pelo autor e estão no arquivo fig16_curvas.csv (Tabela 16). A extração, a segunda realizada, dividiu a leitura vertical por 21,1311 para obter a razão em divisões da grade, manteve a abscissa sem correção e teve erro mediano de sobreposição inferior a 0,5 px; a imagem e a resolução usadas na leitura não foram registradas. No documento B1, a figura está gravada a 300 ppp, com cerca de 215,7 px por

Figura 3: Figura 16 da EP 3 504 033 B1, razão de torques em função da anteversão para três pré-tensões do mesmo atuador



Fonte: Ottobock (2023), Figura 16, p. 31 do documento B1.
Nota: página do documento girada para a orientação de leitura. A patente não traz rótulo nem escala na ordenada.

divisão vertical e 266,2 px para 20° da abscissa. Se o erro de 0,5 px se refere à unidade da leitura vertical, ele corresponde a 0,024 divisão na ordenada e, na mesma unidade, a 0,38° na abscissa. A incerteza da extração não foi avaliada de forma independente; a seção 3B.10 propaga esse erro mediano à identificação por sorteio.

A Figura 17 da patente não foi digitalizada. A seção 4B.8 faz apenas uma comparação visual com ela.

3B.10 Identificação dos parâmetros a partir da Figura 16 da patente

A Figura 16 da patente informa s_0 de duas maneiras que não dependem da escala da ordenada: pelo espaçamento entre as três curvas e pelo fim da curva pontilhada. O ajuste da forma de cada curva, com s_0 e escala livres, dá uma terceira estimativa, que depende também do braço de momento e do torque do peso do modelo. A primeira foi adotada, e a segunda serve de verificação independente; a terceira é mantida como resultado secundário, pelas razões da seção 4B.5.

O modelo da razão de torques é

$$\mu\left(\theta_{el};\ s_0\right) = \frac{\delta\, m}{1000\ \tau_g}, \quad \widehat{r} = c\,\mu \tag{45}$$

em que r é a razão extraída, em divisões, e c um fator de escala. Como τ é linear em K, μ é o torque por unidade de rigidez dividido por τ_{g}, e c reúne K e o valor desconhecido de uma divisão da ordenada: c = K/σ, com σ a razão de torques que corresponde a uma divisão. A curva da patente não separa K de σ, e por isso K não é identificável a partir dela. É a mesma limitação discutida na seção 4A.6 para o outro mecanismo, aqui explícita na ausência de escala da ordenada.

Salvo indicação em contrário, os procedimentos desta seção usam apenas os pontos com $20° < \theta_{\mathrm{el}} < 165°$. Abaixo de 19,09°, o modelo está no regime II e depende da posição do elemento 78, e os pontos até 20° ficam perto dessa transição; perto de 180°, τ_{g} tende a zero e a razão varia rapidamente com o ângulo.

As três curvas foram geradas com o mesmo atuador e pré-tensões diferentes [0093]; admite-se que a geometria e a rigidez sejam as mesmas nas três, hipótese testada pela coincidência dos fatores $\mathrm{G_i}$ (seção 4B.4). Com o elástico tracionado, a razão de cada curva i escreve-se

$$r_i\left(\theta_{el}\right) = G\left(\theta_{el}\right)\left[\ell\left(\theta_{el}\right) - s_{0,i}\right], \quad G = \frac{K\, m}{1000\ \sigma\ \tau_g} \tag{46}$$

em que G reúne o que as três curvas têm em comum: a rigidez, a escala da ordenada, o braço de momento e o torque do peso. Para duas curvas i e j, a razão $\mathrm{r_i/r_j}$ elimina G, e a relação resultante é linear nos comprimentos de referência:

$$r_j\ s_{0,i} - r_i\ s_{0,j} = \left(r_j - r_i\right)\ \ell \tag{47}$$

A Equação (47) foi escrita em cada ponto extraído de uma curva, com a razão da outra interpolada linearmente no mesmo ângulo, para os seis pares ordenados de curvas, e cada equação foi dividida por $\mathrm{r_i + r_j}$, para que os pontos de razão maior não dominem o ajuste. O sistema, com 234 equações e três incógnitas, foi resolvido por mínimos quadrados lineares, sem procedimento iterativo nem ponto de partida. O método usa apenas $\ell(\theta_{\mathrm{el}})$ do circuito da seção 3B.6: não depende de K, de σ, de m nem de τ_{g}.

A identificação foi repetida nas faixas de θ_{el} de 15° a 170°, de 25° a 160° e de 40° a 150°; em 500 sorteios com ruído gaussiano somado às duas coordenadas de cada ponto, com desvio padrão igual ao erro mediano declarado no arquivo, 0,5 px na unidade da leitura, isto é, 0,024

divisão na ordenada e 0,38° na abscissa; com o sinal de $\theta_{\mathrm{b,pose}}$ trocado; com a abscissa da figura deslocada de ±2,47°, diferença entre o início das curvas e a transição calculada com $p_{78} = 0$; e com a abscissa espelhada, $\theta_{\mathrm{el}} \to 180^\circ - \theta_{\mathrm{el}}$, como teste de discriminação. Um teste sintético, com curvas montadas pelo próprio modelo a partir de valores conhecidos de s_0 nos ângulos dos pontos extraídos, confere a implementação.

Uma verificação independente vem do fim da curva pontilhada, de pré-tensão quase nula [0093]. Como ℓ decresce com θ_{el}, Equação (43), o elástico afrouxa primeiro com o braço elevado, e a razão da curva menos tensionada deve chegar a zero onde $\ell = s_0$. O ângulo desse zero foi obtido por extrapolação linear dos dois e dos três últimos pontos da curva.

Com os valores identificados, o fator de cada curva é

$$G_i(\theta_{el}) = \frac{r_i(\theta_{el})}{\ell(\theta_{el}) - s_{0,i}} \tag{48}$$

A coincidência das três estimativas testa a hipótese de G comum. A média das curvas tracejada e contínua, de maior extensão, é comparada à forma $m/(1000\ \tau_g)$ prevista pelo modelo, com as duas normalizadas em 90°.

No ajuste de forma, para cada s_0, a escala e a soma dos quadrados dos resíduos têm forma fechada:

$$c = \frac{\sum_i \mu_i r_i}{\sum_i \mu_i^2}, \quad SSE = \sum_i (c\mu_i - r_i)^2, \quad RMSE = \sqrt{SSE/n} \tag{49}$$

O mínimo foi procurado em s_0 de 0 a 390 mm, em grade de 0,01 mm, e refinado pelo método de Brent limitado (Brent, 1973) entre os vizinhos do melhor ponto, com a biblioteca SciPy (Virtanen et al., 2020). Valores negativos de s_0 não correspondem a um elástico ligado diretamente entre A e P e foram excluídos. A faixa de identificação é o intervalo de s_0, na mesma grade, em que a raiz do erro quadrático médio não excede 1,01 vez o mínimo. Os 117 pontos ajustados ficaram todos no regime I. A Tabela 19 reúne os resultados, e a Figura 9(a) sobrepõe as curvas ajustadas aos pontos extraídos.

A patente atribui as três curvas a um único atuador [0093] e as desenha no mesmo eixo, o que implica K e σ comuns e, portanto, um único c. Esse ajuste conjunto foi feito como verificação independente da hipótese do modelo, com c comum e um s_0 por curva:

$$c = \frac{\sum_j \sum_i \mu_{ij} r_{ij}}{\sum_j \sum_i \mu_{ij}^2} \tag{50}$$

com j a curva e i o ponto. Os três valores de s_0 foram buscados por descida coordenada na mesma grade, a partir de 125 combinações iniciais, com refinamento de Brent. A Tabela 20 compara o resultado com os ajustes individuais e com uma força constante, forma limite do modelo quando s_0 tende a valores muito negativos; a Figura 9(b) mostra o ajuste conjunto.

Para expressar o torque em N·m, K foi fixado por hipótese de projeto, e não identificado. O alvo é 40% do torque do peso em $\theta_{el} = 90°$; o percentual é hipótese do autor, baseada na alegação comercial de que o exoesqueleto IX Shoulder Air reduz em 40% ou mais a sobrecarga no ombro durante o trabalho acima da cabeça (suitX, [202-]). A alegação não consta da patente, não informa as condições em que a redução foi medida e não foi verificada neste trabalho; o alvo adota o menor valor alegado. O valor correspondente é

$$K_{40} = \frac{0{,}4\ \tau_g\,(90^\circ) \cdot 1000}{\delta\,(90^\circ)\ m\,(90^\circ)} \tag{51}$$

calculado com o s_0 adotado. Como $F(90°) = 0{,}4\ \tau_g(90°)\cdot 1000/m(90°)$ não depende de s_0, a força em 90° é a mesma para qualquer s_0; o valor escolhido muda K_{40} e a distribuição da força no restante da faixa.

3B.11 Varredura paramétrica do trecho *e* da alavanca

O comprimento *e* do trecho do pivô ao cotovelo da alavanca define, com C_3 e β_c, a excentricidade |OP| do ponto de aplicação, um dos parâmetros de ajuste previstos na patente (reivindicação 9; [0044], [0060], [0101]) e objeto da Figura 17 da patente [0094]. Por isso, o papel de h na seção 4A é desempenhado aqui por *e*. A varredura manteve $s_0 = 287{,}190$ mm e $K = 1{,}45915$ N/mm, isto é, o mesmo elástico, e variou apenas *e*, de 20 a 50 mm em passo de 0,05 mm, com o acréscimo do valor do CAD, num total de 602 valores. As demais grandezas ficaram congeladas nos valores da Tabela 14. Como na seção 3A.10, trata-se de diagnóstico, e nenhum parâmetro é substituído pelo resultado.

3B.12 Verificações numéricas

O modelo executa as verificações da Tabela 17 a cada execução, com tolerância declarada, e interrompe o cálculo se alguma for violada; a exceção é o teste sintético da última linha, calculado pelo script de resultados. As verificações próprias do cabo e do tambor da seção 3A.11, ponto de tangência pelas Equações (10) e (13), ponto morto pela Equação (21) e

identidade $X_{pose} = L_{pose} - L_{livre}$, não se aplicam a este mecanismo e foram substituídas pela continuidade na troca de regime e pelo caso limite $p_{78} = 0$. Os valores são de e = 34,785 mm, com s_0 e K do cenário de projeto, em malha de 0,1° de 0° a 180°.

O modelo verifica ainda que o regime II ocorre exatamente para $\lambda \leq \lambda_t$ na malha, que o elemento 78 fica entre A e P na transição, que e é argumento obrigatório de toda a cadeia e que dois valores diferentes de e produzem curvas diferentes. Não há, para este modelo, um conjunto de testes automatizados executado com o pytest como o da seção 3A.11; as verificações são asserções executadas a cada cálculo, e a identificação pelo espaçamento entre as curvas é conferida pelo teste sintético da seção 3B.10.

3B.13 Etapas dinâmicas previstas

A equação de movimento teria a forma da Equação (27), com θ_{el} como coordenada generalizada:

$$I_O \, \ddot{\theta}_{el} = \tau \left(\theta_{el}\right) + \tau_{g,s} \left(\theta_{el}\right) + Q_{nc} \tag{52}$$

em que $\tau_{g,s}$ é o torque do peso com sinal e Q_{nc} reúne os esforços não conservativos. Pela Equação (43), a energia elástica $V_e = K\,\delta^2/2$ satisfaz $dV_e/d\lambda = -K\,\delta$ m, de modo que a força generalizada elástica coincide, a menos do fator 1/1000, com o torque da Equação (42); esse pré-requisito estático está verificado (Tabela 17).

A integração não foi executada, pelas razões seguintes. O torque do elástico só está em N·m sob a hipótese $K = K_{40}$: a unidade deixou de ser o impedimento da seção 3A.12, mas a escala resulta de uma hipótese de projeto, e não de dado do dispositivo. O momento de inércia disponível, I_O = 0,434676 kg·m², é só o do membro humano; o braço do exoesqueleto está fora pela falta da posição do eixo da articulação no Fusion, e a alavanca e a braçadeira não estão modeladas como corpos separados. Massa e amortecimento do elástico e atrito no elemento 78 e na articulação 20 são desconhecidos, de modo que Q_{nc} não pode ser escrito. O MBDyn não foi empregado nesta etapa. Nenhum resultado dinâmico é apresentado, e as condições para executar a etapa estão na seção 4B.10.

3B.14 Ferramentas e delimitação

Foram empregados o Autodesk Fusion, para fechar o circuito do mecanismo e extrair as propriedades de massa do braço do exoesqueleto; uma planilha eletrônica, para a composição inercial; e a linguagem Python, com a biblioteca NumPy (Harris et al., 2020) para o cálculo vetorizado, a biblioteca SciPy (Virtanen et al., 2020) para o refinamento pelo método de Brent (Brent, 1973) no ajuste de forma e a biblioteca Matplotlib (Hunter, 2007) para as figuras. A identificação pelo espaçamento entre as curvas é um problema de mínimos quadrados lineares, resolvido em forma fechada. O MBDyn não foi empregado.

Valem as exclusões de escopo da seção 3A.13. O modelo é plano, restrito ao plano sagital, e admite elástico linear e sem massa, F = K δ, elemento 78 pontual e sem atrito e eixo da articulação 20 no centro do ombro, com a barra 18 fixa em relação ao tronco, hipótese discutida na seção 3B.5. O torque gravitacional considera só o membro humano estendido, sem ferramenta na mão; o braço do exoesqueleto, a alavanca e a braçadeira não entram nele.

Capítulo 4

Resultados e discussão

Os resultados estão organizados por dispositivo. A seção 4A apresenta os do gerador de torque da US 9.889.554 B2, e a seção 4B, os do dispositivo da EP 3 504 033 B1, encerrada por uma comparação entre os dois. O terceiro dispositivo previsto, a US 9.737.374 B2, não foi analisado nesta etapa.

4A Exoesqueleto 1: US 9.889.554 B2

Esta seção apresenta os resultados das etapas descritas nas seções 3A.1 a 3A.11, aplicadas ao gerador de torque da US 9.889.554 B2. Salvo indicação em contrário, os números foram obtidos com o modelo vigente e os parâmetros congelados K = 174,68, H_{CAL} = 22,701 mm e X_{pose} = 37,383 mm. As etapas dinâmicas da seção 3A.12 e a aplicação do procedimento à US 9.737.374 B2 não foram executadas.

4A.1 Geometria reconstruída e propriedades de massa

A reconstrução da vista em corte do gerador de torque forneceu as grandezas da Tabela 4. O fator de escala único, fixado pela razão entre o comprimento do elo distal reconstruído e o comprimento de segmento do indivíduo de referência, resultou em 0,870.

A composição inercial do conjunto braço–exoesqueleto, obtida pelo transporte dos momentos ao eixo da junta, consta da Tabela 5. Os segmentos do membro seguem de Leva (1996) para o indivíduo masculino de referência, de 73,0 kg e 1,741 m, com o cotovelo estendido; as peças do exoesqueleto provêm do modelo em CAD.

A consistência interna da Tabela 5 foi conferida: $I_{cm} + M\,d^2 = 0{,}127111 + 0{,}321116 = 0{,}448227$ kg·m², igual ao momento de inércia no eixo da junta, conforme a Equação (1); e $M\,g\,d = 11{,}1619$ N·m coincide com o pico do torque gravitacional calculado pela Equação (24) (seção 4A.8). O

Tabela 4: Grandezas medidas na reconstrução em CAD

Grandeza	Símbolo	Valor	Unidade
Componente perpendicular do vetor pivô–ancoragem	p	3,155	mm
Distância do pivô ao centro do tambor	C	283,438	mm
Raio do tambor	R	22,827	mm
Defasagem angular do desenho	α	20,428	graus
Ângulo do mecanismo na pose de referência	θ^*_{pose}	115,017	graus
Comprimento da mola na pose	L_{pose}	91,35	mm
Comprimento útil do alojamento	L_{carc}	131,37	mm
Posição da ancoragem conforme desenhada	H_{CAD}	34,785	mm

Fonte: elaborada pelo autor.

Tabela 5: Propriedades de massa do conjunto braço–exoesqueleto

Grandeza	Valor	Unidade
Massa total do conjunto, M	4,034309	kg
Centro de massa na pose de referência, (x_{cm}; y_{cm})	(−281,432; −19,812)	mm
Distância do centro de massa ao eixo, d	282,128	mm
Momento de inércia no eixo da junta, I_O	0,448227	kg·m^2
Momento de inércia no centro de massa, I_{cm}	0,127111	kg·m^2
Amplitude do momento gravitacional, M g d	11,1619	N·m

Fonte: elaborada pelo autor.

momento de inércia destina-se à etapa dinâmica, não executada, e não participa do cálculo do torque estático.

4A.2 Dados extraídos da patente

A Tabela 6 reúne os 29 pontos extraídos da curva da patente, na ordem da extração, com os ângulos correspondentes nas convenções da seção 3A.3, o torque calculado pelo modelo com os parâmetros congelados e o resíduo. Os pontos cobrem θ^* de 42,909° a 193,017°, isto é, elevação de 180,1° a 30,0°, com espaçamento irregular, de 2,87° a 8,03° em θ^*. O maior valor extraído, 147,310 u.p., ocorre em θ^* = 123,196° (elevação de 99,8°), e a média dos 29 valores é 81,840 u.p. Os valores são expressos em u.p. porque a figura de origem não declara unidade (seção 2.10).

Tabela 6: Pontos extraídos da curva da patente e torque calculado pelo modelo

Nº	θ^* (°)	φ_{pat} (°)	θ_{el} (°)	Extraído (u.p.)	Modelo, $-\tau$ (u.p.)	Resíduo (u.p.)
1	193,017	−60,000	30,000	0,443	−1,709	−2,152
2	189,146	−56,129	33,871	11,519	+11,908	+0,389
3	185,849	−52,832	37,168	23,703	+23,428	−0,274
4	181,691	−48,674	41,326	38,101	+37,729	−0,372
5	177,677	−44,660	45,340	50,506	+51,171	+0,664
6	171,368	−38,351	51,649	70,000	+71,259	+1,259
7	167,354	−34,337	55,663	81,962	+83,202	+1,240
8	162,766	−29,749	60,251	94,146	+95,882	+1,736
9	155,311	−22,294	67,706	111,867	+113,925	+2,058
10	148,429	−15,412	74,588	125,158	+127,378	+2,220
11	143,268	−10,251	79,749	133,354	+135,260	+1,906
12	135,239	−2,222	87,778	142,437	+143,561	+1,124
13	128,931	+4,086	94,086	146,202	+146,647	+0,445
14	123,196	+9,821	99,821	147,310	+146,874	−0,436
15	115,168	+17,849	107,849	144,652	+143,291	−1,361
16	108,286	+24,731	114,731	138,892	+136,943	−1,950
17	100,831	+32,186	122,186	130,032	+127,175	−2,856
18	94,809	+38,208	128,208	120,063	+117,532	−2,532
19	88,501	+44,516	134,516	108,987	+106,203	−2,784
20	83,340	+49,677	139,677	98,354	+96,324	−2,030
21	78,035	+54,982	144,982	87,500	+85,889	−1,611
22	72,587	+60,430	150,430	75,981	+75,155	−0,826
23	68,142	+64,875	154,875	66,456	+66,572	+0,117
24	62,408	+70,609	160,609	55,158	+55,955	+0,797
25	57,820	+75,197	165,197	46,519	+47,977	+1,458
26	54,379	+78,638	168,638	39,873	+42,356	+2,482
27	50,938	+82,079	172,079	34,335	+37,078	+2,743
28	45,777	+87,240	177,240	27,025	+29,845	+2,819

29	42,909	+90,108	180,108	22,816	+26,188	+3,371

Fonte: elaborada pelo autor, a partir da US 9.889.554 B2 (van Engelhoven; Kazerooni, 2018).
Nota: resíduo = modelo − extraído; modelo com K = 174,68, h = 22,701 mm e X_{pose} = 37,383 mm.

4A.3 Verificação da cadeia de cálculo

As verificações automáticas da seção 3A.11 resultaram nos resíduos da Tabela 7, todos da ordem do erro de arredondamento da aritmética de ponto flutuante, exceto o do trabalho virtual, limitado pelo truncamento da diferença finita.

Tabela 7: Verificações da cadeia de cálculo (h = 22,701 mm)

Verificação	Resíduo máximo
Equações de fechamento f_1 e f_2, Equação (6)	$1{,}4 \times 10^{-13}$ mm
Identidade $\tau = -F\,m/1000$, Equação (20), com força unitária	$1{,}6 \times 10^{-13}$ mm
Ponto de tangência pelas Equações (10) e (13)	$8{,}0 \times 10^{-13}$ mm
Ponto morto, Equação (21) contra bissecção	$1{,}3 \times 10^{-11}$ grau
Trabalho virtual, Equação (17)	$4{,}7 \times 10^{-8}$ mm
Par da mola, $X_{pose} = L_{pose} - L_{livre}$	$7{,}1 \times 10^{-15}$ mm

Fonte: elaborada pelo autor.

A verificação do trabalho virtual decidiu a formulação do caminho do cabo. Com a extensão da mola acompanhando apenas o vão livre s, como na formulação inicialmente pensada, o resíduo da Equação (17) é de 1,7129 mm; com o arco somado ao vão, $s + R\psi$, é de 3,4258 mm; somente com $\ell = s - R\psi$, Equação (16), ele cai a $4{,}7 \times 10^{-8}$ mm. Um resíduo da ordem do milímetro significa que o modelo entrega torque sem a correspondente variação da energia da mola, violando assim, a conservação de energia em um mecanismo sem atrito.

Embora fora constatado que o efeito do arco é pequeno em valor absoluto. O arco varia 1,862 mm na faixa de operação, contra 42,435 mm de variação do caminho total (4,4%). Com a mesma ancoragem na pose, sua incorporação altera a extensão da mola em até 1,782 mm, em $\theta^* = 193{,}017°$ (elevação de 30°), onde a extensão está próxima do máximo e o desvio relativo é de 3,3%. Em termos relativos, o efeito é maior no extremo oposto, em $\theta^* = 42{,}917°$ (elevação de 180,1°), onde a extensão cai a 12,044 mm e o desvio chega a 6,3%.

4A.4 Parâmetros do modelo e reprodução da identificação

A Tabela 8 reúne os parâmetros não publicados pela patente, com seus valores congelados e a situação de cada um nesta revisão.

Tabela 8: Parâmetros não publicados, origem e verificação

Parâmetro	Símbolo	Valor	Origem
Calibração angular	θ_{off}	133,017°	Identificado em etapa anterior
Posição da ancoragem	H_{CAL}	22,701 mm	Identificado em etapa anterior
Extensão da mola na pose	X_{pose}	37,383 mm	Identificado
Rigidez da mola	K	174,68	Identificado

Fonte: elaborada pelo autor.
Nota: K tem a unidade que faz K δ m/1000 resultar em u.p. (seção 3A.6).

Com h = 22,701 mm e θ_{off} congelados, a varredura de X_{pose} com K dado pela Equação (25) reproduz o par identificado: X_{pose} = 37,383 mm, K = 174,676 e RMSE de 1,8305 u.p., coincidentes com os valores congelados até a resolução da varredura. O valor 174,68 é, portanto, o arredondamento do K de mínimos quadrados no h adotado, e o par (K, h) é consistente.

A origem de H_{CAL} = 22,701 mm, ao contrário, não pôde ser reproduzida. Para auditar essa afirmação, foi executada uma análise complementar em que X_{pose} e K são reidentificados para cada h, de 8 a 60 mm em passo de 0,25 mm. Essa análise não é o procedimento principal deste trabalho, que mantém K congelado (seção 3A.10), e serve apenas para conferir a afirmação anterior. O RMSE resultante apresenta mínimo interior em h $\approx$ 24,0 mm, com RMSE de 1,682 u.p., X_{pose} = 38,83 mm e K = 160,46, e cresce para valores maiores de h. A razão entre a extensão máxima e o comprimento livre vale 1,0095 em h = 22,701 mm, iguala 1 em h $\approx$ 22,52 mm e só ultrapassa 10 próximo do extremo superior da varredura, em h = 60 mm.


Em consequência, H_{CAL} é tratado neste trabalho como parâmetro congelado de origem não reproduzida, e não como ótimo identificado. Ele é mantido porque o par (K, X_{pose}) foi identificado nesse valor e porque o ponto morto correspondente, na elevação de 30,485°, fica a 0,485° do início da zona neutra indicado na patente, ao passo que h = 24,0 mm o deslocaria para 30,909°. A consistência de H_{CAL} com a curva extraída e com as restrições físicas é examinada na seção 4A.7.

A comparação entre formulações obedece à regra da seção 3A.9. Com o caminho do cabo igual ao vão livre, a formulação anterior alcança RMSE de 1,152 u.p. no mesmo h, com X_{pose} = 37,44 mm e K = 175,50 reidentificados; com o caminho completo, o RMSE é de 1,830 u.p. A formulação anterior ajusta melhor a curva publicada, mas viola a conservação de energia (seção 4A.3) e, por isso, foi abandonada: o menor RMSE não é critério de validade física.

4A.5 Qualidade do ajuste à curva da patente

A Figura 4 sobrepõe o torque calculado com os parâmetros congelados aos 29 pontos extraídos, e a Tabela 9 reúne os indicadores do ajuste.

Figura 4: Torque do cabo calculado ($-\tau$) e pontos extraídos da patente, com os resíduos no painel inferior (K = 174,68; h = 22,701 mm; X_{pose} = 37,383 mm)



Fonte: elaborada pelo autor.
Nota: resíduo = modelo − extraído.

Tabela 9: Indicadores de qualidade do ajuste à curva da patente

Indicador	Valor
Raiz do erro quadrático médio, RMSE	1,8305 u.p.
Erro absoluto médio, MAE	1,5866 u.p.
Erro máximo	3,3712 u.p., em θ^* = 42,909° (elevação de 180,1°)
Coeficiente de determinação, R^2	0,99839
MAE relativo à média dos valores extraídos	1,94%
RMSE relativo ao maior valor extraído	1,24%
Resíduo médio	+0,264 u.p.
Pico calculado, curva contínua	147,072 u.p., em θ^* = 125,533° (elevação de 97,48°)
Pico calculado nos pontos extraídos	146,874 u.p., em θ^* = 123,196°
Maior valor extraído	147,310 u.p., em θ^* = 123,196°

Fonte: elaborada pelo autor.

O coeficiente de determinação de 0,99839 e o erro absoluto médio de 1,94% da média indicam que a forma do perfil é reproduzida com fidelidade, apesar de os parâmetros construtivos não constarem da patente. O resultado deve ser lido com duas ressalvas.

Primeiro, os quatro parâmetros não publicados foram identificados contra os mesmos 29 pontos usados na avaliação, de modo que a aderência não constitui validação independente do modelo. A outra é que a incerteza da extração não é conhecida, o que impede afirmar se os resíduos estão ou não dentro dela.

Os resíduos não se distribuem aleatoriamente (Tabela 10). Ordenados por θ^*, eles formam três zonas extensas de sinal alternado, que reúnem 25 dos 29 pontos, seguidas de quatro pontos próximos ao ponto morto.

Tabela 10: Zonas de sinal dos resíduos (modelo − extraído), em ordem de θ^*

Zona	Faixa de θ^* (°)	Faixa de elevação (°)	Pontos	Resíduo médio (u.p.)
1	42,909 a 68,142	180,1 a 154,9	7	+1,970
2	72,587 a 123,196	150,4 a 99,8	9	−1,821
3	128,931 a 177,677	94,1 a 45,3	9	+1,406
4	181,691 a 185,849	41,3 a 37,2	2	−0,323
5	189,146	33,9	1	+0,389
6	193,017	30,0	1	−2,152

Fonte: elaborada pelo autor.

O modelo superestima o torque com o braço alto, acima de 155° de elevação (zona 1), e entre 45° e 94° (zona 3), e o subestima entre 100° e 150° (zona 2). Resíduo estruturado dessa natureza indica diferença sistemática de forma entre o modelo e a curva, e não apenas dispersão de digitalização. As causas possíveis: imprecisão da geometria reconstruída, erro sistemático na extração ou diferença entre a formulação do modelo e a que gerou a figura da patente. O fato de a formulação sem o arco reproduzir a curva com RMSE menor é compatível com a última hipótese, mas não o suficiente para provar a hipótese.

O último ponto, em $\theta^* = 193{,}017°$, está além do ponto morto calculado ($\theta^*_{\mathrm{pm}} = 192{,}532°$). Ali o modelo prevê torque de −1,709 u.p., com sinal invertido, ao passo que a curva extraída registra 0,443 u.p. A diferença, que responde pelo resíduo da zona 6, é coerente com a ausência, no modelo, da protuberância que mantém o torque residual aproximadamente nulo no dispositivo real (seção 4A.9).

4A.6 Comportamento da mola e do mecanismo

A Tabela 11 caracteriza o funcionamento do mecanismo na faixa de operação, de θ^* = 42,917° a 193,017°, que corresponde a 150,1° de elevação anatômica, de 30° a 180,1°. As grandezas foram calculadas em malha de 0,001° com os parâmetros congelados.

Tabela 11: Grandezas do mecanismo na faixa de operação

Grandeza	Valor
Caminho do cabo na pose de referência, $\ell(\theta^*_{\text{pose}})$	290,180 mm
Referência da extensão, s_0	252,797 mm
Comprimento livre da mola, L_{livre}	53,967 mm
Extensão da mola, δ	12,044 mm (θ^* = 42,917°) a 54,479 mm (θ^* = 192,532°)
Curso da mola na faixa	42,435 mm
Comprimento da mola, $L_{\text{livre}} + \delta$	66,011 a 108,446 mm
Razão entre extensão máxima e comprimento livre	1,0095
Força máxima no cabo, $K\,\delta_{\text{máx}}$	9.516,5 (unidade de K × mm)
Braço de momento, m	−0,180 a 22,919 mm
Teto geométrico do braço, $\lvert OA\rvert = \sqrt{(h^2 + p^2)}$	22,919 mm
Distância do pivô ao ponto de tangência, b	282,503 a 284,363 mm
Ângulo β	4,604° a 4,619°
Ângulo entre o cabo e o elo, ψ	−4,656° a +0,019°
Ponto morto, θ^*_{pm}	192,532° (elevação de 30,485°)

Fonte: elaborada pelo autor.

A extensão da mola permanece positiva em toda a faixa, o que assegura a condição é que o cabo continua tracionado em todos os pontos avaliados. O máximo da extensão ocorre no ponto morto, como exige a Equação (17): onde m se anula, $d\ell/d\theta^*$ também se anula, e o caminho do cabo passa por um extremo. O comprimento máximo da mola, 108,446 mm, é inferior ao comprimento útil do alojamento, 131,37 mm (valor a confirmar), com margem de 22,9 mm. A razão de 1,0095 entre a extensão máxima e o comprimento livre significa que a mola precisaria ser estendida a aproximadamente o dobro de seu comprimento livre; a viabilidade desse requisito depende da deflexão admissível da mola a especificar e deve ser confrontada com dados de fabricante.

O braço de momento confirma a distinção da seção 3A.5. A linha de ação do cabo passa pela ancoragem A, de modo que m não pode exceder $|OA|$ = 22,919 mm em configuração alguma. Ao longo da faixa, m cresce monotonicamente de 12,451 mm em θ^* = 42,917° até tocar esse teto em θ^* = 97,894°, posição em que o cabo fica perpendicular a OA, e decresce a partir daí,


anulando-se no ponto morto; o valor de −0,180 mm no extremo da faixa corresponde ao trecho além desse ponto.

A força máxima K $\delta_{máx}$ vale 9.516,5 na unidade de K multiplicada por milímetro. Se a ordenada da patente estivesse em N·m, K estaria em N/mm, a tração no cabo chegaria a 9,5 kN e o pico do torque do cabo, 147,07 N·m, seria 13,2 vezes o pico do torque gravitacional do conjunto, de 11,1619 N·m (seção 4A.8). Para equilibrar esse pico gravitacional com o maior braço disponível, 22,919 mm, bastaria uma tração de cerca de 487 N. A leitura da ordenada em N·m conduz, portanto, a valores implausíveis para um dispositivo vestível de apoio ao braço, o que reforça o tratamento da curva publicada como qualitativa quanto à magnitude: o modelo reproduz a forma do torque, mas não sua escala física.

4A.7 Varredura paramétrica de h com K congelado

A Figura 5 mostra a família de curvas de torque para sete valores de h, com K congelado em 174,68 e a extensão na pose fixada em X_{pose}.

Figura 5: Família de curvas de torque do cabo para h de 16 a 32,886 mm, com K = 174,68 e X_{pose} = 37,383 mm congelados, e os 29 pontos extraídos da patente




Fonte: elaborada pelo autor.

A família não se abre de modo uniforme. Medido o espalhamento entre as curvas, máximo menos mínimo em cada θ^*, surgem dois nós, em θ^* = 68,03°, com espalhamento de 9,35 u.p., e em θ^* = 185,71°, com 0,18 u.p.; a abertura máxima, de 106,79 u.p., ocorre em θ^* = 130,38°. Os pontos extraídos próximos dos nós quase não carregam informação sobre h, e a capacidade de

discriminar h concentra-se na faixa central, aproximadamente de θ^* = 100° a 160°, isto é, de 63° a 123° de elevação.

A Figura 6 apresenta o RMSE em função de h.

Figura 6: RMSE contra os pontos extraídos em função de h, com K congelado: faixa completa, em escala logarítmica, com os valores fisicamente viáveis, e ampliação em torno do mínimo, com os platôs de RMSE



Fonte: elaborada pelo autor.

O menor RMSE, 1,8270 u.p. (R^2 = 0,99840), ocorre em h = 22,735 mm, a 0,034 mm de H_{CAL}, que ocupa a 14ª posição entre os 10.403 valores, com RMSE 0,19% maior. Os platôs constam da Tabela 12. O RMSE ultrapassa 2 vezes o mínimo em h = 21,825 e 23,640 mm e 10 vezes o mínimo em h = 17,570 e 27,900 mm.

Tabela 12: Platôs de RMSE com K congelado

Critério	h mínimo (mm)	h máximo (mm)	Largura (mm)
RMSE ≤ 1,01 × mínimo	22,660	22,805	0,145
RMSE ≤ 1,05 × mínimo	22,570	22,900	0,330
RMSE ≤ 1,10 × mínimo	22,495	22,970	0,475
RMSE ≤ 2 × mínimo	21,830	23,635	1,805

Fonte: elaborada pelo autor.

Com K e X_{pose} congelados, a curva extraída determina h dentro de 0,145 mm a 1% do RMSE mínimo. Essa precisão, porém, não deve ser lida como identificação independente de h: K e X_{pose} foram identificados no próprio H_{CAL}, de modo que a proximidade entre o mínimo da varredura e H_{CAL} é esperada por construção. O resultado mostra que o trio (K, X_{pose}, H_{CAL}) é internamente consistente e que o ajuste é muito sensível a h — o RMSE dobra a cerca de 0,9 mm do mínimo e decuplica a cerca de 5,2 mm —, mas não substitui a medição da ancoragem no dispositivo real.

A validade física independe da curva extraída. O critério de fechamento foi atendido em todos os 10.403 valores de h, e o de trabalho virtual também, com resíduo máximo de 7,4 × 10^{-8} mm/rad na grade inteira. O critério decisivo é a tração: com X_{pose} congelada, o aumento de h aumenta o curso do cabo — de 28,942 mm em h = 15 mm para 42,435 mm em h = 22,701 mm e 106,573 mm em h = 60 mm — e rebaixa a extensão mínima, que ocorre sempre em θ^* = 42,917°, onde a demanda gravitacional é mínima, de apenas 1,2% do pico. A extensão mínima se anula na fronteira de tração, h = 32,886 mm. Os valores viáveis formam o intervalo contíguo de 8,000 mm, borda inferior da grade, a 32,885 mm, com 4.979 valores. O valor documental H_{CAD} = 34,785 mm fica fora desse intervalo: com X_{pose} congelada, o cabo afrouxaria no início da faixa, com extensão mínima de −2,257 mm, e o RMSE seria de 43,48 u.p. (R^2 = 0,093). A Tabela 13 reúne os valores notáveis de h.

Tabela 13: Valores notáveis de h na varredura com K congelado

h (mm)	**Papel**	**RMSE (u.p.)**	$\delta_{mín}$ **(mm)**	$\delta_{máx}$ **(mm)**	$L_{livre} + \delta_{máx}$ **(mm)**	θ^*_{pm} **(°)**	**Tração**
21,372	Ponto morto entra na faixa	5,102	13,608	53,719	107,686	193,017	Atende
22,701	H_{CAL}, adotado	1,830	12,044	54,479	108,446	192,532	Atende
22,735	Menor RMSE	1,827	12,004	54,499	108,466	192,520	Atende
32,886	Fronteira de tração	36,490	0,000	60,175	114,142	190,099	Limite
34,785	H_{CAD}, documental	43,480	−2,257	61,209	115,176	189,802	Não atende

Fonte: elaborada pelo autor.

O ponto morto é monótono em h e entra na faixa de operação em h = 21,3718 mm, valor dado pela Equação (22) e reproduzido por bissecção com diferença de 4,6 × 10^{-14} mm. Abaixo desse valor, o ponto morto fica além de θ^* = 193,017°, e o torque do cabo não se anula na faixa. Nenhum h positivo leva o ponto morto ao outro extremo: para h > 0, θ^*_{pm} fica confinado entre 184,619° e 274,619° e nunca alcança θ^* = 42,917°. Para esse extremo, a Equação (22) devolve h = 3,9953 mm, que é ramo espúrio: nesse h, a Equação (21) situa o ponto morto em 222,917°.

O torque é rigorosamente linear em K: a identidade $\tau(K) = K\ \tau(K = 1)$ foi verificada em cada h da grade, com erro máximo de 7,7 × 10^{-13} u.p. Isso permitiria reidentificar K para cada h em forma fechada, mas esse procedimento define um modelo diferente para cada h e não é adotado na análise principal.

Em síntese, a varredura separa duas perguntas. A geometria, independentemente da curva extraída, admite h ≤ 32,886 mm e exclui o valor documental; a curva extraída, com K e X_{pose}

congelados, favorece um intervalo estreito em torno de H_{CAL}, que atende aos três critérios com folga. A diferença de 12,084 mm entre H_{CAL} e H_{CAD} permanece sem explicação e indica que a cota de ancoragem do CAD, a extensão X_{pose} identificada ou ambas precisam ser conferidas.

4A.8 Confronto entre o torque do cabo e o torque gravitacional

O torque gravitacional do conjunto, calculado pela Equação (24) de forma independente da cadeia do cabo, atinge o máximo de 11,1619 N·m na elevação de 89,44°, o que corrobora a previsão da seção 2.1, de momento gravitacional máximo com o segmento perpendicular à gravidade. O desvio de 0,56° em relação a 90° indica que a linha que une o pivô ao centro de massa do conjunto forma esse ângulo com a direção do braço adotada na convenção da patente. O valor do pico coincide com M g d da Tabela 5. O módulo da Equação (24) oculta a troca de sentido do torque em θ^* = 43,579° (elevação de 179,44°), que afeta apenas os 0,66° iniciais da faixa, com torque inferior a 0,13 N·m.


A comparação entre as duas curvas exige cautela metodológica. Como a ordenada da curva publicada não tem unidade declarada e a seção 4A.6 mostrou que sua leitura em N·m é implausível, as magnitudes não são comparáveis. O que se pode confrontar é a forma dos perfis, apresentados na Figura 7 normalizados pelos respectivos valores de pico, em função da elevação anatômica. Como a normalização elimina a escala, o confronto não informa que fração do torque gravitacional o mecanismo compensa.

Três características emergem do confronto. O pico do torque do cabo ocorre na elevação de 97,48°, e o do torque gravitacional, em 89,44°, com defasagem de 8,05°. O mecanismo entrega sua assistência máxima acima da posição de maior demanda gravitacional, configuração compatível com dispositivo projetado para trabalho acima da cabeça.

As curvas normalizadas cruzam-se na elevação de 93,96°. Entre 94° e 160°, as diferenças normalizadas (cabo menos peso) são positivas e pequenas, de 0,000 a +0,055; acima de 160°, crescem até +0,184 em 179,44°. Entre 105° e 150°, as duas curvas diferem em no máximo 0,027, o que indica que o perfil elástico reproduz a forma da demanda gravitacional na faixa de maior interesse para o trabalho acima da cabeça.

Abaixo de 94°, as diferenças tornam-se negativas e crescentes em módulo, até −0,520 na elevação de 30°. No ponto morto, na elevação de 30,485°, o torque gravitacional ainda vale 5,757 N·m, 51,6% de seu pico, enquanto o torque do cabo se anula; em 30°, o torque gravitacional é de 5,675 N·m, 50,8% do pico. Trata-se de característica da arquitetura, e não de deficiência do

Figura 7: Torque do cabo e torque gravitacional normalizados pelos respectivos picos, em função da elevação anatômica (K = 174,68; h = 22,701 mm; X_{pose} = 37,383 mm)



Fonte: elaborada pelo autor.
Nota: a linha pontilhada marca o cruzamento das curvas normalizadas.

ajuste: conforme a seção 2.3, a patente prevê que o dispositivo libere o braço nas posturas de não trabalho, em que o usuário precisa de mobilidade para alcançar ferramentas ou repousar o membro.

O confronto ilustra, em termos quantitativos, a limitação apontada por Nasr, Ferguson e McPhee (2022) e discutida na seção 2.4: um mecanismo passivo entrega torque determinado para cada ângulo, de modo que o ajuste favorável em uma faixa implica desvio em outra. No caso analisado, o compromisso privilegia a faixa acima da horizontal, onde a exposição postural concentra o risco documentado por van der Molen et al. (2017) e Seidler et al. (2020), à custa de subcompensação na faixa inferior. É também a limitação que motiva as soluções semipassivas de assistência regulável referidas na seção 2.4.

4A.9 Limitações dos resultados

Além das limitações de escopo da seção 3A.13, os resultados comportam as ressalvas a seguir.

O ponto morto do mecanismo situa-se em θ^* = 192,5317°, equivalente à elevação de 30,485°, e a patente indica a zona neutra a partir de 30°, diferença de 0,485°. A protuberância que, no dispositivo real, restringe o gerador de força além desse ângulo não integra o modelo; em consequência, o modelo prevê inversão de sinal do torque após o ponto morto, ao passo que o

dispositivo mantém torque residual aproximadamente nulo. A ressalva restringe-se aos 0,485° finais da faixa e ao último ponto extraído.

A ausência de unidade declarada na ordenada da curva publicada impede a conversão do torque do cabo para N·m e, por conseguinte, o cálculo do torque resultante sobre a articulação e a integração da equação de movimento. Essa conversão exige dado independente, como a especificação de rigidez de uma mola comercial compatível com o mecanismo ou fonte documentada que estabeleça a escala da figura original.

A identificação foi reproduzida apenas em parte. K e X_{pose} foram reproduzidos no h adotado, mas a origem de θ_{off} e de H_{CAL} não pôde ser reconstituída, e os quatro parâmetros foram identificados e avaliados contra os mesmos 29 pontos, cuja incerteza de extração não está documentada. O valor documental H_{CAD} é incompatível com os demais parâmetros congelados, pois viola o critério de tração.

O fator de escala de 0,870, fixado pela comparação entre o comprimento do elo distal e o comprimento de segmento do indivíduo de referência, propaga-se a todas as grandezas dimensionais e de massa, e duas cotas do modelo em CAD permanecem a confirmar. Alterações nessas grandezas exigem a reexecução integral da identificação.

Por fim, os resultados desta seção referem-se a um único dispositivo, ao indivíduo de referência adotado e ao membro superior estendido sem ferramenta na mão, e limitam-se à análise estática. A generalização a outros percentis antropométricos, a outras configurações de cotovelo e à presença de carga na mão demanda a reexecução do procedimento com os parâmetros correspondentes.

4B Exoesqueleto 2: EP 3 504 033 B1

Esta seção apresenta os resultados das etapas das seções 3B.3 a 3B.12, aplicadas ao dispositivo da EP 3 504 033 B1. Salvo indicação em contrário, os números foram obtidos com a geometria do CAD, e = 34,785 mm, s_0 = 287,190 mm, identificado pelo espaçamento entre as curvas da Figura 16 da patente, e K = K_{40} = 1,45915 N/mm, hipótese de projeto. As etapas dinâmicas da seção 3B.13 não foram executadas.

4B.1 Geometria reconstruída e propriedades de massa

A Tabela 14 reúne as grandezas medidas no modelo em CAD e as que delas derivam, com a origem de cada uma (seção 3B.3).

Tabela 14: Grandezas medidas no modelo em CAD e grandezas derivadas

Grandeza	Símbolo	Valor	Unidade	Origem
Componente do vetor de A a O na direção u($-\alpha_1$)	C_1	28,978	mm	CAD
Componente do vetor de A a O na direção u(γ_2)	C_2	340,455	mm	CAD
Direção de C_2	γ_2	80,739	graus	CAD
Direção de C_1, perpendicular a C_2	α_1	9,261	graus	Derivada, $\alpha_1 = 90° - \gamma_2$
Trecho do pivô ao cotovelo da alavanca	e	34,785	mm	CAD; varrido na seção 4B.8
Trecho rígido do cotovelo ao ponto P	C_3	14,907	mm	CAD
Giro de C_3 em relação ao trecho e	β_c	−49,647	graus	CAD
Distância do pivô ao centro do elemento 78	p_{78}	7,754	mm	CAD
Ângulo do trecho e na pose do CAD	λ_{pose}	160,487	graus	CAD
Comprimento do elástico na pose do CAD	ℓ_{pose}	359,768	mm	CAD
Direção do centro do elemento 78 na pose do CAD	$\lambda_{78,pose}$	277,937	graus	CAD
Ângulo do braço com a horizontal na pose do CAD, positivo acima	$\theta_{b,pose}$	−7,962	graus	CAD; sinal a confirmar
Ângulo do elemento 78 em relação ao trecho e	η_{78}	117,450	graus	Derivada, Equação (32)
Defasagem entre λ e θ_{el} + 90°	λ_0	−11,551	graus	Derivada, Equação (29)
Anteversão na pose do CAD	$\theta_{el,pose}$	82,038	graus	Derivada, Equação (29)
Distância de A a O	$\lvert r_{AO}\rvert$	341,686	mm	Derivada, Equação (30)
Comprimento do trecho entre o elemento 78 e P	d_{78}	51,360	mm	Derivada, Equação (35)
Distância do pivô ao ponto P	|OP|	45,866	mm	Derivada
Ângulo de OP em relação ao trecho e	ε	−14,340	graus	Derivada, Equação (39)
Distância do elemento 78 ao cotovelo	x_{78}	38,972	mm	Derivada; apenas informativa

Fonte: elaborada pelo autor.
Nota: ângulos medidos a partir de +x, no sentido anti-horário (seção 3B.5). $x_{78} = ({p_{78}}^2 + e^2 - 2\, p_{78}\, e \cos \eta_{78})^{1/2}$ não entra no cálculo e não é a extensão do elástico. O valor de e coincide, até a terceira casa decimal, com a cota H_{CAD} do outro mecanismo (seção 3A.4); a coincidência deve ser conferida no modelo em CAD.

Na pose do CAD, o modelo situa P em (−38,090; 25,551) mm e o centro do elemento 78 em (1,071; −7,680) mm, e calcula ℓ = 359,7679 mm, que difere do comprimento medido ℓ_{pose} em 1,4 × 10^{-4} mm, valor inferior à resolução de três casas decimais da medida. O elemento 78 está a p_{78} = 7,754 mm do eixo da articulação, enquanto a patente prefere esse elemento sobre o eixo [0099]; as consequências dessa diferença são tratadas nas seções 3B.6 e 4B.9.

Tabela 15: Propriedades de massa do membro humano em relação ao eixo da articulação 20

Segmento	Massa (kg)	L (mm)	Distância do centro de massa a O (mm)	I_{cm} (kg·m²)	I_O (kg·m²)
Braço	1,9783	281,7	162,597	0,011360	0,063662
Antebraço	1,1826	268,9	404,695	0,006005	0,199689
Mão	0,4453	86,2	618,698	0,000871	0,171326
Membro humano	3,6062		d = 298,310	0,113765	0,434676

Fonte: elaborada pelo autor, com dados de de Leva (1996).

A consistência foi conferida pela Equação (1): $I_{cm} + M\,d^2$ = 0,113765 + 0,320911 = 0,434676 kg·m². A amplitude do momento gravitacional do membro é M g d = 10,550 N·m.

No modelo em CAD, o braço do exoesqueleto (elemento 8) tem massa de 163,951 g, centro de massa em (69,249; 151,559) mm no referencial do Fusion e momento de inércia de 9,659 × 10^5 g·mm² no centro de massa. São estimativas obtidas da geometria reconstruída e de um material atribuído no CAD, náilon 6/6 em peça oca segundo a planilha, e não propriedades do produto. Esse corpo não entra no torque do peso nem no momento de inércia desta seção, porque a posição do eixo da articulação 20 no referencial do Fusion não foi medida; sem ela, a distância do centro de massa ao eixo é desconhecida. A alavanca, o elemento 78 e a braçadeira não estão modelados como corpos separados, e as peças do lado do tronco (barra 18, barra de ancoragem e capas do elástico) apoiam-se no cinto e não giram com o braço. A Tabela 5 da seção 4A.1 soma ao membro as peças do outro exoesqueleto; os valores desta seção referem-se só ao membro humano e não são comparáveis aos totais daquela tabela.

4B.2 Dados extraídos da patente

Foram extraídos 48 pontos da curva tracejada, 47 da pontilhada e 51 da contínua (Tabela 16). As três começam com razão ligeiramente negativa, de −0,0067 a −0,0134 divisão, efeito da leitura, e cruzam zero, por interpolação linear entre os dois primeiros pontos, em 14,24°

(tracejada), 14,36° (pontilhada) e 14,23° (contínua). A curva pontilhada tem máximo interior de 1,0777 divisão, lido em 4 pontos entre 81,87° e 96,99°, e termina em 0,0134 divisão em 170,82°. A contínua cresce até 4,6319 divisões em 170,28°, e a tracejada, depois de um patamar entre 1,37 e 1,40 divisão de cerca de 100° a 150°, sobe até 2,4432 divisões em 169,80°.

Tabela 16: Pontos extraídos da Figura 16 da patente (razão em divisões da grade)

Nº	Tracejada θ_{el} (°)	Tracejada razão	Pontilhada θ_{el} (°)	Pontilhada razão	Contínua θ_{el} (°)	Contínua razão
1	(14,14)	(−0,0067)	(14,25)	(−0,0067)	(14,04)	(−0,0134)
2	(15,77)	(0,1071)	(15,66)	(0,0803)	(15,77)	(0,1071)
3	(17,28)	(0,1941)	(17,17)	(0,1473)	(17,93)	(0,2343)
4	(18,90)	(0,2610)	(19,66)	(0,2477)	20,52	0,3615
5	21,39	0,3615	22,25	0,3414	23,98	0,5154
6	25,06	0,4886	24,63	0,4083	26,14	0,5890
7	29,38	0,6225	26,79	0,4685	30,47	0,7229
8	33,49	0,7296	28,73	0,5154	32,74	0,7898
9	36,41	0,7831	31,33	0,5756	37,81	0,9103
10	38,78	0,8367	33,06	0,6091	42,57	1,0241
11	41,59	0,8902	35,65	0,6627	46,89	1,1044
12	44,94	0,9438	37,70	0,6961	51,21	1,1714
13	48,61	1,0040	40,94	0,7497	55,10	1,2316
14	52,07	1,0509	43,97	0,7965	59,85	1,2919
15	55,74	1,0911	47,53	0,8434	65,03	1,3588
16	59,52	1,1379	50,23	0,8769	70,97	1,4257
17	62,65	1,1781	53,36	0,9103	76,91	1,4793
18	66,65	1,2115	56,60	0,9371	81,45	1,5194
19	70,43	1,2383	58,65	0,9572	85,55	1,5529
20	74,10	1,2651	62,00	0,9840	89,66	1,5797
21	77,99	1,2919	65,03	1,0040	93,76	1,6131
22	81,23	1,3119	69,24	1,0241	98,95	1,6466
23	84,90	1,3253	72,48	1,0442	107,59	1,7069
24	88,57	1,3454	76,69	1,0576	113,63	1,7403
25	92,24	1,3588	81,87	1,0777	120,11	1,7738
26	96,13	1,3789	87,49	1,0777	124,22	1,8006
27	100,02	1,3856	91,81	1,0777	128,75	1,8407
28	103,69	1,3990	96,99	1,0777	132,21	1,8608
29	107,69	1,3990	101,74	1,0643	135,23	1,8943
30	111,36	1,3990	105,63	1,0442	139,98	1,9478
31	115,14	1,3990	108,87	1,0241	143,44	2,0014
32	118,92	1,3990	111,24	1,0107	147,33	2,0817
33	122,70	1,3923	113,40	0,9973	150,36	2,1620
34	126,37	1,3923	117,29	0,9639	152,30	2,2290
35	130,04	1,3856	122,90	0,9170	154,57	2,3227
36	133,71	1,3789	126,79	0,8769	156,19	2,4030
37	137,38	1,3789	131,10	0,8233	159,00	2,5770
38	140,84	1,3722	135,42	0,7564	160,73	2,7176

Nº	Tracejada θ_{el} (°)	Tracejada razão	Pontilhada θ_{el} (°)	Pontilhada razão	Contínua θ_{el} (°)	Contínua razão
39	145,15	1,3789	139,42	0,6961	162,57	2,9117
40	148,83	1,3923	143,41	0,6225	164,09	3,0991
41	152,50	1,4190	149,24	0,5154	(165,17)	(3,2732)
42	155,95	1,4726	153,99	0,4217	(165,82)	(3,3803)
43	159,63	1,5663	158,52	0,3213	(166,37)	(3,4873)
44	162,65	1,6935	162,08	0,2410	(167,23)	(3,6614)
45	(165,14)	(1,8608)	(166,29)	(0,1473)	(167,89)	(3,8220)
46	(166,98)	(2,0282)	(168,99)	(0,0803)	(168,54)	(4,0228)
47	(168,50)	(2,2423)	(170,82)	(0,0134)	(169,08)	(4,1835)
48	(169,80)	(2,4432)			(169,41)	(4,3174)
49					(169,84)	(4,4914)
50					(170,17)	(4,5851)
51					(170,28)	(4,6319)

Fonte: elaborada pelo autor, a partir da EP 3 504 033 B1 (Ottobock, 2023).
Nota: valores entre parênteses ficam fora da faixa $20° < \theta_{el} < 165°$ usada na identificação (seção 3B.10).

4B.3 Verificação da cadeia de cálculo

As verificações automáticas da seção 3B.12 resultaram nos resíduos da Tabela 17, todos da ordem do erro de arredondamento da aritmética de ponto flutuante, exceto os do trabalho virtual, limitados pelo truncamento da diferença finita, e o do fechamento com o CAD, limitado pela resolução da medida. No teste sintético, a identificação pelo espaçamento entre as curvas recupera os valores de s_0 com erro máximo de 0,062 mm, limitado pela interpolação linear entre os pontos de cada curva.

4B.4 Identificação de s_0 pelo espaçamento entre as curvas

A Tabela 18 reúne os comprimentos de referência identificados pela Equação (47). Na faixa adotada, s_0 vale 300,908 mm na curva pontilhada, 287,190 mm na tracejada e 275,589 mm na contínua, com RMSE de 0,255 mm nas 234 equações. A ordem coincide com a das pré-tensões descritas em [0093], porque menor s_0 significa maior extensão do elástico em qualquer ângulo, e os passos entre curvas, 13,72 e 11,60 mm, são da mesma ordem.

Entre as quatro faixas de θ_{el}, o s_0 da curva tracejada varia de 286,01 a 288,74 mm. O ruído de extração dá desvio padrão de 1,019 mm nessa curva, e o deslocamento da abscissa de $-2{,}47°$ e de $+2{,}47°$ o leva a 287,76 e 286,01 mm, respectivamente, com RMSE maior que o da abscissa original, 0,337 e 0,347 mm. A maior sensibilidade é ao sinal de $\theta_{b,pose}$: com ele trocado, o s_0

Tabela 17: Verificações da cadeia de cálculo do modelo da Ottobock

Verificação	Resíduo máximo
Equações de circuito do regime I, Equação (33)	$1{,}1 \times 10^{-13}$ mm
Equações de circuito do regime II, Equação (34)	$1{,}1 \times 10^{-13}$ mm
d_{78} constante em λ, Equação (35)	$1{,}4 \times 10^{-14}$ mm
Fechamento com o comprimento medido na pose do CAD	$1{,}4 \times 10^{-4}$ mm
Trabalho virtual no regime I, Equação (43)	$5{,}0 \times 10^{-8}$ mm/rad
Trabalho virtual no regime II, Equação (43)	$7{,}6 \times 10^{-8}$ mm/rad
Continuidade de ℓ na transição	$5{,}7 \times 10^{-14}$ mm
Continuidade de τ/F na transição	$8{,}6 \times 10^{-13}$ mm
Caso $p_{78} = 0$: λ_t numérico contra a Equação (39)	$4{,}6 \times 10^{-14}$ rad
Caso $p_{78} = 0$: $\ell = \lvert r_{AO}\rvert + \lvert OP\rvert$ no regime II	0 mm
Caso $p_{78} = 0$: τ no regime II, força unitária	0 N·mm
τ pelo produto vetorial contra $\tau = F\,m/1000$	$2{,}7 \times 10^{-15}$ N·m
Linearidade em K, $\tau(K) = K\,\tau(K = 1)$	$1{,}8 \times 10^{-15}$ N·m
Ancoragem: s_0 igual para todo e (s_0 adotado)	0 mm
Espaçamento entre curvas: s_0 conhecidos recuperados em curvas sintéticas	0,062 mm

Fonte: elaborada pelo autor.
Nota: o fechamento com o CAD é limitado pela resolução de três casas decimais da medida; o trabalho virtual, pelo truncamento da diferença finita centrada em λ, com passo de 10^{-6} rad.

Tabela 18: Comprimento de referência s_0 identificado pelo espaçamento entre as curvas da Figura 16 da patente

Caso	Pontilhada (mm)	Tracejada (mm)	Contínua (mm)	RMSE das equações (mm)
Faixa adotada, 20° a 165°	300,908	287,190	275,589	0,255
Faixa de 15° a 170°	300,295	286,012	274,765	0,851
Faixa de 25° a 160°	301,263	287,673	276,185	0,203
Faixa de 40° a 150°	302,002	288,742	277,425	0,136
Ruído de 0,5 px, intervalo de 95%	300,74 a 302,46	286,34 a 290,15	274,03 a 279,65	
Ruído de 0,5 px, desvio padrão	0,429	1,019	1,432	
Abscissa deslocada de −2,47°	301,724	287,765	275,967	0,337
Abscissa deslocada de +2,47°	299,721	286,013	274,569	0,347
Sinal de $\theta_{b,pose}$ trocado	311,057	297,547	286,155	0,620
Abscissa espelhada, $\theta_{el} \to 180° - \theta_{el}$	392,490	404,538	413,852	1,312

Fonte: elaborada pelo autor.
Nota: ruído gaussiano de 0,5 px na unidade da leitura (0,024 divisão na ordenada e 0,38° na abscissa), em 500 sorteios; a faixa adotada é a dos demais casos, exceto nas linhas de outras faixas.


da tracejada vai a 297,55 mm, com RMSE de 0,620 mm, e K_{40}, a 1,64025 N/mm, com pico de τ de 4,225 N·m em 92,1°; no ajuste de forma, o s_0 da tracejada vai de 159,944 mm para 279,526 mm, com 4 dos 40 pontos ajustados no regime II, e K_{40}, de 0,50185 para 1,29549 N/mm. Com a abscissa espelhada, o RMSE sobe para 1,31 mm e os três valores de s_0 ficam acima de $\ell(0°)$ = 389,23 mm, maior comprimento do elástico na faixa, o que o deixaria frouxo em todos os ângulos; essa leitura da figura é rejeitada.

Os fatores G_i da Equação (48) coincidem nas três curvas (Figura 8(a)), com dispersão mediana de 0,87% entre 20° e 165° e de no máximo 4,69% até 150°. Acima de 150°, a dispersão cresce, até 104,6% em 165°, porque a extensão da curva pontilhada tende a zero e o quociente da Equação (48) fica mal condicionado. O comprimento do elástico lido no espaçamento entre as curvas pontilhada e contínua, $\ell = (r_c\ s_{0,p} - r_p\ s_{0,c})/(r_c - r_p)$, difere do ℓ do CAD em 1,12 mm RMS e no máximo 2,31 mm entre 35° e 155°: a variação de ℓ com o ângulo implícita na figura é a do modelo.

O fim da curva pontilhada confirma o resultado de forma independente. A razão dessa curva, extrapolada, chega a zero em 171,19° com os dois últimos pontos e em 171,45° com os três últimos, onde ℓ = 299,18 e 299,10 mm, a 1,73 e 1,81 mm do s_0 identificado pelo espaçamento; com esse s_0, o modelo afrouxa a partir de 166,4°. A patente não diz em que posição a pré-tensão é medida. Interpretando a pré-tensão quase nula de [0093] como extensão próxima de zero na posição de menor comprimento do elástico, perto de 180°, o s_0 identificado é compatível com essa descrição: a curva pontilhada fica frouxa perto de 180°, com $\ell(180°) - s_0 = -3{,}98$ mm, e as curvas tracejada e contínua têm extensão de 9,74 e 21,34 mm em 180°.

O ângulo em que as curvas começam, perto de 14°, não identifica s_0. As três começam em 14,36°, 14,24° e 14,23°, apesar das pré-tensões diferentes, e o elástico se encurta quando o braço sobe: com s_0 igual a ℓ no início da curva tracejada, 387,68 mm, o elástico ficaria frouxo em todos os 1.658 pontos da malha acima desse ângulo, e o torque seria nulo justamente onde a figura o mostra. O início das curvas é atribuído, neste trabalho, ao contato do elástico com o elemento 78, cujo ângulo a patente ajusta pela posição desse elemento [0071], [0099]; a patente não indica a configuração que gerou a Figura 16 da patente e cita outros meios de anular a força abaixo de um ângulo, como cames e corrediças [0043].

Figura 8: Identificação de s_0 pelo espaçamento entre as curvas, com (a) o fator G_i de cada curva e (b) o fator G lido na Figura 16 da patente e a forma prevista pelo modelo, normalizados em 90°



Fonte: elaborada pelo autor, a partir da EP 3 504 033 B1 (Ottobock, 2023).
Nota: s_0 da Tabela 18, faixa adotada; em (b), média das curvas tracejada e contínua.

4B.5 Forma das curvas e ajuste de forma

Com os valores de s_0 da Tabela 18, o fator G lido na Figura 16 da patente e a forma m/(1000 τ_g) do modelo diferem (Figura 8(b)). Normalizada em 90°, a razão entre os dois vale 0,38 em 20°, 0,78 em 60°, 1,34 em 120°, 2,04 em 150° e 3,03 em 165°. Com esses valores de s_0 e com o m do CAD e o τ_g do membro humano, a razão calculada não reproduz a Figura 16 da patente: com escala comum às três curvas, o coeficiente de determinação é −0,548 (pontilhada), −1,620 (tracejada) e −0,674 (contínua). Como o ℓ implícito na figura concorda com o do CAD (seção 4B.4), a diferença não se explica por ℓ. Restam o braço de momento, que depende da derivada de ℓ, e o torque do peso que a patente usou para formar a razão, que o texto não define de forma consistente (seção 3B.9). Entre 35° e 155°, a concordância de ℓ limita a primeira causa: pela Equação (43), atribuir ao braço de momento toda a diferença afastaria o ℓ implícito do ℓ do CAD em até 7,78 mm (3,24 mm RMS), contra os 2,31 mm observados. Nessa faixa, a causa mais compatível com os dados é o torque do peso ou a definição da ordenada; o braço de momento permanece possível perto dos extremos. A patente não traz dado que permita confirmar a causa.

O ajuste de forma da seção 3B.10 deixa s_0 e a escala livres em cada curva e, por isso, absorve essa diferença em s_0. Os valores que ele encontra (Tabela 19), 276,56 mm na pontilhada, 159,94 mm na tracejada e o limite $s_0 = 0$ na contínua, ficam longe dos do espaçamento, e as escalas

por curva contrariam o atuador único de [0093]. São mantidos como resultado secundário: descrevem a melhor forma que o modelo consegue produzir com a geometria do CAD, e não a pré-tensão do dispositivo.

Tabela 19: Ajuste de s_0 à forma de cada curva da Figura 16 da patente

Indicador	Pontilhada	Tracejada	Contínua
Pontos usados, n	40	40	37
s_0 (mm)	276,556	159,944	0,000 (limite inferior)
Faixa de identificação de s_0 (mm)	271,94 a 280,64	143,91 a 173,51	0,00 a 4,86 (na borda da grade)
Escala c	2,89897	1,55457	1,08650
RMSE (divisão)	0,1628	0,1116	0,1604
RMSE/máx	15,11%	6,59%	5,17%
Erro absoluto médio (divisão)	0,1419	0,0956	0,1077
Erro máximo (divisão), em θ_{el}	0,3575, em 162,08°	0,2595, em 21,39°	0,3644, em 164,09°
Coeficiente de determinação, R^2	0,5614	0,8545	0,9387
Zonas de sinal do resíduo	3	3	4
$\delta(90°)$ (mm)	77,342	193,955	353,898
K_{40} (N/mm), hipótese	1,25852	0,50185	0,27504
$\sigma = K_{40}/c$, hipótese	0,4341	0,3228	0,2531

Fonte: elaborada pelo autor.
Nota: resíduo = $c\mu - r$; RMSE/máx = raiz do erro quadrático médio dividida pelo maior valor extraído da curva na faixa do ajuste.

A forma da curva fixa s_0 apenas dentro da faixa de identificação, de 8,70 mm na curva pontilhada e 29,60 mm na tracejada; na contínua, a faixa encosta no limite $s_0 = 0$. O ajuste é pior que o da seção 4A: R^2 de 0,561 (pontilhada), 0,855 (tracejada) e 0,939 (contínua), contra 0,99839 na Tabela 9, e resíduos em três ou quatro zonas de sinal, o que indica diferença sistemática de forma entre o modelo e as curvas. Na curva pontilhada, o modelo não acompanha a queda da razão acima de 100°, com erro máximo de 0,358 divisão em 162,08°. Na contínua, o mínimo da soma dos quadrados fica no limite $s_0 = 0$, que corresponde a um elástico de comprimento livre nulo no sentido de Herder (2001), e o erro continua a diminuir quando s_0 se aproxima desse limite.

No ajuste de forma, a curva tracejada dá K_{40} = 0,50185 N/mm e F(90°) = 97,34 N. O valor de F(90°) é o mesmo nas três curvas por construção: cada uma recebe seu K_{40}, e F(90°) = 0,4 $\tau_g(90°)\cdot 1000/m(90°)$ não depende de s_0. Sob a mesma hipótese, uma divisão da ordenada

corresponderia a σ = 0,323 na curva tracejada, 0,434 na pontilhada e 0,253 na contínua. Como as três curvas compartilham o mesmo eixo na patente, os valores distintos de σ mostram que o alvo de 40% não pode valer para as três ao mesmo tempo com os s_0 do ajuste de forma.

Tabela 20: Ajuste conjunto com escala comum e ajuste com força constante

Indicador	Pontilhada	Tracejada	Contínua
s_0, ajuste individual (mm)	276,556	159,944	0,000 (limite inferior)
s_0, ajuste conjunto (mm)	221,841	154,277	88,842
RMSE/máx, ajuste individual	15,11%	6,59%	5,17%
RMSE/máx, ajuste conjunto	21,62%	6,60%	6,57%
R^2, ajuste conjunto	0,1013	0,8541	0,9013
RMSE/máx, força constante	35,55%	12,90%	3,43%
R^2, força constante	−1,4289	0,4429	0,9731

Fonte: elaborada pelo autor.
Nota: no ajuste conjunto, c = 1,5051, comum às três curvas; na força constante, c é ajustado por curva.


O ajuste conjunto ordena os comprimentos de referência como as pré-tensões descritas em [0093]: s_0 = 221,841 mm na curva pontilhada, 154,277 mm na tracejada e 88,842 mm na contínua; menor s_0 significa maior extensão do elástico em qualquer ângulo. As curvas tracejada e contínua ficam com RMSE/máx de 6,60% e 6,57%, e a pontilhada passa de 15,11% para 21,62%. Com uma só escala, o modelo linear reproduz a ordem das pré-tensões, mas não a forma da curva de menor pré-tensão. A força constante descreve a curva contínua com RMSE/máx de 3,43%, menor que os 5,17% do ajuste em s_0 = 0, e as outras duas com erros de 35,55% e 12,90%.

A pré-tensão da curva pontilhada, descrita como quase nula [0093], também diverge do ajuste de forma. Pelo critério da seção 4B.4, a extensão em 180°, essa curva teria 20,37 mm com o s_0 individual e 75,09 mm com o do ajuste conjunto, contra −3,98 mm com o s_0 do espaçamento, isto é, elástico frouxo perto de 180°. No ajuste de forma, a questão não tem solução com os dados disponíveis; a identificação pelo espaçamento entre as curvas a resolve.

4B.6 Parâmetros do modelo

A Tabela 21 resume a situação dos parâmetros que a patente não publica, no formato da Tabela 8.

Figura 9: Pontos extraídos da Figura 16 da patente e razão calculada pelo ajuste de forma, com (a) escala c por curva e (b) escala c comum às três curvas



Fonte: elaborada pelo autor, a partir da EP 3 504 033 B1 (Ottobock, 2023).
Nota: faixa sombreada: 20° < θ_{el} < 165°, usada no ajuste; pontos cinza: fora dessa faixa.

Tabela 21: Parâmetros não publicados, origem e identificabilidade

Parâmetro	Símbolo	Valor adotado	Origem	Situação
Rigidez do elástico	K	1,45915 N/mm	Hipótese de projeto (K_{40})	Não identificável pela Figura 16 da patente, cuja ordenada não tem escala
Referência da extensão	s_0	287,190 mm	Identificado pelo espaçamento entre as curvas (tracejada)	De 286,01 a 288,74 mm entre as faixas de θ_{el}; 297,55 mm com o sinal de $\theta_{b,pose}$ trocado
Trecho da alavanca, que fixa a excentricidade |OP| do ponto de aplicação	e	34,785 mm	Medida em CAD	Não identificado; varrido na seção 4B.8
Posição do elemento 78	p_{78}; η_{78}	7,754 mm; 117,450°	Medida em CAD e derivada	Não identificada; a patente prefere p_{78} = 0 [0099]
Defasagem angular	λ_0	−11,551°	Derivada do CAD	Depende do sinal de $\theta_{b,pose}$, a confirmar
Massa e centro de massa do braço do exoesqueleto		Não incluídos	Medida em CAD	Falta a posição do eixo da articulação no Fusion

Fonte: elaborada pelo autor.

4B.7 Comportamento do elástico e do mecanismo

Na faixa de 0° a 180° de anteversão, λ varia de 78,449° a 258,449°, e o regime II ocupa θ_{el} de 0° a 19,094°. O braço de momento permanece positivo em toda a faixa, com mínimo de 5,163 mm na transição e máximo de 45,866 mm em θ_{el} = 109,5°, igual a |OP|: no regime I, a linha de ação passa por P, e m não pode exceder a distância do pivô a esse ponto, teto análogo ao |OA| da seção 3A.5. Como m não se anula, não há ponto morto na faixa, ao contrário da seção 3A.7. A Tabela 22 reúne as grandezas do circuito em ângulos representativos.

Tabela 22: Grandezas do circuito em ângulos representativos (e = 34,785 mm)

θ_{el} (°)	λ (°)	Regime	ℓ (mm)	φ (°)	$\ell - d_{78}$ (mm)	m (mm)
0,000	78,449	II	389,233	77,012	337,873	6,789
10,000	88,449	II	388,112	76,884	336,752	6,025
19,094	97,543	I e II (transição)	387,222	76,740		5,163
30,000	108,449	I	385,516	78,007		12,720
60,000	138,449	I	373,805	81,125		31,271
82,038	160,487	I	359,768	82,766		41,004
90,000	168,449	I	353,898	83,163		43,353
120,000	198,449	I	330,220	83,455		45,076
150,000	228,449	I	308,989	81,548		33,783
180,000	258,449	I	296,931	77,679		10,762

Fonte: elaborada pelo autor.
Nota: a linha θ_{el} = 19,094° é a transição; a linha θ_{el} = 82,038° é a pose do CAD.

Com s_0 = 287,190 mm, a extensão do elástico vai de 102,04 mm com o braço pendente a 9,74 mm em 180°, e o elástico permanece tracionado em toda a faixa. A deformação máxima equivale a 35,5% do comprimento de referência. Com K = K_{40}, a força vai de 148,89 N a 14,21 N. O ajuste de forma levaria a valores bem diferentes: com s_0 = 159,944 mm, a extensão iria de 229,29 a 136,99 mm, com deformação de 143,4%, e a força, com o K_{40} correspondente, de 115,07 a 68,75 N. A viabilidade dessas extensões depende do elemento elástico, que a patente não especifica.

4B.8 Varredura paramétrica do trecho *e* da alavanca

Dos três critérios de validade física da seção 3A.10, adaptados ao mecanismo, o fechamento dos dois regimes ($\ell > 0$ e $\ell - d_{78} > 0$) e o trabalho virtual foram atendidos em todos os valores de e, com resíduo máximo de $7{,}6 \times 10^{-8}$ mm/rad. A extensão não negativa do elástico em toda a faixa só é atendida para $e \leq 44{,}50$ mm, em 492 dos 602 valores: acima desse valor, com o s_0

adotado, o elástico afrouxa perto de 180°, como mostra a curva de e = 45 mm, frouxa de 177,72° a 180°. A transição de regime desloca-se de θ_{el} = 26,91° (e = 20 mm) para 14,46° (e = 50 mm). A Tabela 23 e a Figura 10 mostram a família de curvas para cinco valores de e.

Tabela 23: Família de curvas em e, com s_0 = 287,190 mm e K = 1,45915 N/mm

e (mm)	d_{78} (mm)	$\theta_{el,t}$ (°)	Pico de τ (N·m)	θ_{el} do pico (°)	τ(90°) (N·m)	τ/τ_g em 90°	$\delta_{mín}$ (mm)	$\delta_{máx}$ (mm)
25,000	42,356	23,72	3,296	84,7	3,274	0,310	19,52	93,04
30,000	46,918	21,13	3,822	81,4	3,754	0,356	14,52	97,60
34,785	51,360	19,09	4,354	78,8	4,220	0,400	9,74	102,04
40,000	56,266	17,24	4,965	76,6	4,736	0,449	4,53	106,95
45,000	61,017	15,74	5,580	74,8	5,241	0,497	−0,47	111,70

Fonte: elaborada pelo autor.
Nota: τ em N·m depende da hipótese K = K_{40}; as posições dos picos e da transição não dependem de K. $\delta_{mín}$ negativo indica elástico frouxo.


Nos ângulos abaixo de cerca de 134°, onde as curvas dos valores extremos de e se cruzam, o torque aumenta com e; acima desse ângulo, diminui. Com o aumento de e, o pico se desloca de 84,7° para 74,8° e a transição ocorre mais cedo. Medido o espalhamento entre as curvas de τ/K, máximo menos mínimo em cada θ_{el}, há dois nós, em 15,7° e 133,9°, e a abertura máxima ocorre em 64,2°.

A Figura 17 da patente não foi digitalizada, e a comparação com ela é visual. Nela, as três curvas partem de perto de 14°; a de maior excentricidade, contínua, atinge o máximo perto de 100°, decresce e cruza as outras duas entre cerca de 155° e 160°, e as três sobem acentuadamente acima de 160°. O texto registra que, acima de cerca de 150°, o andamento difere do da Figura 16 da patente [0094]. No modelo, as curvas de τ/τ_g da família têm máximo entre 54,4° e 75,6°, que ocorre mais cedo quanto maior o trecho e, e mínimo local entre 152,4° e 169,5° nas curvas que permanecem tracionadas; as curvas se cruzam perto de 134°. Qualitativamente, o modelo reproduz a sequência de máximo, vale e subida perto de 180°, mas com o máximo antes do da patente e o cruzamento das curvas mais cedo. A comparação quantitativa depende da digitalização da Figura 17 da patente, da definição de sua ordenada e dos valores de excentricidade, que a patente não informa.

4B.9 Confronto com o torque gravitacional

A forma do torque do elástico pode ser comparada à do peso sem depender de K, normalizando cada curva pelo próprio pico (Figura 11). Com o s_0 adotado, o pico normalizado do elástico

Figura 10: Família de curvas em *e*, com s_0 = 287,190 mm, com (a) o torque por unidade de rigidez e (b) a razão entre o torque do elástico e o do peso com K = K_{40}




Fonte: elaborada pelo autor.

ocorre em θ_{el} = 78,8°, contra 90° do peso, e as curvas normalizadas se cruzam em 11,48° (regime II), 44,76°, 83,72° e 177,42°. Abaixo de 11,48°, a forma do elástico fica acima da do peso, que tende a zero com o braço pendente; entre 11,48° e 44,76°, fica abaixo, com diferença de até −0,154 em 19,1°, perto da transição; entre 44,76° e 83,72°, fica ligeiramente acima, com no máximo +0,044 em 64,3°; entre 83,72° e 177,42°, volta a ficar abaixo, com diferença de até −0,274 em 139,5°; e acima de 177,42° fica de novo acima. Entre as faixas de θ_{el} testadas na identificação, o pico vai de 78,5° a 79,1°, de modo que essas conclusões não dependem da faixa escolhida. A posição do pico fica na faixa de 70° a 120° em que a patente prefere a força máxima [0043], desde que essa força seja lida como a força de apoio sobre o braço, proporcional ao torque na articulação, interpretação do autor; a força do próprio elástico é máxima com o braço pendente. O mesmo parágrafo cita, como exemplo, força nula até 45°, 60° ou 90°, preferência que nem a Figura 16 da patente, com razão não nula a partir de cerca de 14°, nem o modelo, com torque desde 0°, seguem; como esse ângulo é ajustável pela posição do elemento 78 [0071], [0099], os valores citados em [0043] correspondem a regulagens para as quais a patente não publica curva.

Com o s_0 do ajuste de forma, 159,944 mm, o pico normalizado ficaria em 95,6°, e as curvas se cruzariam em 9,44° e 92,87°, com a forma do elástico abaixo da do peso entre 9,44° e 92,87° e acima dela fora desse intervalo. A distribuição angular da assistência depende, portanto, de qual identificação de s_0 se adota.

Em N·m, a comparação só é possível sob a hipótese K = K_{40}, e por isso a Figura 12 e a Tabela 24 descrevem um cenário de projeto, e não o dispositivo comercial. Nesse cenário, o

Figura 11: Torque do elástico e torque do peso normalizados pelos respectivos picos, em função da anteversão



Fonte: elaborada pelo autor.
Nota: faixa sombreada: s_0 de 286,01 a 288,74 mm, valores da curva tracejada nas faixas de θ_{el} da Tabela 18.

torque do elástico atinge 4,354 N·m em θ_{el} = 78,8°, e a razão τ/τ_g vai de 0,35 em 30° a 0,43 em 60°, 0,40 em 90° e 0,20 em 150°, com 0,19 em 170°. A força e a extensão do elástico nesse cenário estão na seção 4B.7.

Tabela 24: Cenário de projeto com s_0 = 287,190 mm e K = K_{40} = 1,45915 N/mm


θ_{el} (°)	λ (°)	Regime	ℓ (mm)	δ (mm)	m (mm)	F (N)	τ (N·m)	τ_g (N·m)	τ/τ_g
10	88,449	II	388,112	100,921	6,025	147,26	0,887	1,832	0,484
30	108,449	I	385,516	98,326	12,720	143,47	1,825	5,275	0,346
60	138,449	I	373,805	86,615	31,271	126,38	3,952	9,136	0,433
90	168,449	I	353,898	66,708	43,353	97,34	4,220	10,550	0,400
120	198,449	I	330,220	43,030	45,076	62,79	2,830	9,136	0,310
150	228,449	I	308,989	21,799	33,783	31,81	1,075	5,275	0,204
170	248,449	I	299,573	12,382	19,398	18,07	0,350	1,832	0,191

Fonte: elaborada pelo autor.
Nota: K_{40} é hipótese de projeto (seção 3B.10); τ_g considera só o membro humano.

Abaixo da transição, em θ_{el} < 19,09°, o modelo mantém torque positivo, 0,887 N·m em 10° no cenário de projeto, porque o elemento 78 está a 7,754 mm do eixo. A Figura 16 da patente mostra razão nula abaixo de cerca de 14°, e a patente prefere o elemento 78 sobre o eixo [0099]. A divergência foi mantida no modelo, e não corrigida: ela depende da posição real do elemento 78 e de seu raio de contato, que não estão documentados.

Entre os valores de s_0 obtidos nas faixas de θ_{el} testadas, de 286,01 a 288,74 mm, K_{40} varia de 1,43382 a 1,49390 N/mm, e o pico de τ, de 4,346 a 4,365 N·m; as razões τ/τ_g em 30°, 60°, 120°

Figura 12: Torque do elástico com K = K_{40} no cenário de projeto, torque do peso do membro humano e alvo de 40%



Fonte: elaborada pelo autor.
Nota: os rótulos indicam τ/τ_g; a linha pontilhada marca a transição de regime.

e 150° mudam no máximo 0,017. A escolha final de K, que a figura não determina, é decisão de projeto.

Como na seção 4A.8, o resultado ilustra a limitação discutida na seção 2.4 (Nasr; Ferguson; McPhee, 2022), mas com o compromisso invertido: com o s_0 adotado, a forma do elástico fica abaixo da do peso entre 83,72° e 177,42°, de modo que, no modelo, a subcompensação recai sobre a faixa acima da horizontal, onde se concentra o risco documentado por van der Molen et al. (2017) e Seidler et al. (2020). Como essa forma depende da geometria do CAD, que não reproduz a Figura 16 da patente (seção 4B.5), a leitura vale para o modelo.

4B.10 Limitações dos resultados

Além das limitações de escopo da seção 3B.14, os resultados comportam as ressalvas da Tabela 25, que reúne o que falta para concluir cada etapa, a consequência da ausência e a forma de obter o dado. A principal é a diferença de forma entre o modelo e a Figura 16 da patente (seção 4B.5): o s_0 identificado pelo espaçamento entre as curvas não depende dela, mas a distribuição angular do torque calculado, sim.

Tabela 25: Pendências da análise da EP 3 504 033 B1

Pendência	Consequência	Como obter
Arquivo do modelo em CAD e critério de escala da reconstrução	Grandezas da Tabela 14 sem conferência independente	Incluir o modelo no repositório e registrar o critério de escala, como na seção 4A.1
Sinal de $\theta_{b,pose}$	Altera λ_0, a transição, s_0 e K_{40} (seções 3B.5 e 4B.4)	Medir no CAD o ângulo do braço na pose, com o sentido positivo declarado
Posição do eixo da articulação 20 no referencial do Fusion	Braço do exoesqueleto fora de τ_g e de I_O	Medir o centro do eixo no Fusion e confirmar que os eixos do Fusion são paralelos aos do modelo
Forma do fator G: braço de momento ou torque do peso usado na Figura 16 da patente	Modelo completo não reproduz a figura com os s_0 identificados (R^2 negativo); distribuição angular do torque incerta	Conferir a configuração do dispositivo que gerou a figura, não informada no documento, e a definição de sua ordenada
Relação entre o giro da articulação 20 e a anteversão	Comparações angulares com a patente (início das curvas, transição, posição do pico) dependem da hipótese de eixo no centro do ombro e barra fixa no tronco (seção 3B.5)	Representar o afastamento entre o eixo da articulação e o ombro e o giro da barra 18 em torno da articulação esférica 22
Valor de e igual à cota H_{CAD} do outro mecanismo	Possível erro de transcrição; todos os resultados dependem de e	Conferir e no modelo em CAD
Rigidez K e escala da ordenada da Figura 16 da patente	K só por hipótese (K_{40}); torque em N·m apenas como cenário	Especificação ou ensaio de força e extensão do elemento elástico, ou documento com a escala da figura
Lei do elástico e significado de s_0	Identificação pelo espaçamento supõe elástico linear e mesmo K nas três curvas; ajuste de forma no limite $s_0 = 0$ na curva contínua	Curva de força e extensão do elástico; testar lei não linear ou força inicial
Posição e raio de contato do elemento 78	Torque não nulo abaixo da transição, contra razão nula na Figura 16 da patente	Conferir no CAD; comparar com $p_{78} = 0$, preferido em [0099]
Procedimento e incerteza da extração da Figura 16 da patente	Incerteza da leitura estimada só pelo erro mediano declarado; a identificação supõe que a figura, apresentada como exemplar, seja fiel em escala, o que a patente não declara	Registrar imagem, resolução e método da extração; repetir a leitura
Digitalização da Figura 17 da patente	Efeito de e comparado só visualmente	Digitalizar a Figura 17 da patente e obter os valores de excentricidade
Movimento fora do plano sagital	Abdução e articulação esférica 22 não representadas	Modelo espacial, fora do escopo deste trabalho

Pendência	Consequência	Como obter
Verificação da alegação de assistência de 40%	Alvo de K_{40} baseado em alegação comercial (suitX, [202-]), sem verificação independente	Confrontar o alvo com medições do torque do dispositivo ou com estudos independentes
Etapas dinâmicas e MBDyn	Nenhum resultado dinâmico	Resolver as pendências de K, I_O e Q_{nc} e montar o modelo no MBDyn

Fonte: elaborada pelo autor.

4B.11 Comparação com o exoesqueleto 1

A Tabela 26 compara os dois dispositivos com os números das seções 4A e 4B. Os ângulos são comparáveis porque as duas convenções medem o braço a partir da posição pendente: a elevação anatômica da seção 3A.3 e a anteversão da seção 3B.5.

Tabela 26: Comparação entre os dois dispositivos analisados

Aspecto	US 9.889.554 B2 (seção 4A)	EP 3 504 033 B1 (seção 4B)
Arquitetura	Mola, cabo e polia entre elo proximal e elo distal	Elástico ligado diretamente da barra à alavanca, com elemento de encosto junto à articulação
Faixa sem torque com o braço baixado	Protuberância junto à junta, não modelada; ponto morto em 30,485° de elevação	Contato com o elemento 78; transição em 19,09° de anteversão no CAD, com torque não nulo abaixo dela
Dado da patente	Uma curva de torque sem unidade na ordenada; 29 pontos extraídos	Três curvas de razão de torques sem escala na ordenada, com pré-tensões diferentes; 146 pontos extraídos
Parâmetros identificados	θ_{off}, h, X_{pose} e K, este em unidade da patente	s_0 das três curvas, pelo espaçamento; K não identificável
Reprodução da curva publicada	R^2 = 0,99839	R^2 negativo com os s_0 identificados; de 0,561 a 0,939 no ajuste de forma, com s_0 livre por curva
Escala do torque	Unidade da patente; leitura em N·m implausível, com tração de 9,5 kN	N·m sob a hipótese K = K_{40}, com força de 14 a 149 N
Pico do torque de assistência	97,48° de elevação	78,8° de anteversão, com o s_0 adotado
Torque gravitacional de referência	Conjunto braço e exoesqueleto, pico de 11,1619 N·m	Só o membro humano, pico de 10,550 N·m

Fonte: elaborada pelo autor, com os resultados das seções 4A e 4B.

O contraste mais útil para o procedimento está na identificação. Uma única curva sem unidade, como a da US 9.889.554 B2, fixa a forma do perfil, e o ajuste de quatro parâmetros

contra os mesmos 29 pontos reproduz essa forma sem constituir validação independente (seção 4A.5). As três curvas da EP 3 504 033 B1 trazem uma redundância que permitiu separar o comprimento de referência do elástico, determinado pelo espaçamento entre elas, da forma do perfil, que depende do braço de momento e do torque do peso. Essa separação revelou uma diferença de forma que o ajuste de uma curva isolada teria escondido no valor de s_0.

Os dois mecanismos também distribuem a assistência de modo distinto em relação à demanda gravitacional. O gerador da US 9.889.554 B2 concentra o torque acima da horizontal e acompanha a forma do peso entre 105° e 150° de elevação (seção 4A.8). Com o s_0 adotado, a forma normalizada do elástico na EP 3 504 033 B1 acompanha a do peso de 45° a 84° e fica abaixo dela entre 84° e 177°, com diferença normalizada de até −0,274 em 139,5° (seção 4B.9). Como a forma desse segundo perfil depende da geometria do CAD, que não reproduz a Figura 16 da patente, a comparação vale para os modelos, e não para os produtos. A comparação é quantitativa quanto aos ângulos e à forma dos perfis, mas não quanto à magnitude: o torque do primeiro dispositivo está em unidade da patente, o do segundo só chega a N·m por hipótese, e as referências de torque gravitacional são diferentes.

Capítulo 5

Conclusão

As conclusões estão organizadas por dispositivo: a seção 5A trata do gerador de torque da US 9.889.554 B2, e a seção 5B, do dispositivo da EP 3 504 033 B1.

5A Exoesqueleto 1: US 9.889.554 B2

Este trabalho reconstruiu, a partir da documentação de patente, o gerador de torque de mola da US 9.889.554 B2 e formulou um modelo estático do torque que ele entrega em função do ângulo. A cinemática foi resolvida em forma fechada a partir da equação de fechamento do circuito vetorial, e cada etapa da cadeia de cálculo foi conferida por verificações independentes, com resíduos da ordem de 10^{-13} mm nas relações geométricas.

O princípio dos trabalhos virtuais mostrou-se o critério decisivo na formulação. Ele revelou que a extensão da mola deve acompanhar o caminho completo do cabo, $\ell = s - R\psi$, e não apenas o vão livre, que violava a conservação de energia com resíduo de 1,71 mm. A mesma verificação distinguiu o braço de momento perpendicular, limitado a 22,919 mm, da distância do pivô ao ponto de tangência, próxima de 283 mm, cuja confusão superestimaria o torque por um fator superior a 12.

Com os parâmetros congelados, o modelo reproduz a forma da curva publicada com coeficiente de determinação de 0,99839 e RMSE de 1,83 u.p., equivalente a 1,24% do maior valor extraído. Os resíduos, contudo, organizam-se em zonas de sinal alternado, o que indica diferença sistemática de forma, e a formulação anterior, fisicamente inconsistente, ajustava melhor a curva. A adoção da formulação consistente, apesar do RMSE maior, reflete o critério de que a escolha entre modelos se faz por validade física, e não pelo indicador de erro.

A varredura de h com K congelado separou o que a geometria impõe do que a curva extraída sugere. O cabo permanece tracionado em toda a faixa de operação somente para $h \leq 32{,}886$

mm, o que exclui a cota de 34,785 mm lida no CAD. A curva extraída favorece um intervalo de 0,145 mm em torno do valor adotado, mas essa concentração é esperada por construção, porque K e X_{pose} foram identificados nesse mesmo valor; o critério que levou a h = 22,701 mm não pôde ser reproduzido, e a afirmação anterior de decrescimento monotônico do erro com h foi refutada pela auditoria.

No confronto com o torque gravitacional do conjunto braço–exoesqueleto, cujo pico de 11,16 N·m ocorre a 89,4° de elevação, as curvas normalizadas diferem em no máximo 0,027 entre 105° e 150° de elevação. O pico do torque do cabo, a 97,5°, fica 8,05° acima do pico gravitacional, e o ponto morto, a 30,5°, libera o braço nas posturas de não trabalho, à custa de subcompensação abaixo de 94°. O resultado quantifica o compromisso de um mecanismo passivo de torque fixo por ângulo, que favorece o trabalho acima da cabeça.

O objetivo geral foi atingido em sua parte estática e para o primeiro dos três dispositivos previstos; o segundo é tratado na seção 5B. Os objetivos específicos a, b, c e e foram cumpridos; o objetivo d, parcialmente, pois a rigidez e a extensão da mola na pose foram reproduzidas, mas a origem da posição da ancoragem e da calibração angular não. Os objetivos f e g, referentes à equação de movimento e ao acoplamento com o MBDyn, não foram executados. A principal restrição é a ausência de unidade na ordenada da curva da patente: o torque do cabo permanece em unidade da patente, e a leitura em N·m conduz a forças implausíveis, de modo que o modelo determina a forma do torque, mas não sua escala física.

Como continuidade, recomenda-se obter um dado independente que fixe a escala do torque, como a especificação de uma mola comercial compatível; conferir no CAD a cota de ancoragem, o comprimento do alojamento e o comprimento da mola na pose; documentar o procedimento de extração dos pontos e sua incerteza; representar a protuberância responsável pela zona neutra; e, com o torque em unidade física, executar as etapas dinâmicas pela formulação de Lagrange e no MBDyn e estender o procedimento à US 9.737.374 B2. A extensão à EP 3 504 033 B1 é apresentada nas seções 3B, 4B e 5B.

5B Exoesqueleto 2: EP 3 504 033 B1

Para a EP 3 504 033 B1, foram executadas a leitura da arquitetura na patente, a organização das grandezas do CAD com sua origem, a composição inercial do membro humano, as convenções angulares, a cinemática de dois regimes em forma fechada, o torque pelo produto

vetorial, o torque gravitacional, o tratamento da Figura 16 da patente, a identificação de s_0 pelo espaçamento entre as curvas e pelo ajuste de forma, a varredura do trecho *e* e as verificações numéricas.

O espaçamento entre as três curvas da Figura 16 da patente determina os comprimentos de referência do elástico sem depender da escala da ordenada, da rigidez, do braço de momento ou do torque do peso: 300,91 mm na curva pontilhada, 287,19 mm na tracejada e 275,59 mm na contínua. Na curva tracejada, que fornece o s_0 adotado, a variação entre as faixas de ângulo testadas é de até 2,73 mm, e o desvio padrão com o ruído de extração, de 1,02 mm (0,43 mm na pontilhada e 1,43 mm na contínua). O fim da curva pontilhada, de pré-tensão quase nula, confirma o resultado de forma independente: a razão dessa curva, extrapolada, se anula em 171,2°, o que o modelo interpreta como afrouxamento do elástico, e com o s_0 identificado o modelo afrouxa a partir de 166,4°. O início das curvas, perto de 14°, não informa s_0 e foi atribuído ao contato do elástico com o elemento de encosto junto à articulação.

A forma do torque prevista com a geometria do CAD e o peso do membro humano não reproduz as curvas da patente: o fator comum às três curvas difere do previsto por um fator que vai de 0,38 em 20° a 3,03 em 165°, normalizado em 90°. O ajuste de forma, que deixa s_0 e a escala livres por curva, compensa essa diferença com valores de s_0 sem significado físico, como o limite $s_0 = 0$ na curva contínua. A origem da diferença não pôde ser determinada; entre 35° e 155°, os dados favorecem o torque do peso usado pela patente para formar a razão, ou a definição da ordenada, sobre o braço de momento.

A rigidez não é identificável pela figura. Sob a hipótese de assistência de 40% do torque do peso em 90°, K = 1,459 N/mm, e o elástico trabalha de 148,9 N com o braço pendente a 14,2 N com o braço elevado, com deformação máxima de 35,5% do comprimento de referência. O torque atinge 4,354 N·m em 78,8°, dentro da faixa de 70° a 120° em que a patente prefere a força máxima, lida aqui como força de apoio proporcional ao torque, e a razão τ/τ_g vale 0,48 em 10°, 0,35 em 30°, 0,43 em 60°, 0,40 em 90° e 0,20 em 150°, com mínimo de 0,18 em 163,9°. Abaixo da transição de regime, em 19,09°, o modelo ainda entrega torque, porque o elemento de encosto do CAD está a 7,754 mm do eixo.

As relações de circuito dos dois regimes e o princípio dos trabalhos virtuais foram verificados com resíduos de até $1{,}1 \times 10^{-13}$ mm e $7{,}6 \times 10^{-8}$ mm/rad. Com s_0 e K mantidos, a varredura do trecho *e* mostrou que o elástico permanece tracionado em toda a faixa só para *e*

$\leq$ 44,50 mm; o aumento de *e* antecipa a transição de regime, de 26,91° para 14,46°, e desloca o pico do torque de 84,7° para 74,8° entre *e* = 25 mm e *e* = 45 mm. A comparação com a Figura 17 da patente ficou restrita à inspeção visual.

Dos objetivos acrescentados para esse dispositivo, o item h foi cumprido na parte estática, com três ressalvas: a escala do torque depende da hipótese K = K_{40}; as grandezas do CAD não puderam ser conferidas; e a composição inercial e o torque gravitacional incluem só o membro humano, sem as peças do exoesqueleto previstas nos itens a e e. O item i foi cumprido pelo espaçamento entre as curvas. Para esse dispositivo, o objetivo geral foi atingido na parte estática, com o confronto com o torque gravitacional feito pela forma normalizada e, em N·m, apenas no cenário de projeto. As etapas dinâmicas não foram executadas, pelas razões da seção 3B.13.

Os dois dispositivos diferem tanto na arquitetura quanto no que suas patentes permitem identificar. O gerador da US 9.889.554 B2 reproduz a curva publicada com R^2 de 0,99839, mas em unidade da patente; o dispositivo da EP 3 504 033 B1 tem s_0 determinado de forma mais robusta, por dispor de três curvas, mas sua forma não é reproduzida pelo modelo do CAD, e o torque só chega a N·m por hipótese. Nos dois casos, o pico de assistência fica afastado do pico gravitacional, acima dele no primeiro (97,5° contra 89,4°) e abaixo no segundo (78,8° contra 90°), e a faixa sem torque com o braço baixado é produzida por meios distintos, uma protuberância no primeiro e o contato com o elemento de encosto no segundo. A comparação proposta na seção 2.11 fica, assim, respondida na parte estática quanto aos ângulos e à forma dos perfis, mas não quanto à magnitude.

Como continuidade para esse dispositivo, recomenda-se incluir o modelo em CAD no repositório e confirmar nele o sinal do ângulo do braço na pose, a posição do eixo da articulação e o valor de *e*, que coincide com a cota H_{CAD} do outro mecanismo; esclarecer a definição da ordenada da Figura 16 da patente e a configuração do dispositivo que a gerou, que a patente não informa; conferir a posição e o raio de contato do elemento de encosto, comparando com a posição sobre o eixo preferida pela patente; registrar o procedimento e a incerteza da extração da Figura 16 da patente; obter a curva de força e extensão do elemento elástico, que fixaria K; digitalizar a Figura 17 da patente; e, com a escala resolvida, executar as etapas dinâmicas pela formulação de Lagrange e no MBDyn.

Referências

Agência Brasil. **Doenças afastaram 4,1 milhões de trabalhadores de suas funções em 2025**. Brasília, 2026. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-01/doencas-afastaram-41-milhoes-de-trabalhadores-de-suas-funcoes-em-2025. Acesso em: 26 set. 2026.

Arakelian, V. Gravity compensation in robotics. **Advanced Robotics**, [S.l.], v. 30, n. 2, p. 79-96, 2016. DOI: 10.1080/01691864.2015.1090334.

Atia, M. G. B. et al. Design and analysis of low cost upper limb exoskeleton. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER ENGINEERING AND SYSTEMS (ICCES), 12., 2017, Cairo. **Proceedings [...]**. [S.l.]: IEEE, 2018. DOI: 10.1109/ICCES.2017.8275281.

Bär, M. et al. The influence of using exoskeletons during occupational tasks on acute physical stress and strain compared to no exoskeleton: a systematic review and meta-analysis. **Applied Ergonomics**, [S.l.], v. 94, art. 103385, jul. 2021. DOI: 10.1016/j.apergo.2021.103385.

Barsotti, M. et al. A full upper limb robotic exoskeleton for reaching and grasping rehabilitation triggered by MI-BCI. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION ROBOTICS (ICORR), 2015, Singapura. **Proceedings [...]**. [S.l.]: IEEE, 2015. p. 49-54. DOI: 10.1109/ICORR.2015.7281174.

Bouteraa, Y.; Ben Abdallah, I. Exoskeleton robots for upper-limb rehabilitation. In: INTERNATIONAL MULTI-CONFERENCE ON SYSTEMS, SIGNALS & DEVICES (SSD), 13., 2016, Leipzig. **Proceedings [...]**. [S.l.]: IEEE, 2016. DOI: 10.1109/SSD.2016.7473769.

Brent, R. P. **Algorithms for minimization without derivatives**. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1973.

De Leva, P. Adjustments to Zatsiorsky-Seluyanov's segment inertia parameters. **Journal of Biomechanics**, [S.l.], v. 29, n. 9, p. 1223-1230, 1996. DOI: 10.1016/0021-9290(95)00178-6.

De Looze, M. P. et al. Exoskeletons for industrial application and their potential effects on physical work load. **Ergonomics**, [S.l.], v. 59, n. 5, p. 671-681, 2016. DOI: 10.1080/00140139.2015.1081988.

Doyle, M. C. **Adaptive arm support systems and methods for use**. Depositante e titular: Levitate Technologies, Inc. US 9,737,374 B2. Depósito: 10 dez. 2013. Prioridade: 11 dez. 2012. Concessão: 22 ago. 2017.

Foroutannia, A.; Mohammadian, M. A comprehensive survey of lower limb assistive exoskeleton robots: models, dynamics, mechanics, and control. **Robotics and Autonomous Systems**, [S.l.], v. 195, art. 105232, 2026. DOI: 10.1016/j.robot.2025.105232.

Gopura, R. A. R. C.; Kiguchi, K. Mechanical designs of active upper-limb exoskeleton robots: state-of-the-art and design difficulties. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION ROBOTICS (ICORR), 2009, Kyoto. **Proceedings [...]**. [S.l.]: IEEE, 2009. p. 178-187. DOI: 10.1109/ICORR.2009.5209630.

Grazi, L. et al. Design and experimental evaluation of a semi-passive upper-limb exoskeleton for workers with motorized tuning of assistance. **IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering**, [S.l.], v. 28, n. 10, p. 2276-2285, 2020. DOI: 10.1109/TNSRE.2020.3014408.

Grazi, L. et al. Kinematics-based adaptive assistance of a semi-passive upper-limb exoskeleton for workers in static and dynamic tasks. **IEEE Robotics and Automation Letters**, [S.l.], v. 7, n. 4, p. 8675-8682, out. 2022. DOI: 10.1109/LRA.2022.3188402.

Gull, M. A.; Bai, S.; Bak, T. A review on design of upper limb exoskeletons. **Robotics**, [S.l.], v. 9, n. 1, art. 16, 2020. DOI: 10.3390/robotics9010016.

Harris, C. R. et al. Array programming with NumPy. **Nature**, [S.l.], v. 585, n. 7825, p. 357-362, 2020. DOI: 10.1038/s41586-020-2649-2.

Herder, J. L. **Energy-free systems**: theory, conception and design of statically balanced spring mechanisms. 2001. Tese (Doutorado) – Delft University of Technology, Delft, 2001.

Hunter, J. D. Matplotlib: a 2D graphics environment. **Computing in Science & Engineering**, [S.l.], v. 9, n. 3, p. 90-95, 2007. DOI: 10.1109/MCSE.2007.55.

Kim, H. et al. Redundancy resolution of the human arm and an upper limb exoskeleton. **IEEE Transactions on Biomedical Engineering**, [S.l.], v. 59, n. 6, p. 1770-1779, 2012. DOI: 10.1109/TBME.2012.2194489.

Kim, S. et al. Assessing the influence of a passive, upper extremity exoskeletal vest for tasks requiring arm elevation: part I — "expected" effects on discomfort, shoulder muscle activity, and work task performance. **Applied Ergonomics**, [S.l.], v. 70, p. 315-322, 2018a. DOI: 10.1016/j.apergo.2018.02.025.

Kim, S. et al. Assessing the influence of a passive, upper extremity exoskeletal vest for tasks requiring arm elevation: part II — "unexpected" effects on shoulder motion, balance, and spine loading. **Applied Ergonomics**, [S.l.], v. 70, p. 323-330, 2018b. DOI: 10.1016/j.apergo.2018.02.024.

Manoel, A. V.; Cavalcante, D. F. B. Benefícios concedidos e gastos previdenciários por distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, Brasil, 2008-2018. **Cadernos Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 33, n. 4, 2025. DOI: 10.1590/1414-462x202533040384.

Masarati, P.; Morandini, M.; Mantegazza, P. An efficient formulation for general-purpose multibody/multiphysics analysis. **Journal of Computational and Nonlinear Dynamics**, [S.l.], v. 9, n. 4, art. 041001, 2014. DOI: 10.1115/1.4025628.

Moeller, T. et al. Effects of upper-limb exoskeletons designed for use in the working environment: a literature review. **Frontiers in Robotics and AI**, [S.l.], v. 9, art. 858893, 2022. DOI: 10.3389/frobt.2022.858893.

Musso, M.; Oliveira, A. S.; Bai, S. Modeling of a non-rigid passive exoskeleton: mathematical description and musculoskeletal simulations. **Robotics**, [S.l.], v. 11, n. 6, art. 147, 2022. DOI: 10.3390/robotics11060147.

Näf, M. B. et al. Misalignment compensation for full human-exoskeleton kinematic compatibility: state of the art and evaluation. **Applied Mechanics Reviews**, [S.l.], v. 70, n. 5, art. 050802, 2018. DOI: 10.1115/1.4042523.

Nasr, A.; Bell, S.; McPhee, J. Optimal design of active-passive shoulder exoskeletons: a computational modeling of human-robot interaction. **Multibody System Dynamics**, [S.l.], v. 57, p. 73-106, 2023. DOI: 10.1007/s11044-022-09855-8.

Nasr, A.; Ferguson, S.; McPhee, J. Model-based design and optimization of passive shoulder exoskeletons. **Journal of Computational and Nonlinear Dynamics**, [S.l.], v. 17, n. 5, art. 051004, 2022. DOI: 10.1115/1.4053405.

Nguyen, V. L. Passive gravity compensation in mechanisms and robots: methods, advances, and challenges. **Mechanism and Machine Theory**, [S.l.], v. 220, art. 106345, 2026. DOI: 10.1016/j.mechmachtheory.2025.106345.

Ning, Y. et al. Design and analysis of upper limb passive exoskeleton robot for lift assist. **Journal of Physics: Conference Series**, [S.l.], v. 2410, art. 012020, 2022. DOI: 10.1088/1742-6596/2410/1/012020.

Ning, Y. et al. Structure design and analysis of upper limb wearable passive power-assisted exoskeleton robot. **Journal of Physics: Conference Series**, [S.l.], v. 2489, art. 012008, 2023. DOI: 10.1088/1742-6596/2489/1/012008.

Obukhov, A. et al. Development of a system for recognising and classifying motor activity to control an upper-limb exoskeleton. **Applied System Innovation**, [S.l.], v. 8, n. 4, art. 114, 2025. DOI: 10.3390/asi8040114.

Ottobock SE & Co. KGaA. Oliver Mizera et al. **Vorrichtung zum Unterstützen wenigstens eines Armes eines Benutzers**. EP 3 504 033 B1. Depósito: 6 jun. 2018. Concessão: 29 mar. 2023.

Palazzi, E. et al. An affordable upper-limb exoskeleton concept for rehabilitation applications. **Technologies**, [S.l.], v. 10, n. 1, art. 22, 2022. DOI: 10.3390/technologies10010022.

Perry, J. C.; Rosen, J.; Burns, S. Upper-limb powered exoskeleton design. **IEEE/ASME Transactions on Mechatronics**, [S.l.], v. 12, n. 4, p. 408-417, ago. 2007. DOI: 10.1109/TMECH.2007.901934.

Rahman, M. H. et al. Development of a whole arm wearable robotic exoskeleton for rehabilitation and to assist upper limb movements. **Robotica**, [S.l.], v. 33, n. 1, p. 19-39, 2015. DOI: 10.1017/S0263574714000034.

Reyes, F. A. et al. Shoulder-support exoskeletons for overhead work: current state, challenges and future directions. **IEEE Transactions on Medical Robotics and Bionics**, [S.l.], v. 5, n. 3, p. 516-527, ago. 2023. DOI: 10.1109/TMRB.2023.3275761.

Seidler, A. et al. Dose-response relationship between physical workload and specific shoulder diseases: a systematic review with meta-analysis. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, [S.l.], v. 17, n. 4, art. 1243, 2020. DOI: 10.3390/ijerph17041243.

Shen, Y.; Ferguson, P. W.; Rosen, J. Upper limb exoskeleton systems: overview. In: Rosen, J.; Ferguson, P. W. (Ed.). **Wearable robotics**: systems and applications. [S.l.]: Academic Press, 2020. p. 1-22. DOI: 10.1016/B978-0-12-814659-0.00001-1.

Spada, S. et al. Investigation into the applicability of a passive upper-limb exoskeleton in automotive industry. **Procedia Manufacturing**, [S.l.], v. 11, p. 1255-1262, 2017. DOI: 10.1016/j.promfg.2017.07.252.

suitX. **IX SHOULDER AIR**. [S.l.], [202-]. Disponível em: https://www.suitx.com/en/products/ix-shoulder-air-exoskeleton. Acesso em: 23 out. 2026.

Van der Molen, H. F. et al. Work-related risk factors for specific shoulder disorders: a systematic review and meta-analysis. **Occupational and Environmental Medicine**, [S.l.], v. 74, n. 10, p. 745-755, 2017. DOI: 10.1136/oemed-2017-104339.

Van Engelhoven, L.; Kazerooni, H. **Apparatus for human arm supporting exoskeleton**. Depositante e titular: The Regents of the University of California. US 9,889,554 B2. Depósito: 18 maio 2016. Concessão: 13 fev. 2018.

Virtanen, P. et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. **Nature Methods**, [S.l.], v. 17, n. 3, p. 261-272, 2020. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.

Wang, Y. et al. Extracting human-exoskeleton interaction torque for cable-driven upper-limb exoskeleton equipped with torque sensors. **IEEE/ASME Transactions on Mechatronics**, [S.l.], v. 27, n. 6, p. 4269-4280, dez. 2022. DOI: 10.1109/TMECH.2022.3154087.

Wu, Q.; Wang, X.; Du, F. Development and analysis of a gravity-balanced exoskeleton for active rehabilitation training of upper limb. **Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science**, [S.l.], v. 230, n. 20, p. 3777-3790, 2016. DOI: 10.1177/0954406215616415.

Yoon, J. et al. Minimizing misalignment and frame protrusion of shoulder exoskeleton via optimization for reducing interaction force and minimizing volume. **Machines**, [S.l.], v. 10, n. 12, art. 1223, 2022. DOI: 10.3390/machines10121223.