

LEMBAR KERJA VERIFIKASI / VERIFICATION WORKSHEET

Turbidimeter

Nama Alat / Instrument Name : Turbidity meter
 Merk / Pabrik / Manufacturer : Turbidirect Lovibond / Germany
 Tipe / Type : SN 12 / 1859
 Tanggal Verifikasi / Calibration Date : 10 / 08 / 22
 Suhu Ruangan / Temperature : 24.7 °C
 Kelembaban / Relative Humidity : 47 %

DATA VERIFIKASI

*Pengulangan Pengukuran / Repeatability


• Data Pengukuran / Measurement Result

No	5 NTU	10 NTU	20 NTU	30 NTU	40 NTU	50 NTU
1	5.37	10.1	19.7	29.9	40.3	50.4
2	5.35	10.2	19.7	29.9	40.4	50.4
3	5.35	10.1	19.6	30.0	40.1	50.1
4	5.31	10.1	19.6	30.0	40.0	50.2
5	5.35	10.0	19.6	30.1	40.0	50.2
6	5.30	10.0	19.7	30.1	40.0	50.3
x						
SD						
RSD						
Keberterimaan %RSD < 2						

Semarang, 10 Agustus 2022

Pelaksana

Pemeriksa


 (.....)


 (.....)