

Lembar Kerja Kalibrasi Alat Gelas (Volumetrik)

Nama Alat : Labu Ukur

Merk / Pabrik : IWAKI / Indonesia

Kapasitas : 5 mL

Type : Borrosilicate A

Kode Alat : M0722265

Dikalibrasi Oleh : Rima Shanti R

Tgl. Alat Datang : 25/07/22

Tgl Kalibrasi : 29/07/22

Tempat Kalibrasi : R. Timbang Pn

Kondisi Lingkungan :

	Awal	Akhir
Suhu (°C) :	21.2	21.3
Kelembaban (%) :	54	59

Pengulangan	Berat Kosong	Berat Isi	Suhu Akuades
	g	g	°C
1	9.66027	14.62678	20
2	9.66027	14.62675	20
3	9.66027	14.62674	20
4	9.66027	14.62673	20
5	9.66027	14.62674	20
6	9.66027	14.62675	20
7	9.66027	14.62676	20
8	9.66027	14.62675	20
9	9.66027	14.62674	20
10	9.66027	14.62676	20

Catatan :

Standard Kalibrasi : Analytical Balance; No Seri : C030757666

(No Sertifikat : 7884/MIM/2021)

Dokumen Acuan : Pedoman Mengenai Kalibrasi Peralatan Volumetrik KAN Pd.-02.08

Dikerjakan Oleh

Ungaran, 25/07/22

Diperiksa Oleh

(.....)

Pelaksana

(.....)

Penyelia