

Lembar Kerja Kalibrasi Alat Gelas (Volumetrik)

Nama Alat	: Labu Ukur	Dikalibrasi Oleh	: Rima Santi Rohmawati
Merk / Pabrik	: IWAKI / Indonesia	Tgl. Kalibrasi	: 12 Maret 2022
Kapasitas	: 10 mL	Tempat Kalibrasi	: R. Timbang 1
Type	: Borrosilicate A	Kode Alat	: 1203-01

Kondisi Lingkungan :

Suhu (°C) : 19.8
Kelembaban (%) : 58

Volume Nominal	Volume Aktual (V ₂₀)	Koreksi	Ketidakpastian (±)
mL	mL	mL	µL
10	9.9678	0.0322	13.8908

Catatan :

Standard Kalibrasi : Analytical Balance; No Seri : C148056666
(No Sertifikat : 7884/MIM/2021)

Dokumen Acuan : Pedoman Mengenai Kalibrasi Peralatan Volumetrik KAN Pd.-02.08

Dokumen Terkait :

- 1. IK/PM.6-4/PA/156 : Intruksi Kerja Kalibrasi Alat Gelas
- 2. FR/PR/PM.6-4/6/6 : Laporan Kalibrasi Alat Gelas

Dikerjakan Oleh

Ungaran, 19 Juli 2022
Diperiksa Oleh

(.....)
Pelaksana

(.....)
Penyelia

Disetujui Oleh

(.....)
Ka. Lab. Analisa