

LEMBAR KERJA VERIFIKASI / VERIFICATION REPORT
pH Meter

Nama Alat / *Instrument Name* : pH Meter
 Merk / Pabrik / *Manufacturer* : Sartorius / Germany
 Tipe / *Type* : PB-20 / 13543028
 Tanggal Verifikasi / *Verification Date* : 05/07/2022
 Suhu Ruangan / *Temperature* : 24 °C
 Kelembaban / *Relative Humidity* : 70 %

HASIL VERIFIKASI
***Linearitas / Linearity**

• Data pH meter

No	Data Pembacaan Buffer pH		
	4	7	10
1	4.00	7.00	9.98
2	4.00	7.01	9.99
3	4.00	7.01	9.98
4	4.00	7.01	9.98
5	4.00	7.01	9.98
6	4.00	7.01	9.98

• Data Tegangan (mV)

No	Data Pembacaan Tegangan		
	Buffer 4	Buffer 7	Buffer 10
1	177.9	7.4	-147.5
2	177.9	7.4	-147.5
3	177.9	7.4	-147.5

Semarang, 05/07/22

Pelaksana

Pemeriksa

(PJ Alat)

(Assisten Penyelia/Penyelia)