

LEMBAR KERJA VERIFIKASI

Conductivity Meter

Nama Alat / *Instrument Name* : Conductivity Meter
Merk / Pabrik / *Manufacturer* : Eutech /
Tipe / *Type* : CMH 2700
Tanggal Verifikasi / *Calibration Date* : 21/07/22
Kelembaban / *Relative Humidity* : 60 %
Suhu / *Temperature* : 23,0 °C

DATA VERIFIKASI

PengulanganPengukuran / *Repeatability*

- Data Pengukuran / *Measurement Result*

No	Suhu (°C)	8.4 µs/cm
1	25.3	84.33
2	25.2	84.34
3	25.3	84.45
4	25.3	84.34
5	25.3	84.36
6	25.2	84.52

Semarang, 21/07/22

Pelaksana

Pemeriksa

(.....
Perik :)

(.....
F.N.I.)