

Resumen de validación metodológica del experimento

Tamaño de test

285

Accuracy

0.688

Recall Anemia

0.596

FN Anemia

57

Separación del dataset

train: 2053 | val: 251 | test: 285

Balance de clases en test

Anemia: 49.5% | Normal: 50.5%

Auditoría de leakage

0 coincidencias por imagen base entre train, validation y test.

Resultado formal de test

n = 285 | Accuracy = 0.688 | Recall Anemia = 0.596 | FN Anemia = 57

Alcance metodológico

Prototipo experimental de apoyo al tamizaje; no corresponde presentarlo como validación clínica ni como diagnóstico médico.