



تقرير كشف و خبرة دائرة تنفيذ عمان الموقرة

بناء على اتخاى خبرا فى القضية التنفيذية رقم (2025 / 26210) والمتضمن جرد وتقدير قيمة الاجهزة الطبية بحدود المبلغ المحكوم والموجودة فى مستشفى الجاردينز وعليه قد رافقت مأمور للحجز بدلالة وكيل المستدعية الى الموقع (مستشفى الجاردينز) الموجود فى تلاج العلى شارع للصعب بن عثمة ، مجمع رقم 115

التقرير:- بعد الوصول والكشف تبين وجود الاجهزة التالية :

1. اجهزة تخدير (Anesthesia Machine) و عددها 6

جهاز تخدير ماركة GE Datex-Ohmeda موديل c9100 هو نظام منطور يُستخدم فى غرف العمليات لتوفير التخدير العام للمرضى، يتميز بتصميمه المدمج الذي يجمع بين نظام توصيل الغازات، وجهاز التنفس الصناعي (Ventilator)، وشاشة مراقبة العلامات الحيوية. عمل الجهاز كـ "رئة بديلة" و"نظام إمداد دوائى" للمريض أثناء الغيبوبة المؤقتة فى العمليات الجراحية. مكون من شاشة المراقبة ، أنابيب قياس التدفق، شاشة جهاز التنفس ، المبخرات ، جهاز امتصاص ثاني أكسيد الكربون، ومضخة هواء
ملاحظة : الاجهزة قديمة نسبيا عمرها اكثر من 10 سنوات
• اقدر قيمة الجهاز الواحد ب 2500 دينار .وعليه فان قيمة الجهازين $2500 \times 6 = 15000$ دينار.

2. طاولة عمليات (surgical table) و عددها 2

طاولة ماركة Trumpf موديل MARS هي طاولة جراحية متعددة الوظائف مصممة لتلبية احتياجات مختلف التخصصات الطبية. تتميز بهيكل متين من الفولاذ المقاوم للصدأ وتصميم يسمح بمرونة عالية فى وضعيات المريض تتكون من لوحة التحكم المدمجة ، مسند الرأس، مسند الظهر، واقسم للمفاصل المنفصل ، مزودة بعجلات كبيرة لسهولة النقل.

ملاحظة : للطاولات قديمة نسبيا عمرها اكثر من 10 سنوات

• اقدر قيمة الجهاز الواحد ب 4000 دينار .وعليه فان قيمة الجهازين $4000 \times 2 = 8000$ دينار.



1
م. نظام
19/11/2025

وعليه فإن القيمة الكلية هي مجموع قيمة أجهزة التخدير + طاوولات العمليات
15000 + 8000 = 23000 دينار (ثلاثة وعشرون ألف دينار أردني)

لنفس تقييم السعر يتم بناء على موديل الجهاز والشركة الصانعة والدولة المصنعة وتاريخ الصنع وحالة الجهاز .

• مرفق صور للجهاز


ومنفذ الأحكام المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية فأنني أفصح انه لا توجد أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة
الشكوك حول حيديتي واستقلالي عن أي طرف من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة الموقرة.

وهذه خبرتي لأذيتها موقعة ملي حسب الأصول تحريرا في 2026/ 5 /10

خبير المستلزمات الطبية

المهندس/ محمود إبراهيم الدلو

1. أجهزة التخدير



2. طاولة العمليات



[Handwritten signature]