

CERTIFICADO METROLOGICO DE CALIBRACION

Fabricante: WIKA

Modelo: S-20

Número de Serie: PT-WIKA-102

Fecha de Calibración: 2026-08-16

Próxima Calibración: 2026-07-17

Error Máximo: 0.063

Tolerancia: 0.1