

CERTIFICADO METROLOGICO DE CALIBRACION

Fabricante: WIKA

Modelo: S-20

Número de Serie: PT-WIKA-101

Fecha de Calibración: 2026-06-25

Próxima Calibración: 2027-06-25

Error Máximo: 0.057

Tolerancia: 0.1