

CERTIFICADO FUERA DE TOLERANCIA

Número de Serie: PT-WIKA-001

Fecha de Calibración: 2026-06-01

Próxima Calibración: 2027-06-01

Error Máximo: 0.14

Tolerancia: 0.1