

# Laporan Kalibrasi Infusion Pump

392400 No Label:

Data Pelanggan

Milik 1

Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan

2 Merek : B Braun

3. Tipe Infusomat P

No.Seri

: 073364

Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan

: IGD Lt 1

2. Tanggal

: 25 Maret 2022

C. Kondisi Ruangan

1. Suhu

23 1 °C

2. Kelembaban

56.5 % RH

D. Peralatan Yang Digunakan

- Infusion Device Analyzer, Merk: Rigel, Type: 03H 0207, SN: (Tertelusur melalui LK-032-IDN)
  Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)
- 3. Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Type: ESA 612, SN: 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)

Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan	
Power Cord On/Off Switch	Baik	Baik	*	
Panel Control	Baik	Baik		
Door Lock	Baik	Baik		
Drip Sensor	Baik	Baik	·	
Display/Monitor	Baik	Baik		
Alarm	Baik	Baik		

Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

Parameter	Terukur	Toleransi	
Tegangan Jala-jala Terukur	221.5	220 ± 10 % V	
Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 2 MΩ	
Tahanan Hubungan Pentanahan	0.124	≤ 0.2 Ω	
Arus Bocor pada Peralatan	0.3	≤ 500 µA	

### G. Hasil Pengukuran Kinerja

## 1 Alarm Occlusion

Parameter	Terbaca pada Standar	Toleransi yang Diijinkan
Alarm Occlusion	5.9	≤ 20 Psi

#### 2. Flow Rate

Parameter	Setting Pada Alat	Terukur rata-rata Standar	Koreksi	Ketidakpastian pengukuran
	10.0	10.0	0.0	± 0.1
Flow Rate ( mL/H )	50.0	45.6	-4.4	± 0.3
	100.0	93.6	-6.4	± 0.3

### H. Keterangan

- 1. Hasil Ketidakpastian Pengukuran yang disajikan mempunyai tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan (k) = 2
- Alat ini dikalibrasi menggunakan metode kalibrasi MK/KAL/F-08

#### I. Kesimpulan

1. Berdasarkan MK/KAL/F-08 yang merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015, maka peralatan ini dinyatakan : ALAT BAIK DAN LAIK UNTUK DIGUNAKAN

#### J. Saran

1. Lakukan maintenance dan kalibrasi ulang secara berkala

Halaman 2 dari 2

# **APT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES**

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp.

Fax.

: (021) 5701467, 57930464 : (021) 5701468, 5743280