

Laporan Kalibrasi Timbangan Dewasa

No.Label : 408774

A. Data Alat Pelanggan

1. Milik : Puskesmas Kuta II
2. Merek : BUDI
3. Tipe : SE-120
4. No.Seri : -
5. Kapasitas : 120 kg
6. Resolusi : 0.5 kg

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan : Poli Umum
2. Tanggal Penerimaan Alat : 26 Juli 2022
3. Tanggal Kalibrasi : 26 Juli 2022

C. Standar dan Peralatan yang Digunakan

1. Anak Timbangan Merek : AI Mega Beban 1 Kg s/d 20 Kg Kelas M1 (tertelusur ke LK-081-IDN)
2. Thermohygrometer, Merk: -, Model/Type : YH-303 A S/N : 01657 (Tertelusur ke LK-032-IDN)

D. Kondisi Ruangan

No.	Parameter	Terukur
1.	Suhu	23.3 °C ± 0.4 °C
2.	Kelembaban	61.7 % RH ± 2.6 % RH

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No.	Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
1.	Body	Baik	Baik	-
2.	Bar Scale	Baik	Baik	-
3.	Cover Meter	Baik	Baik	-

F. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

1. Nilai Skala

Nilai = 120.0 kg

2. Daya Ulang

Beban	Simpangan baku
60 kg	0.000
120 kg	0.000

Halaman 2 dari 3

Dilarang keras mengutip/memperbanyak dan atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa seijin PT.GPS

Sertifikat ini sah apabila dibubuhi cap PT. GPS dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4
Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210
Telp. : (021) 5701467, 57930464
Fax. : (021) 5701468, 5743280