

## Laporan Kalibrasi Defibrilator

No Label : 402366

### A. Data Alat Pelanggan

1. Milik : RSUD Soreang
2. Merek : Zoll
3. Tipe : R Series Plus
4. No.Seri : (21)AF16i059138

### B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan : IBS
2. Tanggal : 25 Juni 2022

### C. Alat Yang Digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merk : Fluke, Type : ESA 612, SN : 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)
2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N : 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)
3. Defibrillator Analyzer, Merk : Fluke, Model/Type : Impulse 7000DP, S/N : 2415031 (Tertelusur ke Standar International)

### D. Kondisi Ruang

No.	Parameter	Terukur
1.	Suhu	22.4 °C
2.	Kelembaban	50.6 % RH

### E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No	Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
1.	Power Cord	Baik	Baik	-
2.	On/Off Switch	Baik	Baik	-
3.	Control/Setting Panel	Baik	Baik	-
4.	Display/Indikator LED	Baik	Baik	-
5.	Battery	Baik	Baik	-
6.	Charging System	Baik	Baik	-
7.	Apex&Sternum Paddle	Baik	Baik	-

### F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

No	Parameter	Terukur	Toleransi
1.	Tegangan Jala-jala Terukur	225.3	220 ±10% V
2.	Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20 MΩ
3.	Tahanan Hubungan Pentanahan	0.157	≤ 0.2 Ω
4.	Arus bocor pada chasis dengan pembumian	23.6	≤100 μA
5.	Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	151.3	≤ 500 μA
6.	Arus bocor pada chasis polaritas terbalik dengan pembumian	23.6	≤ 100 μA
7.	Arus bocor pada chasis polaritas terbalik tanpa pembumian	163.2	≤ 500 μA

Halaman 2 dari 3

PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4  
 Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210  
 Telp. : (021) 5701467, 57930464  
 Fax. : (021) 5701468, 5743280