

Laporan Kalibrasi USG

No Label : 436560

A. Data Alat Pelanggan

1. Milik : RSUD Tamansari
2. Merk : Philips
3. Type : HDG
4. No.Seri : C170110970

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat / Ruangan : OK
2. Tanggal : 28 Oktober 2022

C. Kondisi Ruangan

1. Suhu : 21.4 °C
2. Kelembaban : 60 % RH

D. Alat Yang Digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merk : Fluke, Type : ESA 612, SN : 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)
2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N : 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)
3. USG Phantom, Merk: CIRS, Model/Type: 0406SE, S/N D64682 (Tertelusur ke Standar Internasional)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No.	Bagian alat	Hasil Pemeriksaan		Keterangan
		Fisik	Fungsi	
1.	Power Cord	Baik	Baik	-
2.	Panel Sheet	Baik	Baik	-
3.	Monitor	Baik	Baik	-
4.	Probe Convex	Baik	Baik	-
5.	Probe Linier	Baik	Baik	-
6.	Probe Transvaginal	Baik	Baik	-
7.	Printer	Baik	Baik	-

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

No.	Parameter	Terukur	Toleransi
1.	Tegangan Jala-jala Terukur	220.1	220 ±10% V
2.	Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20 MΩ
3.	Tahanan Hubungan Pertanahan	0.198	≤ 0.2 Ω
4.	Arus Bocor pada Chasis dengan Pembumian	0.6	≤100 μA
5.	Arus Bocor pada Chasis tanpa Pembumian	0.4	≤ 500 μA
6.	Arus Bocor pada Chasis Polaritas Terbalik dengan Pembumian	0.5	≤ 100 μA
7.	Arus Bocor pada Chasis Polaritas Terbalik tanpa Pembumian	0.6	≤ 500 μA

G. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

No.	Parameter	Setting Alat	Terukur Rata-rata Pada Standar	Koreksi	Ketidakpastian Pengukuran
1.	Jarak Vertikal (Cm)	1	1.04	0.04	± 0.80
		2	2.08	0.08	± 0.80
		3	3.08	0.08	± 0.80
2.	Jarak Horizontal (Cm)	1	0.97	-0.03	± 0.80
		2	1.98	-0.02	± 0.80
		3	2.99	-0.01	± 0.80

H. Keterangan

1. Ketidakpastian Pengukuran dilaporkan pada Tingkat Kepercayaan 95 % dan Faktor Cakupan k = 2
2. Alat ini dikalibrasi menggunakan metode kalibrasi MK/KAL/D-09

I. Kesimpulan

1. Berdasarkan MK/KAL/D-09 yang merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015, maka peralatan ini dinyatakan : **ALAT BAIK DAN LAIK UNTUK DIGUNAKAN**

J. Saran

1. Lakukan maintenance dan kalibrasi ulang secara berkala

Halaman 2 dari 2