

Laporan Kalibrasi Suction Pump

No.Label : 394086

A. Data Alat Pelanggan

1. Milik : RSU Negara
2. Merk : K
3. Tipe : SU-305
4. No.Seri : 1212944
5. Rentang Ukur : 0 - 60 cmHg
6. Resolusi : 2 cmHg

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat / Ruangan : Isolasi Anggrek
2. Tanggal : 09 April 2022

C. Peralatan Yang Digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merk : Fluke, Type : ESA 612, SN : 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)
2. Thermohygrometer, Merk : Sanfix, Model/Type : TH-303A, S/N : 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)
3. Parameter Tester, Merk : Fluke, Model/Type: DPM 4, S/N 1895040 (Tertelusur melalui LK-032-IDN)

D. Kondisi Ruangan

1. Suhu : 29.3 °C
2. Kelembaban : 53.5 % RH

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No.	Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
1.	Power Cord	Baik	Baik	-
2.	Switch On Off	Baik	Baik	-
3.	Selang	Baik	Baik	-
4.	Botol	Baik	Baik	-
5.	Foot Switch	Baik	Baik	-
6.	Regulator	Baik	Baik	-

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

No.	Parameter	Terukur pada Safety Analyzer	Toleransi
1.	Tegangan Jala-jala Terukur	223.6	220 ± 10 % V
2.	Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20 MΩ
3.	Tahanan Hubungan Pentanahan	0.145	≤ 0,2 Ω
4.	Arus bocor pada chasis dengan pembumian	1.5	≤ 100 μA
5.	Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	0.9	≤ 500 μA
6.	Arus bocor pada chasis polaritas terbalik dengan pembumian	1.4	≤ 100 μA
7.	Arus bocor pada chasis polaritas terbalik tanpa pembumian	0.8	≤ 500 μA

G. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

Parameter	Setting Alat	Pembacaan Standar		Koreksi		Ketidakpastian Pengukuran	
		Naik	Turun	Naik	Turun	Naik	Turun
Tekanan (cmHg)	-10	-10.2	-10.2	-0.2	-0.2	± 0.8	± 0.8
	-20	-20.7	-20.1	-0.7	-0.1	± 1.2	± 1.1
	-30	-30.7	-30.6	-0.7	-0.6	± 0.8	± 0.9
	-40	-40.6	-40.5	-0.6	-0.5	± 0.9	± 0.9
	-50	-50.4	-50.7	-0.4	-0.7	± 1.3	± 1.2
	-60	-59.6	-59.4	0.4	0.6	± 0.9	± 0.9

H. Keterangan

1. Hasil Ketidakpastian Pengukuran yang disajikan mempunyai tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan (k) = 2
2. Alat ini dikalibrasi menggunakan metode kalibrasi PT Global Promedika Service (MK/KAL/P-06), dengan Metode Acuan kalibrasi dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015, ECRI Procedure No. 459-20110914-01

I. Kesimpulan

1. Berdasarkan MK/KAL/P-06 yang merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015, maka peralatan ini dinyatakan : **ALAT BAIK DAN LAIK UNTUK DIGUNAKAN**

J. Saran

1. Lakukan maintenance dan kalibrasi ulang secara berkala

PT. GLOBAL PROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. : (021) 5701467, 57930464

Fax. : (021) 5701468, 5743280