

## Laporan Kalibrasi Suction Wall

No.Label : 392242

### A. Data Alat Pelanggan

1. Milik : Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan
2. Merk : Clements
3. Tipe : SUC 89240
4. No.Seri : -
5. Rentang Ukur : 0 - 750 mmHg
6. Resolusi : 50 mmHg

### B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat / Ruangan : Griya Puspa Lt 3
2. Tanggal : 18 Maret 2022

### C. Peralatan Yang Digunakan

1. Thermohygrometer, Merk : Sanfix, Model/Type : TH-303A, S/N : 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)
2. Parameter Tester, Merk : Fluke, Model/Type : DPM 4, S/N 1895040 (Tertelusur melalui LK-032-IDN)

### D. Kondisi Ruangan

1. Suhu : 24.7 °C
2. Kelembaban : 54.5 % RH

### E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No.	Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
1.	Switch On Off	Baik	Baik	-
2.	Selang	Baik	Baik	-
3.	Botol	Baik	Baik	-
4.	Regulator	Baik	Baik	-

### F. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

Parameter	Setting Alat	Pembacaan Standar		Koreksi		Ketidakpastian Pengukuran	
		Naik	Turun	Naik	Turun	Naik	Turun
Tekanan (mmHg)	-100	-95.2	-98.2	4.8	1.8	± 20.6	± 20.6
	-200	-196.9	-198.2	3.1	1.8	± 20.5	± 20.5
	-300	-293.1	-291.2	6.9	8.8	± 20.6	± 20.6
	-400	-390.0	-384.5	10.0	15.5	± 21.0	± 21.0
	-500	-493.1	-483.4	6.9	16.6	± 21.9	± 21.9

### G. Keterangan

1. Hasil Ketidakpastian Pengukuran yang disajikan mempunyai tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan ( k ) = 2
2. Alat ini dikalibrasi menggunakan metode kalibrasi PT Global Promedika Service (MK/KAL/P-06), dengan Metode Acuan kalibrasi dari Peraturan Meteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 54 Tahun 2015, ECRI Procedure No. 459-20110914-01

### H. Kesimpulan

1. Berdasarkan MK/KAL/P-06 yang merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015, maka peralatan ini dinyatakan : **ALAT BAIK DAN LAIK UNTUK DIGUNAKAN**

### I. Saran

1. Lakukan maintenance dan kalibrasi ulang secara berkala