

## Laporan Kalibrasi Timbangan Bayi

No.Label : 408737

### A. Data Alat Pelanggan

- |              |   |                   |
|--------------|---|-------------------|
| 1. Milik     | : | Puskesmas Kuta II |
| 2. Merek     | : | OneMed            |
| 3. Tipe      | : | -                 |
| 4. No.Seri   | : | -                 |
| 5. Kapasitas | : | 20 kg             |
| 6. Resolusi  | : | 0.1 kg            |

### B. Pelaksanaan Kalibrasi

- |                       |   |              |
|-----------------------|---|--------------|
| 1. Tempat/Ruangan     | : | KIA          |
| 2. Tanggal Penerimaan | : | 25 Juli 2022 |
| 3. Tanggal Kalibrasi  | : | 25 Juli 2022 |

### C. Standar dan Peralatan yang Digunakan

- Anak Timbangan Merek : Al Mega Beban 1 Kg s/d 20 Kg Kelas M1 (tertelusur ke LK-081-IDN)
- Thermohyrometer, Merk:- , Model/Type : HTC-1 S/N : 3 (Tertelusur ke LK-032-IDN)

### D. Kondisi Ruangan

No.	Parameter	Terukur
1.	Suhu	25.4 °C ± 0.4 °C
2.	Kelembaban	54.0 % RH ± 2.6 % RH

### E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No.	Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
1.	Body	Baik	Baik	-
2.	Bar Scale	Baik	Baik	-
3.	Cover Meter	Baik	Baik	-

### F. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

#### 1. Nilai Skala

Nilai = 20.0 kg

#### 2. Daya Ulang

Beban	Simpangan baku
10 kg	0.000
20 kg	0.000

Halaman 2 dari 3

Tidak diperkenankan mengutip/memperbanyak sertifikat ini tanpa seizin dari PT. Global Promedika Service

Sertifikat ini sah apabila dibubuhi cap PT. GPS dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

**PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES**

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. : (021) 5701467, 57930464

Fax. : (021) 5701468, 5743280