

## Laporan Kalibrasi Timbangan Dewasa Analog

No.Label : 392360

### A. Data Alat Pelanggan

1. Milik : Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan
2. Merek : Camry
3. Tipe : -
4. No.Seri : J1001343871
5. Kapasitas : 120 kg
6. Resolusi : 1 kg

### B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan : Griya Puspa Lt 6
2. Tanggal : 28 Maret 2022

### C. Standar dan Peralatan yang Digunakan

1. Anak Timbangan Merek : Al Mega Beban 1 Kg s/d 20 Kg Kelas M1 (tertelusur ke LK-008-IDN)
2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N : 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

### D. Kondisi Ruangan

No.	Parameter	Terukur
1.	Suhu	22.1 °C ± 0.5 °C
2.	Kelembaban	63.5 % RH ± 2.8 % RH

### E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No.	Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
1.	Body	Baik	Baik	-
2.	Bar Scale	Baik	Baik	-
3.	Cover Meter	Baik	Baik	-

### F. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

#### 1. Nilai Skala

Nilai = 120.0 kg

#### 2. Daya Ulang

Beban	Simpangan baku
60 kg	0.000
120 kg	0.000

Halaman 2 dari 3

Dilarang keras mengutip/memperbanyak dan atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa seijin PT.GPS

Sertifikat ini sah apabila dibubuhi cap PT. GPS dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

**PT. GLOBAL PROMEDIKA SERVICES**

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4  
Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210  
Telp. : (021) 5701467, 57930464  
Fax. : (021) 5701468, 5743280