



Laporan Kalibrasi Timbangan Bayi

No.Label: 407694

Data Alat Pelanggan

1. Milik

: RS Tk. II Udayana : One Med

2. Merek

3. Tipe : OD 230

4. No.Seri .

Kapasitas

Resolusi

: 20 : 0.05

kg kg

Pelaksanaan Kalibrasi

Tempat/Ruangan

: Poli Anak

Tanggal Penerimaan

: 29 Agustus 2022

Tanggal Kalibrasi

: 29 Agustus 2022

Standar dan Peralatan yang Digunakan C.

1. Anak Timbangan Merek : Al Mega Beban 1 Kg s/d 20 Kg Kelas M1 (tertelusur ke LK-081-IDN)

Thermohygrometer, Merk:-, Model/Type: HTC-1 S/N: 3 (Tertelusur ke LK-032-IDN)

D. Kondisi Ruangan

No.	Parameter		Terukur		
1.	Suhu	: 26.2 ° C	±	0.4 ° C	-
2.	Kelembaban	: 53.5 % RH	±	2.8 % RH	

Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat E.

No.	Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
1.	Body	Baik	Baik	
2.	Bar Scale	Baik	Baik	
3.	Cover Meter	Baik	Baik	Y

Hasil Pengukuran Kinerja Alat F.

1. Nilai Skala

Nilai = 20.0

2. Daya Ulang

Beban		Simpangan baku	
10	kg	0.000	
20	ka	0.000	

Halaman 2 dari 3

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

: (021) 5701467, 57930464 Telp. : (021) 5701468, 5743280 Fax.