

Laporan Pengujian Refrigerator

No. Label : 365631

A. Data Alat Pelanggan

1. Milik : Puskesmas Petang I
2. Merek : Dometic
3. Tipe : -
4. No. Seri : 7133559

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat / Ruang : Ruang Vaksin
2. Tanggal : 20 Juli 2022

C. Kondisi Ruang

1. Suhu : 25.0 °C
2. Kelembaban Relatif : 58.0 % RH

D. Alat Yang Digunakan

1. Thermohygrometer, Merk: Luxtron , Model/Type: HT-3006, S/N Q 266936 (Tertelusur ke LK-053-IDN)
2. Thermocouple Thermometer, Merk : Fluke, S/N 81400135 (Tertelusur ke Standar Nasional)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

| Bagian Alat | Hasil Pemeriksaan Fisik | Hasil Pemeriksaan Fungsi | Keterangan |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| Power Cord | Baik | Baik | - |
| On Off Switch | - | - | Tidak Tersedia |
| Temperatur Adjuster | Baik | Baik | - |
| Temperatur Display | - | - | Tidak Tersedia |
| Timer | - | - | Tidak Tersedia |

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

1. Pengukuran keselamatan listrik tidak dilakukan karena tidak memungkinkan dilakukan pengukuran

G. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

| Parameter | Setting Pada Alat | Terukur Rata-rata | Presisi (%) |
|------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Suhu (°C) | Fix | 4.63 | 0.19 |

H. Keterangan

1. Alat ini diuji menggunakan metode pengujian MP/UJI/T-07

I. Saran

1. Lakukan maintenance dan pengujian ulang secara berkala