

Laporan Pengujian Refrigerator

No. Label : 408741

A. Data Alat Pelanggan

1. Milik : Puskesmas Kuta II
2. Merek : GEA
3. Tipe : -
4. No. Seri : -

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat / Ruangan : Laboratorium
2. Tanggal : 25 Juli 2022

C. Kondisi Ruang

1. Suhu : 24.0 °C
2. Kelembaban Relatif : 58.0 % RH

D. Alat Yang Digunakan

1. Thermohygrometer, Merk: Luxtron, Model/Type: HT-3006, S/N Q 266936 (Tertelusur ke LK-053-IDN)
2. Thermocouple Thermometer, Merk: Fluke, S/N 81400135 (Tertelusur ke Standar Nasional)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
Power Cord	Baik	Baik	-
On Off Switch	-	-	Tidak Tersedia
Temperatur Adjuster	Baik	Baik	-
Temperatur Display	-	-	Tidak Tersedia
Timer	-	-	Tidak Tersedia

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

1. Pengukuran keselamatan listrik tidak dilakukan karena tidak memungkinkan dilakukan pengukuran

G. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

Parameter	Setting Pada Alat	Terukur Rata-rata	Presisi (%)
Suhu (°C)	Fix	6.22	0.10

H. Keterangan

1. Alat ini diuji menggunakan metode pengujian MP/UJI/T-07

I. Saran

1. Lakukan maintenance dan pengujian ulang secara berkala