

Laporan Kalibrasi Timbangan Badan Dewasa

No.Label : 407682

A. Data Alat Pelanggan

1. Milik : RS Tk. II Udayana
2. Merek : Smic
3. Tipe : Health Scale
4. No.Seri : -
5. Kapasitas : 120 kg
6. Resolusi : 0.5 kg

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan : PPBPAD
2. Tanggal Penerimaan Alat : 29 Agustus 2022
3. Tanggal Kalibrasi : 29 Agustus 2022

C. Standar dan Peralatan yang Digunakan

1. Anak Timbangan Merek : Ai Mega Beban 1 Kg s/d 20 Kg Kelas M1 (tertelusur ke LK-081-IDN)
2. Thermohygrometer, Merk: -, Model/Type : YH-303 A S/N : 01657 (Tertelusur ke LK-032-IDN)

D. Kondisi Ruangan

No.	Parameter	Terukur
1.	Suhu	25.2 °C ± 0.4 °C
2.	Kelembaban	58.2 % RH ± 2.8 % RH

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No.	Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
1.	Body	Baik	Baik	-
2.	Bar Scale	Baik	Baik	-
3.	Cover Meter	Baik	Baik	-

F. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

1. Nilai Skala

Nilai = 120.0 kg

2. Daya Ulang

Beban	Simpangan baku
60 kg	0.000
120 kg	0.000

Halaman 2 dari 3