

Laporan Pengujian Refrigerator

No. Label: 408805

A. Data Alat Pelanggan

1. Milik : Puskesmas Kuta I

2. Merek : Fioccheti

3. Tipe : -4. No. Seri : -

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat / Ruangan : Laboratorium 2. Tanggal : 28 Juli 2022

C. Kondisi Ruang

1. Suhu : 24.2 °C 2. Kelembaban Relatif : 58.0 % RH

D. Alat Yang Digunakan

1. Thermohygrometer, Merk: Luxtron , Model/Type: HT-3006, S/N Q 266936 (Tertelusur ke LK-053-IDN)

2. Thermocouple Thermometer, Merk: Fluke, S/N 81400135 (Tertelusur ke Standar Nasional)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
Power Cord	Baik	Baik	*
On Off Switch	-	-	Tidak Tersedia
Temperatur Adjuster	Baik	Baik	~
Temperatur Display	1		Tidak Tersedia
Timer		-	Tidak Tersedia

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

1. Pengukuran keselamatan listrik tidak dilakukan karena tidak memungkinkan dilakukan pengukuran

G. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

Parameter	Setting Pada Alat	Terukur Rata-rata	Presisi (%)
Suhu (°C)	Fix	4.50	0.06

H. Keterangan

1. Alat ini diuji menggunakan metode pengujian MP/UJI/T-07

I. Saran

1. Lakukan maintenance dan pengujian ulang secara berkala

Halaman 2 dari 2

VPT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. : (021) 5701467, 57930464 Fax. : (021) 5701468, 5743280