



Laporan Kalibrasi Timbangan Bayi

kg

No.Label: 402565

A. Data Alat Pelanggan

1. Milik

Merek
Tipe
No.Seri

Kapasitas
Resolusi

: RSUD Soreang : GEA Medical

: -: 20 : 0.05

B. Pelaksanaan Kalibrasi

Tempat/Ruangan
Tanggal

: Anyelir : 28 Juni 2022

C. Standar dan Peralatan yang Digunakan

1. Anak Timbangan Merek : Al Mega Beban 1 Kg s/d 20 Kg Kelas M1 (tertelusur ke LK-008-IDN)

Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

D. Kondisi Ruangan

No.	Parameter Terukur				
1.	Suhu :	25.5 ° C	±	0.4 ° C	
2.	Kelembaban :	51.0 % RH	±	2.6 % RH	

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No.	Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
1.	Body	Baik	Baik	*.
2.	Bar Scale	Baik	Baik	<u> </u>
3.	Cover Meter	Baik	Baik	

F. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

1. Nilai Skala

Nilai =

20.0

kg

2. Daya Ulang

	Beban	Simpangan baku		
10	kg	0.039		
20	kg	0.025		

Halaman 2 dari 3

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp.

: (021) 5701467, 57930464

Sertifikat ini sah apabila dibubuhi cap PT. GPS dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

Dilarang keras mengutip/memperbanyak dan atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa seijin PT.GPS

Fax.

: (021) 5701468, 5743280