

Laporan Kalibrasi HFNC

No. Label : 392367

A. Data Alat Pelanggan

1. Milik : Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan
2. Merek : Fisher & Paykel
3. Tipe : Airvo 2
4. No. Seri : 210514272515

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat / Ruangan : ICU IGD
2. Tanggal : 29 Maret 2022

C. Kondisi Ruang

1. Suhu : 24.7 °C
2. Kelembaban Relatif : 55.0 % RH

D. Alat Yang Digunakan

1. Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model ESA 620, S/N 9873002 (tertelusur ke LK-032-IDN)
2. Thermo-Hygrometer, Merk. Lutron, Model/Type : HT-3006, S/N Q266936 (tertelusur ke LK-053-IDN)
3. Flow Analyzer, Merk : IMT Medical Model/Type : PF-300 S/N BA102022

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
Power Cord	Baik	Baik	-
Switch On/Off	Baik	Baik	-
Air and Oxygen Mixer	Baik	Baik	-
Regulator	Baik	Baik	-
Humidifier	Baik	Baik	-

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

Parameter	Terukur	Toleransi
Tegangan Jala-jala Terukur	228.20	220 ± 10 % V
Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20 MΩ
Tahanan Hubungan Pentanahan	OL	≤ 0,2 Ω
Arus bocor pada chasis dengan pembumian	0.1	≤ 100 μA
Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	0.1	≤ 500 μA
Arus bocor pada chasis polaritas terbalik dengan pembumian	0.1	≤ 100 μA
Arus bocor pada chasis polaritas terbalik tanpa pembumian	0.2	≤ 500 μA

G. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

Parameter	Setting Pada Alat	Terukur Rata-rata Pada Standar	Koreksi	Ketidakpastian Pengukuran
Flow (L/m)	20	20.87	0.87	± 1.15
	30	32.80	2.80	± 1.15
	40	42.77	2.77	± 1.15
	50	53.57	3.57	± 1.15
Konsentrasi O ₂ (%)	21	19.40	-1.60	± 1.14
	50	46.87	-3.13	± 1.16
	95	93.60	-1.40	± 1.15
Suhu (oC)	32	31.33	0.33	± 0.18
	34	34.20	0.20	± 0.12
	37	37.37	0.37	± 0.18

H. Keterangan

1. Hasil ketidakpastian pengukuran disajikan mempunyai tingkat kepercayaan 95% dengan factor cakupan (K) = 2
2. Alat ini dikalibrasi menggunakan metode Kalibrasi MK/KAL/F-04

I. Saran

1. Lakukan maintenance dan kalibrasi ulang secara berkala

Halaman 2 dari 2

PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. : (021) 5701467, 57930464

Fax. : (021) 5701468, 5743280