

Laporan Pengujian Centrifuge

No. Label: 408807

A. Data Pelanggan

Milik
Merek

: Puskesmas Kuta I : Table Top : DSC-1508

Tipe
No.Seri

: 13101028

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan : Laboratorium 2. Tanggal : 28 Juli 2022

C. Kondisi Ruang

Suhu
Kelembaban nisbi

24.1 59.7 °C % RH

D. Alat Yang Digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merek: Fluke, Model/Type: 612, SN: 3975444 (tertelusur ke Standard International)

2. Thermohygrometer, Merk: Cadik, Type: TH-308, SN: - (Tertelusur ke LK-053-IDN

3. Stopwatch, Merk: Alba, Tipe: SW01-X008, SN: - (Tertelusur ke LK-032-IDN)

4. Tachometer, Merk: Lutron, Tipe: DT-1236L, SN: - (Tertelusur ke LK-032-IDN)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No.	Bagian Alat	Hasil Per	Vatananan	
		Fisik	Fungsi	Keterangan
1.	Badan dan Permukaan	Baik	Baik	-
2.	Kotak Kontak Alat	Baik	Baik	-
3.	Kabel Catu Daya	Baik	Baik	
4.	Sekering Pengaman	Baik	Baik	S#:
5.	Tombol, Saklar dan Kontrol	Baik	Baik	-
6.	Tampilan dan Indikator	Baik	Baik	

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

No.	Parameter			Terukur		Tol	eransi
1.	Tegangan Jala-Jala	1	L1 - L2	227.7	4500	220 ±10%	V
			L1 - PE	227.6		220 ±10%	V
- 3		- :	L2 - PE	2.7		5	V
2.	Resistansi Pembumian Protektif		1	0.190	≤	0.3	Ω
3.	Arus Bocor Peralatan	A		76.2	≤	1000	μA
5.	Resistansi Isolasi			OL	≥	2	ΜΩ

G. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

1. Kecepatan (rpm)

Parameter	Setting Standar	Rata-rata	Presisi (%)
Kecepatan (rpm)	A .	1493.21	4.58
		2108.55	1.10
	III III	2564.45	1.22
	IV	2976.34	1.64

2. Timer

Parameter	Setting Standar	9		Ketidakpastian Pengukuran	
Times (detile)	180	180.25	0.25	± 1.0	
Timer (detik)	300	300.20	0.20	± 1.0	

H. Keterangan

- 1. Data hasil pengujian yang disajikan tertelusur ke Sistem Satuan Internasional (SI) melalui LK-032-IDN, LK-053-IDN dan LK-008-IDN
- Alat ini diuji menggunakan metode kalibrasi PT Global Promedika Service (MP/UJI/01), dengan metode acuan pengujian dari ECRI Procedure No. 456-20010301 Centrifuge

I. Saran

1. Lakukan maintenance dan pengujian ulang secara berkala

Halaman 2 dari 2

Dilarang keras mengutip/memperbanyak dan atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa seijin PT.GPS Sertifikat ini sah apabila dibubuhi cap PT. GPS dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

PPT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. : (021) 5701467, 57930464 Fax. : (021) 5701468, 5743280