

## Laporan Kalibrasi Timbangan Dewasa

No.Label : 394083

### A. Data Alat Pelanggan

- |              |   |            |    |
|--------------|---|------------|----|
| 1. Milik     | : | RSU Negara |    |
| 2. Merek     | : | GEA        |    |
| 3. Tipe      | : | -          |    |
| 4. No.Seri   | : | -          |    |
| 5. Kapasitas | : | 120        | kg |
| 6. Resolusi  | : | 1          | kg |

### B. Pelaksanaan Kalibrasi

- |                            |   |               |
|----------------------------|---|---------------|
| 1. Tempat/Ruangan          | : | Poli Ortopedi |
| 2. Tanggal Penerimaan Alat | : | 05 April 2022 |
| 3. Tanggal Kalibrasi       | : | 05 April 2022 |

### C. Standar dan Peralatan yang Digunakan

- |  |
|--|
| 1. Anak Timbangan Merek : AI Mega Beban 1 Kg s/d 20 Kg Kelas M1 (tertelusur ke LK-081-IDN) |
| 2. Thermohygrometer, Merk: -, Model/Type : YH-303 A S/N : 01657 (Tertelusur ke LK-032-IDN) |

### D. Kondisi Ruangan

No.	Parameter	Terukur
1.	Suhu	27.1 °C ± 0.6 °C
2.	Kelembaban	57.7 % RH ± 2.6 % RH

### E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No.	Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
1.	Body	Baik	Baik	-
2.	Bar Scale	Baik	Baik	-
3.	Cover Meter	Baik	Baik	-

### F. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

#### 1. Nilai Skala

Nilai = 120.0 kg

#### 2. Daya Ulang

Beban	Simpangan baku
60 kg	0.000
120 kg	0.000

Halaman 2 dari 3