

Laporan Kalibrasi Infusion Pump

No Label: 392390

A. Data Pelanggan

Milik

: Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan

2. Merek 3. Tipe

: B Braun : Infusomat P

No.Seri

: 101222

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan

: ICU IGD

2. Tanggal

: 28 Maret 2022

C. Kondisi Ruangan

1. Suhu

24.7 55.0 OC.

Kelembaban

% RH

D. Peralatan Yang Digunakan

- 1. Infusion Device Analyzer, Merk: Rigel, Type: 03H 0207, SN: (Tertelusur melalui LK-032-IDN)
- 2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)
- 3. Electrical Safety Analyzer, Merk : Fluke, Type : ESA 612, SN : 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)

Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
Power Cord On/Off Switch	Baik	Baik	
Panel Control	Baik	Baik	
Door Lock	Baik	Baik	<u> </u>
Drip Sensor	Baik	Baik	-
Display/Monitor	Baik	Baik	
Alarm	Baik	Baik	

Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

Parameter	Terukur	Toleransi	
Tegangan Jala-jala Terukur	223.1	220 ± 10 % V	
Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 2 MΩ	
Tahanan Hubungan Pentanahan	0.132	≤ 0.2 Ω	
Arus Bocor pada Peralatan	2.1	≤ 500 µA	

G. Hasil Pengukuran Kinerja

1. Alarm Occlusion

Parameter	Terbaca pada Standar	Toleransi yang Diijinkan
Alarm Occlusion	15.3	≤ 20 Psi

2 Flow Rate

Parameter	Setting Pada Alat	Terukur rata-rata Standar	Koreksi	Ketidakpastian pengukuran
Flow Rate (mL/H)	10.0	9.7	-0.3	± 0.1
	50.0	51.6	1.6	± 0.2
	100.0	107.9	7.9	± 0.2

H. Keterangan

- 1. Hasil Ketidakpastian Pengukuran yang disajikan mempunyai tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan (k) = 2
- 2. Alat ini dikalibrasi menggunakan metode kalibrasi MK/KAL/F-08

Kesimpulan

1. Berdasarkan MK/KAL/F-08 yang merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015, ALAT BAIK DAN LAIK UNTUK DIGUNAKAN maka peralatan ini dinyatakan

J. Saran

1. Lakukan maintenance dan kalibrasi ulang secara berkala

Halaman 2 dari 2

APT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. Fax.

: (021) 5701467, 57930464 : (021) 5701468, 5743280

Sertifikat ini sah apabila dibubuhi cap PT. GPS dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

Dilarang keras mengutip/memperbanyak dan atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa seljin PT.GPS