

Laporan Kalibrasi Timbangan Bayi

No.Label : 408818

A. Data Alat Pelanggan

- | | |
|--------------|--------------------|
| 1. Milik | : Puskesmas Kuta I |
| 2. Merek | : Sani |
| 3. Tipe | : - |
| 4. No.Seri | : - |
| 5. Kapasitas | : 20 kg |
| 6. Resolusi | : 0.1 kg |

B. Pelaksanaan Kalibrasi

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Tempat/Ruangan | : Gudang |
| 2. Tanggal Penerimaan | : 28 Juli 2022 |
| 3. Tanggal Kalibrasi | : 28 Juli 2022 |

C. Standar dan Peralatan yang Digunakan

- Anak Timbangan Merek : Al Mega Beban 1 Kg s/d 20 Kg Kelas M1 (tertelusur ke LK-081-IDN)
- Thermohyrometer, Merk:-, Model/Type : HTC-1 S/N : 3 (Tertelusur ke LK-032-IDN)

D. Kondisi Ruangan

No.	Parameter	Terukur
1.	Suhu	25.6 °C ± 0.4 °C
2.	Kelembaban	53.0 % RH ± 2.6 % RH

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No.	Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
1.	Body	Baik	Baik	-
2.	Bar Scale	Baik	Baik	-
3.	Cover Meter	Baik	Baik	-

F. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

1. Nilai Skala

Nilai = 20.0 kg

2. Daya Ulang

Beban	Simpangan baku
10 kg	0.000
20 kg	0.000

Halaman 2 dari 3