

Laporan Kalibrasi Timbangan Dewasa

No.Label : 408731

A. Data Alat Pelanggan

- | | | |
|--------------|---|-------------------|
| 1. Milik | : | Puskesmas Kuta II |
| 2. Merek | : | KENKO |
| 3. Tipe | : | RET-140 |
| 4. No.Seri | : | - |
| 5. Kapasitas | : | 140 kg |
| 6. Resolusi | : | 0.1 kg |

B. Pelaksanaan Kalibrasi

- | | | |
|----------------------------|---|--------------|
| 1. Tempat/Ruangan | : | Ruangan Gigi |
| 2. Tanggal Penerimaan Alat | : | 25 Juli 2022 |
| 3. Tanggal Kalibrasi | : | 25 Juli 2022 |

C. Standar dan Peralatan yang Digunakan

- Anak Timbangan Merek : AI Mega Beban 1 Kg s/d 20 Kg Kelas M1 (tertelusur ke LK-081-IDN)
- Thermohygrometer, Merk: -, Model/Type : YH-303 A S/N : 01657 (Tertelusur ke LK-032-IDN)

D. Kondisi Ruang

No.	Parameter	Terukur
1.	Suhu	24.3 °C ± 0.4 °C
2.	Kelembaban	60.7 % RH ± 2.6 % RH

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No.	Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
1.	Body	Baik	Baik	-
2.	Bar Scale	Baik	Baik	-
3.	Cover Meter	Baik	Baik	-

F. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

1. Nilai Skala

Nilai = 120.0 kg

2. Daya Ulang

Beban	Simpangan baku
60 kg	0.000
120 kg	0.000

Halaman 2 dari 3