

Laporan Pengujian Nebulizer

No.Label : 365548

A. Data Pelanggan

1. Milik : Puskesmas Petang II
2. Merek : Omron
3. Tipe : NE-C28
4. No.Seri : 20200304450UF

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan : IGD
2. Tanggal : 18 Juli 2022

C. Alat Yang Digunakan

1. Gas Flow Analyzer, Merk : Fluke, Type : VT-305, SN : BF100963 (Tertelusur ke Standar Internasional)
2. Thermohyrometer, Merk : Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N : 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

D. Kondisi Ruangan

| No. | Parameter | Terukur |
|-----|------------|-----------|
| 1. | Suhu | 23.2 °C |
| 2. | Kelembaban | 60.0 % RH |

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

| No | Bagian Alat | Hasil Pemeriksaan Fisik | Hasil Pemeriksaan Fungsi | Keterangan |
|----|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| 1. | Power Cord | Baik | Baik | - |
| 2. | LED/Indikator | Baik | Baik | - |
| 3. | Patient Tubing + Mask | Baik | Baik | - |
| 4. | Medicine Cup | Baik | Baik | - |
| 5. | Timer | - | - | Tidak ada |

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

1. Pengukuran keselamatan listrik tidak dilakukan karena tidak memungkinkan dilakukan pengukuran

G. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

| Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar | Presisi (%) |
|------------|--------------|-------------------|-------------|
| Flow (LPM) | Fix | 6.25 | 0.15 |

H. Keterangan

1. Alat ini diuji menggunakan metode pengujian MP/UJI/F-03

I. Saran

1. Lakukan maintenance dan pengujian ulang secara berkala