

Laporan Kalibrasi Timbangan Dewasa

No.Label : 408776

A. Data Alat Pelanggan

- | | | |
|--------------|---|-------------------|
| 1. Milik | : | Puskesmas Kuta II |
| 2. Merek | : | SMIC |
| 3. Tipe | : | ZT-120 |
| 4. No.Seri | : | - |
| 5. Kapasitas | : | 120 kg |
| 6. Resolusi | : | 0.5 kg |

B. Pelaksanaan Kalibrasi

- | | | |
|----------------------------|---|--------------|
| 1. Tempat/Ruangan | : | Poli Umum |
| 2. Tanggal Penerimaan Alat | : | 26 Juli 2022 |
| 3. Tanggal Kalibrasi | : | 26 Juli 2022 |

C. Standar dan Peralatan yang Digunakan

- | |
|--|
| 1. Anak Timbangan Merek : Al Mega Beban 1 Kg s/d 20 Kg Kelas M1 (tertelusur ke LK-081-IDN) |
| 2. Thermohygrometer, Merk: -, Model/Type : YH-303 A S/N : 01657 (Tertelusur ke LK-032-IDN) |

D. Kondisi Ruang

| No. | Parameter | Terukur |
|-----|------------|----------------------|
| 1. | Suhu | 23.4 °C ± 0.4 °C |
| 2. | Kelembaban | 61.7 % RH ± 2.6 % RH |

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

| No. | Bagian Alat | Hasil Pemeriksaan Fisik | Hasil Pemeriksaan Fungsi | Keterangan |
|-----|-------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| 1. | Body | Baik | Baik | - |
| 2. | Bar Scale | Baik | Baik | - |
| 3. | Cover Meter | Baik | Baik | - |

F. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

1. Nilai Skala

Nilai = 120.0 kg

2. Daya Ulang

| Beban | Simpangan baku |
|--------|----------------|
| 60 kg | 0.000 |
| 120 kg | 0.000 |

Halaman 2 dari 3

Dilarang keras mengutip/memperbanyak dan atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa seijin PT.GPS

Sertifikat ini sah apabila dibubuhi cap PT. GPS dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjemihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. : (021) 5701467, 57930464

Fax. : (021) 5701468, 5743280