

## Laporan Pengujian Compressor Nebulizer

No.Label : 436723

### A. Data Pelanggan

1. Milik : RSUD Tamansari
2. Merek : Omron
3. Tipe : NE-C28
4. No.Seri : 20151100301UF

### B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan : IGD
2. Tanggal : 04 November 2022

### C. Alat Yang Digunakan

1. Gas Flow Analyzer, Merk : Fluke, Type : VT-305, SN : BF100963 (Tertelusur ke Standar Internasional)
2. Thermohygrometer, Merk : Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N : 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)
3. Electrical Safety Analyzer, Merk : Fluke, Type : ESA 612, SN : 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)

### D. Kondisi Ruangan

No.	Parameter	Terukur
1.	Suhu	24.5 °C
2.	Kelembaban	56 % RH

### E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No	Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
1.	Power Cord	Baik	Baik	-
2.	LED/Indikator	Baik	Baik	-
3.	Patient Tubing + Mask	Baik	Baik	-
4.	Medicine Cup	Baik	Baik	-
5.	Timer	-	-	Tidak ada

### F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

No	Parameter	Terukur pada Safety Analyzer	Toleransi
1.	Tegangan Jala-jala Terukur	217.5	220 ± 10 % V
2.	Tahanan isolasi kabel catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20 MΩ
3.	Tahanan Hubungan Pentanahan	0.2	≤ 0.2 Ω
4.	Arus bocor pada chasis dengan pembumian	0.5	≤ 100 μA
5.	Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	3.0	≤ 500 μA
6.	Arus bocor pada chasis polaritas terbalik dengan pembumian	0.5	≤ 100 μA
7.	Arus bocor pada chasis polaritas terbalik tanpa pembumian	1.2	≤ 500 μA

### G. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

Parameter	Setting Alat	Pembacaan Standar	Presisi (%)
Flow (LPM)	Fix	5.28	0.26

### H. Keterangan

1. Alat ini diuji menggunakan metode pengujian MP/UJI/F-03

### I. Saran

1. Lakukan maintenance dan pengujian ulang secara berkala